

Wałbrzych, dnia 05.02.2024 r.

DZPZ-530- Zp/92/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1. dotyczy Pak. nr 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 - Igła półautomatyczna do biopsji histopatologicznej 18G x 20 cm; możliwość ustawienia długości pobieranego biopatu na 9,5 lub 19 mm.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga możliwość ustawienia długości pobieranego biopatu na 15mm i 22mm.**

**Pytanie nr 2. dotyczy Pak. nr 9 poz.1**

Czy zamawiający dopuści ręcznik do osuszania ciała pacjenta wykonany z Airlaid, 1 warstwowo w wymiarach 40x70 lub 30 cm x 33 cm? Reszta parametrów zgodnie z swz.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ręcznika o wymiarach podanych w SWZ.**

**Pytanie nr 3. dotyczy Pak. nr 9 poz.1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opak a50 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

**Odp. Zamawiający wymaga fartuchy będące środkami ochrony osobistej.**

**Pytanie nr 5. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza/nie wymaga fartucha jako wyrób medyczny.**

**Pytanie nr 6. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

**Odp. Zamawiający wymaga fartuchy będące środkami ochrony osobistej.**

**Pytanie nr 7. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odp. Środki ochrony osobistej będą używane przez personel medyczny.**

**Pytanie nr 8. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. wymaga o gramaturze min.35 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 9. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha z włókniny polipropylenowej, wymaga fartucha z włókniny typu SMS.**

**Pytanie nr 10. dotyczy Pak. nr 5 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim.**

**Pytanie nr 11. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących SOI ?

**Odp. Zamawiający wymaga fartuchy będące środkami ochrony osobistej.**

**Pytanie nr 12. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza/ nie wymaga fartucha jako wyrób medyczny.**

**Pytanie nr 13. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

**Odp. Zamawiający wymaga fartuchy będące środkami ochrony osobistej.**

**Pytanie nr 14. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odp. Środki ochrony osobistej będą używane przez personel medyczny.**

---

**Pytanie nr 15. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. wymaga o gramaturze min.35 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 16. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha z włókniny polipropylenowej, wymaga fartucha z włókniny typu SMS.**

**Pytanie nr 17. dotyczy Pak. nr 6 poz.1**

Proszę o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim.**

**Pytanie nr 18. dotyczy zapisów SWZ**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w ramach referencji dla Pakietu nr 3 Wykonawca dostarczył referencje na dostawy urządzeń medycznych będących wyrobami medycznymi?

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 19. dotyczy zapisów SWZ**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 2 do 14 dni od złożenia zamówienia?

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 20. dotyczy Pak. nr 2**

W związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 2 w poz. 1-3 załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia dreny i filtry są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze (dreny po 10 szt., filtry po 25 szt. w opakowaniu) i nie są sprzedawane na sztuki, czy Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania czyli można przeliczyć sztuki na opakowania bez modyfikacji jednostki miary.**

**Pytanie nr 21. dotyczy Pak. nr 2**

Czy w związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 2 poz. 1-3 załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia dreny i filtry pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze (dreny po 10 szt., filtry po 25 szt.) i nie są sprzedawane na sztuki, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie składał zamówienia częściowe na pełne (wielokrotność 10 i 25 sztuk) drenów i filtrów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza i będzie składał zamówienia sztuk w przeliczeniu na opakowania**

**Pytanie nr 22. dotyczy projektu umowy**

Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

---

**Pytanie nr 23. dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 5 ppkt. 2) wzoru umowy dla pakietu nr 2 poprzez dodanie zapisu następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem przydatności do użycia w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 24. dotyczy projektu umowy**

(Dot. wzoru umowy §6 ust.1 pkt. 3) W celu miarkowania kar umownych, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości kary z tytułu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5 pkt. 1) do 200zł za każdy przypadek.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 25. dotyczy projektu umowy**

(Dot. wzoru umowy §6 ust.1 pkt. 4) W celu miarkowania kar umownych, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości kary z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy do 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto umowy?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 26. dotyczy projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość łącznych maksymalnych kar umownych o których mowa we wzorze umowy §6 ust. 2 do 30% maksymalnego wynagrodzenia netto?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 27. dotyczy projektu umowy**

Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 28. dotyczy pakietu nr 3,5**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o bezpłatnym dostarczeniu napędów akumulatorach /oddzielnie napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie piła oscylacyjna do pakietu 3 i 5.

**Odp. Zamawiający nie może odpowiedzieć na zadane pytanie ponieważ dotyczy ono innego postępowania.**

**Pytanie nr 29. dotyczy pakietu nr 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby jednorazowe ostrza , kompatybilne z zestawem EZout były dostarczane w formie zestawu lotnego?

**Odp. Zamawiający nie może odpowiedzieć na zadane pytanie ponieważ dotyczy ono innego postępowania.**

**Pytanie nr 30. dotyczy pakietu nr 5,6**

Czy Zamawiający dopuści szwy ultradźwiękowe?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwów ultradźwiękowych, wymaga szef overlock.**

**Pytanie nr 31. dotyczy pakietu nr 5,6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w kolorze niebieskim.**

**Pytanie nr 32. dotyczy pakietu nr 5,6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, obwodzie 160cm, dwa troki w pasie o długości 50cm, zapięcie przy szyi na rzep?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha z zapięciem przy szyi na rzep, wiązany na dwa troki w pasie o długości 50 cm wymaga fartucha wiązanego przy szyi i długości paska min. 200 cm.**

**Pytanie nr 33. dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha zakończonego mankietem, wymaga na gumkę.**

**Pytanie nr 34. dotyczy pakietu nr 5,6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zarejestrowany tylko jako wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza / nie wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.**

**Pytanie nr 35. dotyczy pakietu nr 5,6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389g/m<sup>2</sup>/24h?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha o paroprzepuszczalności 4389g/m<sup>2</sup>/24h?, wymaga min.4500g/m<sup>2</sup>/24h.**

**Pytanie nr 36. dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 45g/m<sup>2</sup>, grubość min. 0.55mm, opakowanie a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ręcznika o wymiarach podanych w SWZ.**

**Pytanie nr 37. dotyczy pakietu nr 3 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty wysokiej jakości jednorazowego sterylnego pokrowca foliowego produkowanego przez firmę Ecolab/Microtek na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900. Pokrowiec nie posiada chipu, ale posiada **aż 5 taśm samoprzylepnych** dzięki czemu bardzo dobrze przylega do mikroskopu i nie jest potrzebne aktywowanie systemu odsysania powietrza. Wymiary 132 cm x 381 cm.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga osłony z chipem.**

**Pytanie nr 38. dotyczy projektu umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 39. dotyczy projektu umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu

trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Obciążanie wykonawcy kosztami zakupu zastępczego przy jednoczesnym naliczaniu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oznacza de facto podwójne karanie wykonawcy za to samo przewinienie.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 40. dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych/zastępczych.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 41. dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na fartuch wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej, wymaga fartucha z włókniny typu SMS (gramatura min.35g/m2).**

**Pytanie nr 42. dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odp. Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**

**Pytanie nr 43. dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha zakończonego elastycznym bawełnianym mankietem, wymaga zakończony gumką.**

**Pytanie nr 44. dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.**



**Pytanie nr 45. dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długość min.130cm, szer. min.150cm, rękaw zakończony elastyczną gumką. Zamawiający dopuszcza długość troków w pasie 2x po ok.100cm, przy szyi 2x po ok.35-38cm.**

**Pytanie nr 46. dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na fartuch wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej, wymaga fartucha z włókniny typu SMS (gramatura min.35g/m2).**

**Pytanie nr 47. dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odp. Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**

**Pytanie nr 48. dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch zakończony elastycznym bawełnianym mankietem.**

**Pytanie nr 49. dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.**

**Pytanie nr 50. dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm
- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długość min.130cm, szer. min.150cm. Zamawiający dopuszcza mankiet 5cm, długość troków w pasie 2x po ok.100cm, przy szyi 2x po ok.35-38cm.**

**Pytanie nr 51. dotyczy projektu umowy**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie partii Przedmiotu Zamówienia

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiotu Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiotu Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego Przedmiotu Zamówienia podlegającego wymianie

- 
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,  
4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 2
- Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządził: Andrzej Nowiński  
nr telefonu: 74/6489941



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742