



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



TZPiZI.250. 2293 2019

Płock, dnia 21 maja 2019r.

**WYKONAWCY  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na przegląd okresowy oraz naprawę aparatury i sprzętu medycznego w okresie 24 miesięcy. Znak: TZPiZI-ZO.250/10/U/19.**

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1: dotyczy zadania nr 1:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 1 i 2 do odrębnego zadania (pakietu). Za pośrednictwem niniejszego wniosku zwracamy uwagę, że tego rodzaju zabieg pozwoli rozszerzyć postępowanie w zakresie zadania nr 1 na konkurencyjność i dopuszczenie do udziału w postępowaniu również wykonawców wąsko specjalizujących się w przeglądach ściśle określonej aparatury/sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, a tym samym podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego/Ogłoszenia.

**Pytanie nr 2: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie są konkretne wymagania zamawiającego w zakresie rejestracji serwisowanego urządzenia i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych? Za pośrednictwem niniejszego wniosku zwracamy uwagę, że przywołany zapis SIWZ jest bardzo ogólny i trudno określić z jakimi dodatkowymi czynnościami po stronie wykonawców łączy się realizacja wykonania tej części usługi/ opisu przedmiotu zamówienia. Wnioskujemy zatem o scharakteryzowanie elektronicznej bazy danych oraz szczegółowe objaśnienie celu i zasad realizacji ww. zakresu czynności, jak również szczegółowe opisanie wymagań technicznych jakie powinien spełnić wykonawca.

**Odpowiedź:** Powyższe pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

**Pytanie nr 3: dotyczy zadania nr 6:**

Prosimy o konkretne wskazanie modelu defibrylatora Cardio Aid?

**Odpowiedź:** Cardio-AiD™-100 typ MC<sup>+</sup>.

**Pytanie nr 4: dotyczy projektu umowy:**


Z uwagi na okoliczność, że przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na zadania, w ramach, których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zwracam się z wnioskiem

**20<sup>lat</sup> Mazowsze**

o jednoznaczne wyjaśnienie, czy zamawiający będzie naliczał kary umowne od wartości danego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że z tytułu niedostarczenia zastępczego sprzętu medycznego na czas serwisu lub naprawy, jeśli przewidywane prace serwisowe lub naprawa potrwać dłużej niż 10 dni roboczych i z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy to kary umowne będą naliczane od wartości danego zadania, natomiast za odstąpienie od umowy – od całkowitej wartości brutto umowy. Stosowne zmiany zostaną dokonane w umowie przed jej podpisaniem.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych  
  
lek. med. Piotr Rykowski