

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zastosowanie: do przechowywania próbek biologicznych, substancji chemicznych i odczynników wrażliwych na temperaturę.

Minimalne wymagania parametrów technicznych:

1. Pojemność netto co najmniej 250 l.
2. Chłodzenie powietrzem obiegowym.
3. Zakres temp. otoczenia co najmniej od +10°C do +35°C.
4. Zakres temp. pracy co najmniej od +3°C do +10°C.
5. Stabilność temperatury $\pm 3^{\circ}\text{C}$.
6. Poziom szumu nie większy niż 50dB.
7. Obudowa wykonana ze stali.
8. Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego.
9. Sterowanie z poziomu wyświetlacza.
10. Co najmniej cztery regulowane półki.
11. Maksymalne obciążenie półek – co najmniej 40 kg.
12. Sprzęt wyposażony w blokadę mechaniczną z dwoma kluczami.
13. Czynnik chłodniczy R600a.
14. Rozmrażanie automatyczne.