



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.972.2023

Warszawa, dnia 26.07.2023 r.

**Dot. Zapytania ofertowego nr 23/23 „Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do endoskopii”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Czy zamawiający dopuści

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, długość miseczki 4,0 mm, szerokość miseczki 2,4 mm, maksymalne rozwarście miseczki 8,0 mm, minimalna objętość miseczki 1,628 mm<sup>3</sup>.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
3. Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarście miseczki 6,7 mm, objętość miseczki 7,7 mm<sup>3</sup>  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
4. 2 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarście miseczki 6,7 mm, objętość miseczki 7,7 mm<sup>3</sup>  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
5. Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosa 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główna pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosa 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosa 3 mm.  
(opakowanie zbiorcze 50 sztuk)\*  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.
6. Ustnik endoskopowy z paskiem tekstylnym,  
- jednorazowego użytku, sterylny  
- otwór centralny o średnicy 21 mm x 26 mm,  
- wyrób wolny od lateksu  
- otwory w gumce co 15 mm zapewniające poprawne mocowanie ustnika  
- wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
7. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 1*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia ok. 90 stopni, długość miseczki ok. 4mm mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarście miseczki 6,9 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

8. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 1*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1600 mm i 2300mm (do wyboru), maksymalny kąt rozwarcia ok. 90 stopni, długość miseczki ok. 4mm mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,9 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
9. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 2*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia ok. 90 stopni, długość miseczki ok. 4mm mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,9 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
10. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 2*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 1600 mm i 2300mm (do wyboru), maksymalny kąt rozwarcia ok. 90 stopni, długość miseczki ok. 4mm mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,9 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
11. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 4*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,8 mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
12. *Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania – formularz asortymentowo cenowy - poz. 5*  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik endoskopowy z paskiem tekstylnym, jednorazowego użytku, sterylny, otwór centralny o średnicy 20 mm x 25 mm, wyrób wolny od lateksu, otwory w gumce zapewniające poprawne mocowanie ustnika, wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
13. *Dotyczy warunków umowy § 4*  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”  
**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian
14. *Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1*  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?  
**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian
15. *Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2*  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%?  
**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian
16. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, długość miseczki 4,0 mm, szerokość miseczki 2,4 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 8,0 mm, minimalna objętość miseczki 1,628 mm<sup>3</sup>  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
17. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza
18. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu hydrofilnym PE, kolory rękojeści kodowane w zależności od miejsca przeznaczenia, średnica osłonki 2 3mm, łyżeczki o długości

4,3mm, rozwarcie 7,5mm, pojemność 7,46mm<sup>3</sup>. Długość szczęk wraz z obudową 11 mm. Łyżeczki owalne gładkie, bez igły, długość 1800mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

Zatwierdził Dyrektor  
SZPZLO Warszawa Praga Południe  
Ewa Łagodzka  
w dniu 27.07.2023 r.