



Łukasiewicz I.dz. 1628/2022/W

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław dn. 06.07.2022 r.



Norway
grants

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na podstawie umowy ramowej” Nr sprawy PO.271.23.2022



Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

„Część 4 - MIESZADŁA, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadła magnetycznego 6- stanowiskowego z grzaniem z polami grzejnymi wykonanymi z aluminium (specyfikacja wskazuje na powłokę ceramiczną) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Z informacji rynkowych wynika, że mieszadła z powłoką ceramiczną nie są dostępne.”



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza płyty aluminiowe.



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Sporządziła: Joanna Oczkowicz

Narodowe Centrum Nauki

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

FNP
Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580