

Milicz, 17.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów: staplery, siatki chirurgiczne i ginekologiczne, sprzęt do endoskopii opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Nr sprawy MCM/WSM/ZP09/2025

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dotyczy wzoru umowy §9 :

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do umowy:

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis

2. Pytania do pakietu 7:

a) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści siatkę o gramaturze 42,2g/m². Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: TAK

b) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropyleń monofilamentny o wadze 137,1 g/ m². Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm² Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odpowiedź: TAK

c) Jakiej ilości zszywek Zamawiający wymaga w pozycji 5?

Odpowiedź: 5x15 szt.

d) Jaki rozmiar siatek Zamawiający wymaga w pozycji 8?

Odpowiedź: 7,5 x 15 cm.

10 x 15 cm.

15 x 15 cm.

30,5 x 30,5 cm.