



Olsztyn, 08.09.2023 r.

L.dz. W/1377/2023/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania nr 254/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” w zakresie części nr 4.

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, odrzuca ofertę w zakresie części nr 4 firmy **EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI S. J., ul. Pądnicka 46, 31-202 Kraków NIP: 676-001-28-97**, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca dnia 09.08.2023 roku, za pośrednictwem platformy Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>, złożył ofertę z treścią niezgodną z warunkami zamówienia.

Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 4 pozycji 1A zaoferował wagę laboratoryjną tj. model Ohaus STX 223. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby szalka posiadała wymiary 150x150 mm (+/- 25 mm).

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował wagę z szalką o wymiarach 120x120 mm.

Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie nie zaoferował pozycji 1C, a także nie określił okresu gwarancji na oferowany sprzęt w zakresie części nr 4.

Tym samym wykonawca nie potwierdził spełnienia wymaganych parametrów technicznych wskazanych przez zamawiającego w formularzu cenowym/zestawieniu wymaganych parametrów.

W związku z powyższym oferta wykonawcy w zakresie części nr 4 podlega odrzuceniu jak na wstępie. W związku z tym, że są one wymagane według SWZ, brak ich kwalifikuje treść oferty jako niezgodną z warunkami zamówienia, co wyczerpuje przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1, pkt. 5) ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia Państwa oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem,
KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Wioleta Pszenna