



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


Września, dnia 02.04.2024r.

009Z/2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Zakup i dostawę odczynników do posiadanego, zamkniętego systemu mikrokolumnowego firmy Diahem i sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej” – nr sprawy: 009Z/2024

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o potwierdzenie, że wymóg opisany w pkt. 3 parametrów jakościowo-technicznych bezwzględnie wymaganych, tj. „Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta – tego samego co posiadany sprzęt, celem walidacji metody” nie dotyczy międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem (pozycja nr 9 opisu przedmiotu zamówienia)?	Zamawiający potwierdza.
2	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej dla wyrobów medycznych dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami udział jednostek notyfikowanych przy procesie oceny zgodności nie jest wymagany?	Zamawiający potwierdza.
3	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 10 parametrów jakościowo-technicznych bezwzględnie wymaganych „Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji posiadanego sprzętu w ramach umowy” tj. wirówki ID-Centrifuge 6 S (n/s: 1001365) oraz pipetora ID-Pipetor FP-6 (n/s: E19202991)?	Zamawiający potwierdza.
4	Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym winien zaoferować 13 opakowań krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych oraz 13 opakowań krwinek wzorcowych do układu ABO (pozycja 7 i 8 tabeli przedmiotu zamówienia SWZ), co wynika z cyklu produkcyjnego odczynników krwinkowych, który wymaga 13 dostaw w czasie 12 miesięcy.	Zamawiający potwierdza.
5	Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w opisie przedmiotu zamówienia wielkość zestawu międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem 2x2x5ml stanowi	Zamawiający potwierdza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

przykładową wielkość opakowania i Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kontroli zewnętrznej konfekcjonowanej w inny sposób?	
---	--

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Dyscyplinarnej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

