

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
podkom. Łukasz ZIEBIRSKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądu serwisowego i sprawdzenia dwóch automatów do izolacji DNA Maxwell FSC Instrument nr ser. 11000010 i Maxwell RSC 48 nr ser. 20001518, który powinien zawierać co najmniej:

- całkowitą kontrolę systemu poprzez sprawdzenie części urządzenia i ich ewentualną wymianę,
- sprawdzenie oraz smarowanie (o ile jest to konieczne) wszystkich przewodnic,
- sprawdzenie obudowy zewnętrznej,
- sprawdzenie platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych,
- kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia (o ile jest to konieczne),
- wymianę zużytych pasów (o ile jest to konieczne) oraz materiałów eksploatacyjnych,
- sporządzenie szczegółowego raportu serwisowego.

PRZEGLĄD SERWISOWY I SPRAWDZENIE – DATY WYKONANIA TRZECH ZAMÓWIEŃ:

- automat RSC 48 – listopad 2025 r., listopad 2026 r.
- automat FSC – czerwiec 2026 r.

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALISTA
Sekcji I
Laboratorium Kryminalistycznego KSP
podkom. Jarosław ŁOŻYŃSKI

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. PLEBAŃSKA