

Katowice, 31.01.2024 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.

Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

PYTANIA z dnia 29.01.2024 r. z godziny 13:30:11 oraz 13:46:40.

Pakiet nr 1, pozycja nr 1-4 – Czy zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści opakowanie a'100 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Nie

Pakiet nr 1, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści opakowanie a'200 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 39-40 – Czy zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV?

Nie

Pakiet nr 1, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w rozmiarze 5 w zestawie?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 51 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 51 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 56x42mm?

Nie

Pakiet nr 1, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści bezbarwne kieliszki?

Nie

Pakiet nr 1, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po a'80 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 73 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania o poniższych parametrach i składzie:

- 1x cewnik Foley'a dwurożny, lateksowy, pokryty silikonem,
- 1x igła iniekcyjna 18G z 1 1/2, średnica i długość igły: 1,2x40 mm
- 1x pęseta plastikowa anatomiczna, zielona, 13 cm
- 1x pojemnik plastikowy okrągły, transparentny ze skalą, 125 ml
- 1x strzykawka plastikowa 3-częściowa, końcówka Luer, 10 ml, LN, Ttran G
- 1x worek na mocz 2 l z portem i wężym o długości 90 cm
- 2x rękawica lateksowa Ambulex P, niepudrowana, wywinęta, roz. M
- 1x serweta z laminatu FB z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem, 60x50 cm
- 1x serweta z laminatu FB, 60x50 cm
- 6x tufery "kula" z gazy 17-nitkowej, 20x20 cm

Nie

Pakiet nr 1, pozycja nr 74 – Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 75 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do usuwania szwów o poniższych parametrach i składzie:

- 2x rękawica lateksowa Ambulex, roz. M
- 6x tuffer (kula) 17-nitkowy, 20x20 cm
- 1x pęseta metalowa anatomiczna
- 1x nożyczki chirurgiczne, metalowe
- 1x 2-komorowy twardy blister

Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 75 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do usuwania szwów o poniższych parametrach i składzie:

- 3x tuffer (kula) 17-nitkowy, 20x20 cm
- 1x ostrze chirurgiczne do ściągania szwów, 11 cm
- 1x pęseta anatomiczna plastikowa, niebieska, 13 cm
- 1x 1-komorowy twardy blister

Tak, pod warunkiem, że ostrze chirurgiczne posiada trzonek.

Pakiet 1, poz. 1-4,6-7,15,37,60-64,70-71,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,6-7,15,37,60-64,70-71 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał.

Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Nie

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Tak

Pakiet 1, poz. 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Tak

Pakiet 2, poz. 79

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m²?

Nie

Pakiet 2, poz. 80

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Nie

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

Tak

Pakiet 2, poz. 84

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Tak

Pakiet 2, poz. 78-80,83-85,89

Czy zamawiający wydzieli poz. 78-80,83-85,89 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Nie

Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Szumy
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice

mgr inż. Marek Warchoń