



Znak sprawy: ZP/46/TP2/2022

Zabrze, 19.09.2022r.

**O D P O W I E D Ź nr 1
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji** pn.:

**„Zakup sprzętu w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej na rok 2021/2022
pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 grudnia 2022 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4 dotyczy zapisów wzoru umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2a do 500,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zapisów wzoru umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2c do 250,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zapisów wzoru umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2d do 1 000,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Pytanie nr 7 dotyczy zapisów wzoru umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2e do 500,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zapisów wzoru umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2f do 10% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający

z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski