



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Tel: (32) 370-43-07
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl



Znak sprawy: ZP/32/TP2/2024

Zabrze, 07.05.2024r.

**ODPOWIEDŹ nr 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

ZAKUP POMP INSULINOWYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 2, Wariant I, pkt 36.

Prosimy o doprecyzowanie, czy w powyższym punkcie wymaganym przedmiotem zamówienia jest pompa o również poniższym parametrze:

Funkcja predykcyjnej ochrony pacjenta przed hipoglikemią, poprzez automatyczne zatrzymywanie i wznowianie podaży insuliny na podstawie odczytów z sensora CGM.

Możliwość przeglądu stanu i wykresu CGM na ekranie pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 2 dot. Umowa §7 pkt 2, podpunkt „c”

Czy Zamawiający zrezygnuje z zawartego w powyższym zapisu umowy.

Pompy Insulinowe nie wymagają okresowych przeglądów technicznych zalecanych przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe – Patrz Modyfikacja nr 2 SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Umowa §10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu jak w poniższym brzmieniu:

W przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub niedostępności produktu na dzień realizacji zamówienia będącego przedmiotem zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę przedmiotu umowy na produkt nowy, nowszej generacji o co najmniej tych samych bądź lepszych parametrach technicznych, bez zmiany ceny niż pierwotna zaofferowana ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe – Patrz Modyfikacja nr 2 SWZ.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski