

Katowice, 05.01.2024 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Korczaka 27
40 – 340 Katowice

PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA

PYTANIE 1: Dot. Formularza cenowego Załącznik nr 4 pakiet 7– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z ceną netto za 1 pełne opakowanie handlowe oraz ilość opakowań oraz czy wyrazi zgodę na przeliczenie wartości oferty według wzoru: „cena za pełne opakowanie x ilość opakowań”?

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu usprawnienie procesu realizacji zamówień oraz pozwoli na zminimalizowanie błędów zarówno dotyczących pomyłek produktowych jak i cen jednostkowych widniejących na fakturze. W związku z zasadami pakowania produktu, nie ma możliwości zakupu 1 sztuki czy oznaczenia, a na fakturze zawsze widnieje cena netto za 1 opakowanie handlowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 2: Czy w Pakiecie 11 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o wyższej czułości dla poszczególnych narkotyków, tj. AMP 300ng/ml, OPI 100ng/ml, MET 300ng/ml? Wyższa czułość testu umożliwi wykrycie narkotyków również w moczu osób przyjmujących je sporadycznie lub jednorazowo.

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 11 dopuści Eppendorfy w opakowaniu handlowym 500 szt?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 4: Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 15 dopuści końcówki typu Gilson o pojemności 0-200ul?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści w/w końcówki, jeśli są kompatybilne z będącymi na wyposażeniu laboratorium pipetami HTL oraz Biosigma.

PYTANIE 5: . Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści test do oznaczania wskazanych parametrów narkotykowych w moczu ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 6: Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści test panelowy do wykrywania 6 narkotyków z dodatkowym parametrem MDMA ?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 7: Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści opakowanie 20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 8: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 1 dopuści opakowanie 20szt ?

Czy należy zaoferować zaokrągloną ilość opakowań do pełnych opakowań czy podać ułamkową ilość opakowań ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści w/w opakowania po zaokrągleniu do pełnych opakowań, jeśli termin ważności oferowanych testów będzie obejmował cały czas trwania umowy.

PYTANIE 9: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 1 dopuści czułość dla toksyny A: 2 ng/ml ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 10: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 1 dopuści czułość dla toksyny B: 0,63 ng/ml ?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 11: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 1 dopuści czułość dla GDH: 0,8 ng/ml ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 12: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 3 wymaga testów z kontrolą dodatnią w zestawie?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 13: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 4 i 5 dopuści opakowanie 40szt ?

Czy należy zaoferować zaokrągloną ilość opakowań do pełnych opakowań czy podać ułamkową ilość opakowań ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści w/w opakowania po zaokrągleniu do pełnych opakowań, jeśli termin ważności oferowanych testów będzie obejmował cały czas trwania umowy.

PYTANIE 14: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 6 dopuści czułość 97% i swoistość 97,5% ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 15: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 7 dopuści opakowanie 40szt ?

Czy należy zaoferować zaokrągloną ilość opakowań do pełnych opakowań czy podać ułamkową ilość opakowań ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 16: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 7 dopuści czułość 99 i swoistość 99,7% ?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 17: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 7 dopuści test wykrywający przeciwciała IgG i IgM ?


ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 18: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 8 dopuści test combo potrójny wykrywający SARS-CoV-2, Grypa A i B oraz RSV ? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści wycenę oddzielnie dla testu SARS-CoV-2 i oddzielnie dla testu na Grypę A i B ?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 19: Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 8 dopuści test - odczyt wyniku badania w ciągu 15 minut?

ODPOWIEDŹ: NIE

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy

mgr/MBA Tomasz Broda