



**Firmy zainteresowane
postępowaniem przetargowym**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegu TAVI, sprawa ZP 17/24

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 2 – formularz cenowy w kolumnie B na następującą:

- „1. Zastawka aortalna biologiczna wykonana z osierdzia wieprzowego implantowana drogą przezudową i podobojczykową oraz dostępne direct aorta.
2. Zastawka zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją
3. W zestawie akcesoria do wszczepienia zastawki: balon do predylatacji z koszulką naczyniową, elektrody do szybkiej stymulacji oraz przewodnik sztywny
4. Zastawka widoczna w promieniach RTG.
5. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024.
6. Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego
7. Rozmiary 23-34 mm dla wymiarów pierścienia 18-30 mm.”

Zmodyfikowany załącznik nr 2 w załączeniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta

