



Wieluń, dnia 12.10.2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/13/2021**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych oraz endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium do ich implantacji.**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli z **pakietu nr 2** poniższe pozycje i utworzy tym samym osobny pakiet np. Pakiet NR 2A?

Wykonawca wówczas jest w stanie zaoferować konkurencyjną ofertą. Ponieważ zajmuje się wyłącznie dystrybucją niższego asortymentu.

Lp.	Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment	J.M.	Ilość	Nr katalogowy Nazwa producenta	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Wartość brutto
	Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych w rolce. Wykonany ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie						
13.	Drut do cerkłażu miękki Ø 0,7 dł. 5 m	Szt.	2				
14.	Drut do cerkłażu miękki Ø 0,8 dł. 5 m	Szt.	2				
15.	Drut do cerkłażu miękki Ø 0,9 dł. 5 m	Szt.	2				
16.	Drut do cerkłażu miękki Ø 1,0 dł. 5 m	Szt.	2				
17.	Drut do cerkłażu miękki Ø 1,2 dł. 5 m	Szt.	2				
18.	Drut do cerkłażu miękki Ø 1,5 dł. 5 m	Szt.	2				
	Gwoździe Rusha – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie.						
31.	Średnica gwoździ 2,4 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 100 mm – 240 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm	Szt.	2				
32.	Średnica gwoździ 4,0 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 360 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm	Szt.	2				



33.	Średnica gwoździ 6,0 mm (+/-) 2 mm, w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 440 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm	Szt.	2				
Gwoździe Steinmanna – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie.							
34.	Jednostronnie zaostrome, z drugiej strony zakończenie czworokątne lub trójkątne; średnica gwoździ przynajmniej w przedziale 4,0 mm – 5,0 mm, zmienna przynajmniej co 0,5 mm; długość gwoździ przynajmniej w przedziale 150 mm – 300 mm, zmienna przynajmniej co 10 mm.	Szt.	15				
Druty Kirschnera – ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie.							
35.	Drut Kirschnera ostry Ø 1,2 mm dł. 310 mm	Szt.	50				
36.	Drut Kirschnera ostry Ø 1,4 mm dł. 310 mm	Szt.	50				
37.	Drut Kirschnera ostry Ø 1,6 mm dł. 310 mm	Szt.	150				
38.	Drut Kirschnera ostry Ø 1,8 mm dł. 310 mm	Szt.	300				
39.	Drut Kirschnera ostry Ø 2,0 mm dł. 310 mm	Szt.	300				
40.	Drut Kirschnera ostry Ø 2,2 mm dł. 310 mm	Szt.	300				
41.	Drut Kirschnera ostry Ø 2,4 mm dł. 310 mm	Szt.	100				
42.	Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,6 dł. 310 mm	Szt.	30				
43.	Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,8 dł. 310 mm	Szt.	30				
44.	Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,0 dł. 310 mm	Szt.	40				
45.	Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,5 dł. 310 mm	Szt.	30				
OGÓŁEM							

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia złożenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b):

- b) za zwłokę w realizacji obowiązków reklamacyjnych określonych w § 4 względem terminu określonego w § 4 ust. 2, w wysokości **0,5%** wartości netto reklamowanej części zamówienia za rozpoczęty każdy dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 5)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Pytanie do pakietu 1, pozycja 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1, pozycji 10 i utworzenie z w/w pozycji odrębnego pakietu.

Przychylnie rozpatrzenie naszego zapytania spowoduje dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów, tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania i uzyskanie niższej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Pytanie 2 do zdania 1, pozycja 10

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny, lewy/prawy w przypadku gwoźdźcia długiego. Długość gwoźdźcia krótkiego 170 lub 180mm. Gwóźdź długi w rozmiarach 240-480mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoźdźcia krótkiego i długiego 15.5mm, średnica części dalszej gwoźdźcia 10, 11mm (krótki i długi), 13, 15mm (tylko długi). Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźcia długiego w części bliższej o wartości 4° na valgus. Możliwość wprowadzenia dwóch Kirchnerów do antyrotacji poprzez celownik węglowy. Możliwość użycia celownika dystalnego z maksymalnym odchyleniem 14mm od naturalnej pozycji. Możliwość użycia celownika węglowego do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Dwa otwory w części dystalnej w gwoździach długich. Okrągły oraz owalny z możliwością uzyskania dynamizacji. Otwór statyczny 48.7mm od końca gwoźdźcia. Od końca gwoźdźcia do otworu pod dynamizację - 23.7 mm. W gwoździu krótkim (170 lub 180mm) otwór pod dynamizację oddalony od końca gwoźdźcia - 24.4mm. Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna \varnothing 10.5 mm, dł. 70-120 mm rosnać co 5 mm. z 4 podłużnymi zagłębieniami wzdłuż śruby, częściowo gwintowana w celu łatwiejszego wprowadzenia, Śruba blokująca tytanowa sterylna \varnothing 5 mm i dł. 25-90 mm rosnać co 2,5 mm od 25-45 mm, a także co 5 mm od 45-90 mm, gwintowanych na całej długości, w części dystalnej śruby krótka końcówka samogwintująca w celu lepszego wprowadzenia w kość, Zaślepka tytanowa sterylna, \varnothing 11

mm standardowa i \varnothing 15.5 mm o dł. 5-10 mm, zaślepka blokująca śrubę doszyjkową \varnothing 8 mm i dł. 17,5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody na pytanie 6, w związku z tym nie udziela odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 8

Pakiet 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów według własnych rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z poniższym opisem:

Poz. 1-Płytki tytanowa kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. Płytki występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej, dł. 85-145mm. W części trzonowej rozdzielne otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalono kątowno ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/prześciówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm lub 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.

Poz. 2-wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem walcowym na łbie z gniazdem torx-średnica 2,4mm.

Poz. 3-wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem walcowym na łbie z gniazdem torx-średnica 3,5mm.

Poz. 4-wkręty korowe, samogwintujące z łbem kulistym z gniazdem torx-średnica 3,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Pakiet 5: W związku z zapisem o sterylności asortymentu w rozdziale IV pkt. 7 SWZ oraz we wzorze umowy §3 ust. 10 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 5 asortymentu sterylnego tj. płyty i wkręty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 6 wyrazi zgodę na depozyt z rozmiarów najczęściej stosowanych ustalonych przez obie strony umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określonego w §3 ust. 6 dot. podpisu przez Zamawiającego na fakturze, na podpis złożony do dokumencie przewozowym ew. podpis elektroniczny na urządzeniu firmy kurierskiej?

Obecny zapis może powodować konieczność składania podpisu na wszystkich fakturach przez Dyrektora lub osobę wpisaną w KRS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 1 w zw z §3 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 5 umowy oraz w rozdziale XVIII pkt. 2 oraz w formularzu oferty z „godzin” na „... dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 1 lit c, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje odpowiedni zapis w §6 ust. 1 lit c.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Czy w pakiecie 22 zamawiający dopuści stabilizator zewnętrznymi z belkami wykonanymi z włókna węglowego o średnicy 5mm i długościach z zakresu 120-200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Pakiet 2, poz. 19-20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podkładki do śrub wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. Podkładki gr. 1,3mm Ø wew. 5,0 mm Ø zew. 10 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Pakiet 2, poz. 21-24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podkładki do śrub wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,0 mm Ø zew. 13 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia implantów sterylnych w zakresie **Pakietu nr 1**?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 34** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Steinmanna o długości w przedziale 150-220 mm zmiana co 10 mm, oraz o długości 250, 280 i 300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L” o długości od 82 mm do 262 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości udowej o długości od 156 mm do 316 mm zamiast od 160 mm do 312 mm, oraz z 7 otworami w głowie płytki zamiast z 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej o długości od 44 mm do 404 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 24

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki wygiętej o długości od 229 mm do 336 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki szerokiej grubej o długości od 103 mm do 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej wąskiej grubej o długości od 59 mm do 163 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 11 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej o długości od 90 mm do 270 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowej o długości od 116 mm do 246mm oraz płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowej z hakiem o długości od 117mm do 252mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 106 do 322 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości łokciowej o długości od 86 do 216 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 62mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie **Pakietu nr 22 i 23?**

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 34

Dot pakietu 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 24 „Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm” o dostarczenie wkładek standard lub z okapem w rozmiarach Ø wewnętrzna 28mm, 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Dot pakietu 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 26 „Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm” o dostarczenie wkładek standard lub z okapem w rozmiarach Ø wewnętrzna 28mm, 32 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

dot. § 3 projektu umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
3. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
7. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

8. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści § 3 umowy proponowanych zapisów, z wyłączeniem punktów: 4,5 i 6 dotyczących kontroli daty ważności asortymentu będącego w depozycie u Zamawiającego. Zamawiający nie posiada narzędzi umożliwiających prowadzenie takiej kontroli.

Pytanie 37

dot. § 3 projektu umowy:

W związku z koniecznością użyczenia instrumentarium przez Wykonawcę, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady przekazania instrumentarium w ramach realizacji umowy:

1. Zamawiający potwierdzi odbiór instrumentarium protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.
2. Przez cały okres trwania umowy, przedmiot użyczenia pozostaje własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.
3. Zamawiający zobowiązuje się do używania narzędzi/ instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zakładania asortymentu zakupionego u Wykonawcy.
4. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie narzędzi, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów instrumentarium zgodnie z zaleceniami producenta oraz do bezpłatnych napraw wynikających z normalnego używania narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

dot. § 3 ust. 3, 7, 8 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy gdy Zamawiający składa ofertę na asortyment nie będący endoprotezą (pakiet 20), to czy w momencie ewentualnego zawarcia umowy ww. zapisy zostaną dopasowane / usunięte z projektu umowy jako nie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie treści § 3 umowy do zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 39**dot. SWZ rozdział IV ust. 7 oraz projektu umowy § 3 ust. 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie / poprawienie zapisu umieszczonego w SWZ rozdział IV ust. 7 dotyczącego terminu ważności sterylności zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisem w § 3 ust. 10 projektu umowy oraz okresem obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis w SWZ rozdział IV ust. 7 na: „Minimalny wymagany termin ważności sterylności zaoferowanego przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.”

Pytanie 40

Czy w pakiecie nr 21 Zamawiający zrezygnuje z wymogu użyczenia instrumenarium na czas trwania umowy na rzecz dosyłania zestawu lotnego po każdorazowym zamówieniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził:

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Marek Augustyn