



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest naprawa lasera podczerwonego Chameleon Vision II (zwanego dalej „Laserelem”) w mikroskopie Leica SP8 (zwanym dalej łącznie „Aparaturą”).

1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do naprawy Lasera w związku z problemami w funkcjonowaniu Aparatury, które zostały stwierdzone w procesie diagnostyki Aparatury.
2. Raport z diagnostyki wskazujący na wady Aparatury w zakresie funkcjonowania Lasera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. W szczególności naprawa polegać powinna na refabrykacji lub wymianie na refabrykowaną głowicy lasera Verdi18 oraz naprawie wnęki lasera Chameleon Vision II, a także innych części Lasera, w celu przywrócenia Aparatury do poprawnego funkcjonowania.
3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy polegającym na naprawie Lasera w celu przywrócenia Aparatury do prawidłowego funkcjonowania, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) rozłączenia Lasera, dostarczenia odpowiedniego opakowania Lasera na czas naprawy oraz jego spakowania, odbiór Lasera do miejsca naprawy,
 - 2) dokonanie naprawy Lasera,
 - 3) dostarczenia Lasera do Zamawiającego po naprawie,
 - 4) instalacji Lasera i przywrócenia funkcjonowania Aparatury w zakresie korzystania z Lasera, w tym ponownego uruchomienia Aparatury w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania Aparatury po instalacji Lasera.
4. Z uwagi na specyfikę Aparatury Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wykonawca wyłoniony w innym postępowaniu, dokona przygotowania Aparatury do demontażu lasera oraz będzie uczestniczyć w procesie weryfikacji prawidłowości funkcjonowania Aparatury po instalacji naprawionego Lasera, co jednak nie może mieć wpływu na realizację obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że momentem wykonania przedmiotu Umowy jest chwila przywrócenia prawidłowości funkcjonowania Aparatury w zakresie naprawionego Lasera (poprzedzoną ponownym uruchomieniem Aparatury), co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

6. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu realizacji Umowy (w szczególności do rozłączenia i odbioru Lasera) nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia go przez Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Umowie, co nastąpi nie później niż w ciągu jednego miesiąca liczonego od momentu zawarcia Umowy.
7. Termin realizacji Umowy – 6 tygodni od momentu zawiadomienia Wykonawcy o możliwości realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z pkt 6 powyżej.
8. Gwarancja na prawidłowe funkcjonowanie Aparatury w zakresie naprawionego Lasera – 12 miesięcy.



BBMRI.pl
Biobanking and
BioMolecular resources
Research Infrastructure
Poland

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(decyzja DIR/WK/2017/2018/01-1).

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

