

Białystok, dn. 03.10.2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A
NIP 542-00-13-897 REGON 000093734
BDO 000014763

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: WIW-AG.272.15.2023
Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00414338

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- 1. Wykonawca pyta, czy w zakresie II części zamówienia (dostawa dwóch chłodziarek laboratoryjnych) Zamawiający dopuści urządzenia z sześcioma ażurowanymi półkami bez pięciu wysuwanych szuflad.*

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Podlaski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Andrzej Czerniawski
/podpis elektroniczny/