

Gdynia, dnia 28-04-2025 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

*Dostawa aparatu PET/CT wraz z wyposażeniem i wykonaniem robót budowlanych w Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni
Nr sprawy - D25M/251/N/12-21rj/25*

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie udzielonych wyjaśnień treści SWZ z dnia 18-04-2025r oraz 25-04-2025r, na mocy art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udziela dodatkowych wyjaśnień w związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 98 opublikowaną w dniu 18-04-2025r. oraz na pytanie nr 250 opublikowaną w dniu 25-04-2025r.:

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał w dniu 25-04-2025 modyfikacji poprzez wykreślenie z rozdziału VIII SWZ - WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA pkt 1.10 Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i stosowanie, uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na etapie III umowy podczas dostawy urządzenia, brak Zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) przyczyni się do nie podpisania protokołu końcowego i niemożliwości zakończenia inwestycji. Wykonawca ma także obowiązek wykonać wymaganych kalibracji urządzenia oraz niezbędnych pomiarów i testów.

Tym samym Zamawiający wyjaśnia w ramach odpowiedzi na pytanie 98 w świetle udzielonej odpowiedzi na pytanie 250 iż nie wymaga ww dokumentu na etapie składania ofert.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska