



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/360 /2022
ZP.26.24.2022

Błonie, dnia 2 listopada 2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2022/BZP 00409466/01 z dnia 25.10.2022 r. na przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego [Nr postępowania: RM/ZP/24/2022]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Zadania 10 „Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Medima”

1)Pytanie: Czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata.

Odpowiedź: Tak, w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów.

2)Pytanie: Wykonawca prosi o wyjaśnienie ilości urządzeń objętych pakietem. Czy przegląd dotyczy 10 sztuk pomp infuzyjnych i 10 szt. stacji dokujących?

Odpowiedź: Przegląd dotyczy 10 sztuk pomp infuzyjnych i 10 sztuk stacji dokujących.

3)Pytanie: Wykonawca prosi o podanie numerów seryjnych wszystkich urządzeń objętych pakietem nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający nie podaje numerów seryjnych urządzeń, gdyż nie jest to konieczne do złożenia wiążącej oferty. Numery seryjne zostaną udostępnione Wykonawcom, z którymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4)Pytanie: Wykonawca prosi o dostosowanie formularza w ten sposób, aby Wykonawcy mogli przedstawić odrębne ceny na przegląd pomp i odrębne dla stacji dokujących.

Odpowiedź: Zamawiający działając zgodnie z art.286 ust. 1 ustawy –Pzp Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia /formularza cenowego dla Zadania 10. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dotyczy Zadania 11 „Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Weinmann”

5)Pytanie: Czy Zamawiający udostępni harmonogram przeglądów urządzeń z zadania nr 11 ? Jest to istotna informacja do przygotowania oferty cenowej, gdyż zgodnie z projektem umowy wskazana cena ma zawierać koszt dojazdu bądź odsyłki urządzenia. Nie znając harmonogramu przeglądów sprzętu nie mamy możliwości zoptymalizowania kosztów dojazdu.

Odpowiedź: Harmonogram przeglądów zostanie udostępniony Wykonawcom, z którymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wskazuje, że przeglądy serwisowe planowane są zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, listopad i grudzień - w zależności od typu urządzenia. Zamawiający nie podaje numerów seryjnych urządzeń, gdyż nie jest to konieczne do złożenia wiążącej oferty.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Blonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 12 „Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Resculine”

6)Pytanie: Czy Zamawiający udostępni harmonogram przeglądów urządzeń z zadania nr 12 ? Jest to istotna informacja do przygotowania oferty cenowej, gdyż zgodnie z projektem umowy wskazana cena ma zawierać koszt dojazdu bądź odsyłki urządzenia. Nie znając harmonogramu przeglądów sprzętu nie mamy możliwości zoptymalizowania kosztów dojazdu.

Odpowiedź: Harmonogram przeglądów zostanie udostępniony Wykonawcom, z którymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wskazuje, że przeglądy serwisowe planowane są zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną w miesiącach: kwiecień, czerwiec, październik, listopad i grudzień - w zależności od typu urządzenia. Zamawiający nie podaje numerów seryjnych urządzeń, gdyż nie jest to konieczne do złożenia wiążącej oferty.

Dotyczy: Projektu Umowy § 3 punkt 15

7)Pytanie: Czy Zamawiający zmieni zapis na następujący „ Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury tj. dzień obciążenia rachunku Zamawiającego zgodnie z terminem płatności wyznaczonym na fakturze” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy: Projektu umowy § 4 punkt 18

8)Pytanie: Czy Zamawiający rozdzieli przeglądy serwisowe od naprawy serwisowej ? Naprawa sprzętu zależna jest od dostępności części na magazynie Wykonawcy, jak i u producenta sprzętu. Są sytuacje w których zachodzi konieczność zakupu części z zagranicy w związku z czym czas realizacji zlecenia nieznacznie się wydłuża.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Dotyczy: Projektu umowy § 5 punkt 3

9)Pytanie: Czy Zamawiający zmieni termin na 3 dni robocze od daty stwierdzenia usterki ? Niezwłoczne zgłoszenie usterki umożliwi sprawniejsze jej usunięcie, a także nie pogłębia usterki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Dotyczy: Projektu umowy § 5 punkt 4

10)Pytanie: Czy Zamawiający wydłuży termin do 14 dni roboczych z uwagi na to, iż może zajść konieczność zasięgnięcia opinii producenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Dotyczy: Projektu umowy § 5 punkt 7 a oraz b

11)Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wysokości kar na 0,2 % za każdy dzień ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Dotyczy: Projektu umowy § 5 punkt 8

12)Pytanie: Czy Zamawiający doda zapis „... ewentualna naprawa może zostać powierzona osobom trzecim posiadającym autoryzację serwisową producenta danego urządzenia” ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy: Projektu umowy § 2 punkt 6

13)Pytanie: Czy Zamawiający doprecyzuje, gdzie należy ująć koszt dojazdu do naprawy bądź przeglądu urządzenia? Być może Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki urządzeń do serwisu w celu wykonania przeglądu/ naprawy? Ponadto, naprawa nie zawsze jest możliwa bez wykonania diagnostyki. Zwracamy się z prośbą także o wskazanie, że należy ująć wspomniane ewentualne koszty.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym np. koszty dojazdu. Zamawiający wyraża zgodę na odbiór oraz dostarczanie sprzętu za pośrednictwem spedycji/firmy kurierskiej zleconej przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

