

Załącznik nr 1		nr sprawy N.ZP.2810.39.2024-ZOF.						
L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa Producenta i numer katalogowy	Próbki wymagane
1	Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos z nanocząsteczkami	10 szt.						2 szt.
2	Wykrój 5 punktowy na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos	140 szt.						2 szt.
3	Wykrój 2 punktowy na piersi duży	180 szt.						2 szt.
4	Płyta biała bolus 45 cm x 60 cm grubość 2 mm Ocena:	70 szt.						
5	Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos	140 szt.						
6	Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos -wzmocniony nanocząsteczkami	10 szt.						2 szt.
			Razem :					

UWAGA:  
Oferta nie może być dzielona na poszczególne pozycje.

Dotyczy poz. 1		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	posiadanie nanocząsteczek (poparte min. 2 badaniami naukowymi lub publikacjami)	0-1 pkt.
.	deformacja (brak deformacji (oczek) podczas wyjmowania z pieca i ostudzenia pod ciężarem własnym)	0-1 pkt.
.	brak kurczliwości (brak kurczliwości maski po jej wykonaniu (precyzja odwzorowania pofałdowanej powierzchni maską, powtarzalne przyleganie wykonanej maski do fantomu)	0-1 pkt.
.	równomierna rozciągliwość rozgrzanego materiału (jednorodność rozciągania materiału, przy jednoczesnej ocenie wielkości otworów – jednorodność perforacji oraz zachowanie kształtów zewnętrznych maski )	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do włosów pacjenta oraz skóry	0-1 pkt.

Dotyczy poz. 2		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	deformacja (brak deformacji (oczek) podczas wyjmowania z pieca i ostudzenia pod ciężarem własnym)	0-1 pkt.
.	brak kurczliwości (brak kurczliwości maski po jej wykonaniu (precyzja odwzorowania pofałdowanej powierzchni maską, powtarzalne przyleganie wykonanej maski do fantomu)	0-1 pkt.
.	równomierna rozciągliwość rozgrzanego materiału (jednorodność rozciągania materiału, przy jednoczesnej ocenie wielkości otworów – jednorodność perforacji oraz zachowanie kształtów zewnętrznych maski )	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do włosów pacjenta oraz skóry	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do rękawiczek	0-1 pkt.

Dotyczy poz. 3		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	deformacja (brak deformacji (oczek) podczas wyjmowania z pieca i ostudzenia pod ciężarem własnym)	0-1 pkt.
.	brak kurczliwości (brak kurczliwości maski po jej wykonaniu (precyzja odwzorowania pofałdowanej powierzchni maską, powtarzalne przyleganie wykonanej maski do fantomu)	0-1 pkt.
.	równomierna rozciągliwość rozgrzanego materiału (jednorodność rozciągania materiału, przy jednoczesnej ocenie wielkości otworów – jednorodność perforacji oraz zachowanie kształtów zewnętrznych maski )	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do włosów pacjenta oraz skóry	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do rękawiczek	0-1 pkt.

Dotyczy poz. 6		
Warunki względne (oceniane)		
	Opis	Ocena
.	posiadanie nanocząsteczek (poparte min. 2 badaniami naukowymi lub publikacjami)	0-1 pkt.
.	deformacja (brak deformacji (oczek) podczas wyjmowania z pieca i ostudzenia pod ciężarem własnym)	0-1 pkt.
.	brak kurczliwości (brak kurczliwości maski po jej wykonaniu (precyzja odwzorowania pofałdowanej powierzchni maską, powtarzalne przyleganie wykonanej maski do fantomu)	0-1 pkt.
.	równomierna rozciągliwość rozgrzanego materiału (jednorodność rozciągania materiału, przy jednoczesnej ocenie wielkości otworów – jednorodność perforacji oraz zachowanie kształtów zewnętrznych maski )	0-1 pkt.
.	maska nie przykleja się do włosów pacjenta oraz skóry	0-1 pkt.