

Gdynia, dnia 09 stycznia 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych i innego asortymentu przeznaczonego do użytku na bloku operacyjnym 1, nr D25E/251/12-49rj/18**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dot. zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM i dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki do ligatury o nazwie własnej METZENBAUM z jednym uchem złotym, drugim czarnym, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 14 poz. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian. Czy Zamawiający może również sprecyzować czy mają być to nożyczki ze złotymi uszami, czy czarne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający w celu sprecyzowania swoich wymagań może przestać zdjęcie lub nr katalogowy wymaganego narzędzia?

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 7 sprecyzował parametry dla nożyczek preparacyjnych.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 14 poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM i dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 14 poz. 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta anatomiczna o nazwie własnej STILLE, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 14 poz. 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, cążki do zakładania i zdejmowania klipsów o dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 14 poz. 23, 24, 25, 26

Czy Zamawiający może sprecyzować czy atraumatyczny zacisk naczyniowy żylny i tętniczy ma być prosty czy zagięty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga prostego zacisku naczyniowego żylnego i tętniczego.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 14 poz. 23, 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, atraumatyczny zacisk naczyniowy o dł. 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 14 poz. 24, 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, atraumatyczny zacisk naczyniowy o dł. 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 14 poz. 27

Czy Zamawiający może sprecyzować co ma na myśli pod nazwą "hefnerki"? Czy Zamawiający może również przesłać zdjęcie lub nr katalogowy wymaganego narzędzia?

Odpowiedź:

Zamawiający pod nazwą „HEFNERKI” opisał mikro klemy naczyniowe (mini buldogi naczyniowe) do klemowania żył i tętnic podczas wykonywania przetoki tętniczo-żylniej.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 14 poz. 28, 29, 30, 31

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, osteotom Lambotte o dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osteotom typu Lambotte o długości 240 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 14 poz. 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, penseta anatomiczna o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pensetę anatomiczną standardową o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 14 poz. 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, penseta chirurgiczna o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 14 poz. 36

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej CRILLE-RANKIN, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 14 poz. 37

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, koszyk o wymiarach 265x120x45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koszyk zamykany do drobnych i delikatnych narzędzi z pozycjonerami o wielkości 265 x 120 x 45 mm.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 14 poz. 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do opatrunków o nazwie własnej GROSS-MAIER i dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kleszczyki do opatrunków o nazwie własnej GROSS-MAIER dł. 270 mm, i jednocześnie podtrzymuje wszystkie pozostałe parametry.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów typu spunlace w rozmiarach S/M 120cm, L 130cm, XL 150 cm, XLlong 170cm, XXL 150 cm large, dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch w opisanym zakresie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarach S/M 120 cm, L 130 cm, XL 150 cm, XLlong 170 cm, XXL 150 cm large, dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch w opisanym zakresie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparotomii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z wbudowanymi 2 organizatorami przewodów?

Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąaty chłonnej min. 109,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej wykonanej z miękkiej i oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze włókniny 68 g/m² o wym. 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną o grubości 90 µm ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę okulistyczną o wskazanych parametrach z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na podłokietniki o wymiarach 35 x 73 cm zakończonej paskiem lepny umożliwiającym dokładne dopasowanie jej do wielkości podłokietnika ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłony na podłokietniki o wymiarach 35 x 73 cm zakończone paskiem lepny, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników pakowanych po a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 25 000 op. ?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pozostawił możliwość wyboru co do ilości ręczników w opakowaniu: pakowane po 1 szt. lub po 2 szt. Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ, iż wymaga 50 000 szt.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: - dotyczy opisu fartuchów - na umieszczenie kieszonki na kamizelce po lewej stronie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch ochronny rtg wykonany z lekkiej mieszanki bezołowiowej typu Xenolite-NL dwustronny jednoczęściowy (typu prniceksa) zapewniający całkowitą ochronę przodu i pleców, zapinany na ramieniu i z boku na rzep, z lewej strony wyposażony w kieszonkę umiejscowioną na klatce piersiowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do 42 dni od daty zawarcia Umowy - produkcja odbywa się w Stanach Zjednoczonych - 30-dniowy czas do produkcji i transportu może się okazać za krótki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę fartucha do 42 dni od chwili złożenia zamówienia .

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 43g/m² w. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-130, L-140, XL-150, XXL-165. Termin ważności 5 lat.

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 220cmH₂O, mniej krytycznej min. 22cmH₂O. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 186kPa, na sucho min. 146kPa-parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa-parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu pakowany po 2szt. w opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawił w opisie przedmiotu zamówienia możliwość pakowania ręczników po jednej sztuce lub po dwie sztuki. Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ, iż wymaga 50 000 szt.

Pytanie nr 30 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 6 ust. 1 pkt 1) i 2)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 32 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie zamienników o nie gorszych parametrach w razie braku dostępności asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł już w umowie zapisy zgodnie z § 7 ust. 4 pkt b) oraz w ust. 6 i pozostawia przesłanki do dostarczania innych produktów (zamienników) zgodnie z tymi zapisami.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na rozciąganie 77,7 N oraz wytrzymałość na wypychanie 67,6 Kpa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 6

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, albowiem Wykonawca nie uszczegółowił, w zakresie którego zadania wnosi o wydłużenie terminu. Zamawiający przypomina, iż dla różnych zadań określone zostały różne terminy. Niemniej Zamawiający nie zmienia terminów dostawy z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych nn pismem.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Zapakowany wewnątrz w serwetę włókninową (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 25 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w

kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę, na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 39 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 6 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 6 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 41 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 6 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 4 poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 4 Pozycji 1

Zestawu do laparotomii o składzie i parametrach jak poniżej:

1 x osłona na stolik May'o 80 x 140 cm z warstwą chłonną;

1 x serweta na stół instrumentariuszki min 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61 g/m² i nieprzemakalności min. 980 cmH₂O;

1 x serweta z taśmą lepną 160 x 180 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej oraz organizatorem przewodów (organizator posiada cztery wejścia na kable lub dreny);

1 x serweta z taśmą lepną 240 x 160 cm dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej oraz organizatorem przewodów (organizator posiada cztery wejścia na kable lub dreny);

2 x serwety z taśmą lepną 80x97,5 cm wykonana w całości z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105g/m² i nieprzemakalności min. 990 cm H₂O;

1 x serweta 75 x 90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61 g/m² i nieprzemakalności min. 980 cmH₂O;

1 x taśma lepna 10x50 cm, łatwa w aplikacji;

4 x ściereczki do wycierania rąk 30x35 cm;.

Serwety główne 160x180 cm i 160x240 cm wykonane z włókniny wielowarstwowej typu SMS o gramatura min 51 g/m², w strefie krytycznej posiadają dodatkowa warstwę chłonną wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m², o odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/120 kPa w strefie krytycznej odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H₂O. Obłożenie posiada I klasą palności. Obłożenie odporne na przemakanie, rozrywanie, w czasie użytkowania nie pyli, nie mechaci się ani nie uczuła. Obłożenie dobrze układa się na pacjencie i jest złożone w sposób łatwy do aplikacji z oznaczeniem kierunku rozkładania. Warstwę klejącą we wszystkich serwetach zastosowanych w obłożeniu oraz serwetach pojedynczych stanowi klej nieuczulający, repozycjonowalny (tj. posiadający możliwość przeklejania, zmiany lokalizacji bez utraty właściwości lepnych).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 5 poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Pozycji 1

Zestawu dermatologicznego o składzie i parametrach jak poniżej:

1 x fartuch chirurgiczny standardowy z włókniny SMS w rozmiarze XL;

1 x osłona na stolik Mayo typu worek złożony w sposób zapewniający łatwą aplikację o wymiarze 80 cm x 140 cm;

2 x serwetki do rąk z włókniny celulozowo-poliestrowej w rozmiarze min 30 cm x 35 cm;

1 x taśma samoprzylepna min 9 cm x 50 cm;

1 x serweta z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min 61 g/m² w rozmiarze min 75 cm x 90 cm;

1 x serweta w rozmiarze 60 cm x 50 cm z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego gramaturze min 54 g/m² i otworem o średnicy 5 - 7 cm z przylepcem dookoła;

1 x owinięcie zestawu - serweta 100 cm x 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 5 poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 Pozycji 1 serwety z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min 61 g/m² w rozmiarze min 75 cm x 90 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43, Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min. 61 g/m² w rozmiarze min. 75 cm x 90 cm..

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 6 poz. 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 6 Pozycji 3 serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach min 75 cm x 90 cm niepyłacego o gramaturze min. 54 g/m², wytrzymałości na rozciąganie min. 80 N, wytrzymałość na wypychanie min. 100 Kpa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników pakowanych a' 2 szt., z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 25.000 opakowań tj. 50.000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pakowanie ręczników po 2 szt. w jednym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganej ilości sztuk. Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ, iż wymaga 50 000 szt.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej 73 g/m².

Fartuch owinięty w serwetę włókninową.

Rozmiar fartucha: M,L,XL,XXL.

Razem z fartuchem zapakowane dwa ręczniki w rozmiarze ok. 31 x 43 cm.

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej zgodnej z SIWZ.

Fartuch owinięty w serwetę włókninową.

Rozmiar fartucha: M,L,XL,XXL.

Razem z fartuchem zapakowane dwa ręczniki w rozmiarze ok. 31 x 43 cm.

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek operacyjnego dla osób z długimi włosami, z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem oraz bez ściągacza na czole, i bez szwa przez środek czepek. Pozostałe parametry czepków bez zmian.




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepek dla osób z długimi włosami, z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem oraz bez ściągacza na czole i bez szwa przez środek czepka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii o następującym składzie:



Zestaw uniwersalny I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Serweta główna, dolna i boczne wykonane są z laminatu dwuwarstwowego w części podstawowej serwet o gramaturze 55g/m² oraz z laminatu trójwarstwowego w części krytycznej serwet o gramaturze 110 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu okulistycznego o następującym składzie:



Zestaw IV okulistyczny

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 160
1 serweta okulistyczna z otworem przyklepnym (folia operacyjna) i workiem na płyn, (otwór 10 x 12 cm)	150 x 150

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina-folia) o gramaturze 55 g/m². Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 46,6 N, na mokro 50,9 N. Wytrzymałość na wypychanie zgodna z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw okulistyczny o podanych parametrach.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon na podłokietniki w rozmiarze 25 x 80 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw okulistyczny o podanych parametrach, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 46,6 N, na mokro 50,9 N. pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw okulistyczny o podanych parametrach, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 poz. 1 czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok. 13 cm, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 poz. 1 czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z w/w zadania pozycji nr 5 .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami wykonanymi metodą podwójnego tradycyjnego szycia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarze M-XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wewnętrznie owinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch owinięty w serwetę włókninową.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane łącznie z dwoma ręcznikami do rąk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do rąk.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o łącznej gramaturze w obszarze krytycznym 73g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek z wydłużoną częścią tylną, z gumką
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm j wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wyposażona we wzmocnienie, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wyposażona we wzmocnienie, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm


Serweta główna, dola, boczne: wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² + w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² (łącna gramatura w strefie krytycznej 140g/m²)

Odporność na przenikanie cieczy 197cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa



150x240cm
1szt./pc.



180x180cm
1szt./pc.



75x90cm
2szt./pcs




30,5x34cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru I klasa palności na poziomie >3,5s?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w 2 sztywniki. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 90/91,6 N



100x100cm
1szt./pc.



100x150cm
1szt./pc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro 45/30 N?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z miękkiej i chłonnej włókniny spunlace (50% pulpa celulozowa + 50% poliester) o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71 dot. Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do procedur wysokiego ryzyka , pakowany z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk razem z fartuchem w owinięciu papierowe. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do rąk w podanych rozmiarach pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72 dot. Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do procedur o podwyższonym ryzyku , wykonany z włókniny typu SMS , pakowany z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk razem z fartuchem w owinięciu papierowe. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z sms pakowany z dwoma celulozowymi ręczniki do rąk.

Pytanie nr 73 dot. Zadania nr 4

Czy zamawiający dopuści zestaw w którym stolik Mayo posiada rozmiar 79x145 cm oraz ściereczki w rozmiarze 18x25cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza worek na stolik Mayo o rozmiarze 79 x 145 i ściereczki do rąk o rozmiarze 18x25 cm.

Pytanie nr 74 dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 8 pkt. 1

1. Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie treści projektu umowy - załącznik nr 6 do SIWZ, poprzez nadanie § 8 pkt 1 następującego brzmienia: „ Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

- 1) w wysokości 0,3 % ceny brutto opóźnionej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ; za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie wyposażenia wadliwego – do czasu dostarczenia wyposażenia wolnego od wad;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 75 dot. Zadania nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego do procedur wysokiego ryzyka z włókniny typu sontara posiadający dodatkowe polietylenowe wzmocnienia w przedniej części fartucha i rękawach w rozmiarach: S/M (115cm), L (120cm), XL(130cm), XLL(150cm), 2XLL(170cm), opakowanie fartucha zaopatrzone w min. 2 etykiety przyklepne w języku polskim zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, numer serii oraz datę ważności pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta, nazwa wyrobu i rozmiar na etykiecie głównej, wewnętrzne owinięcie w włókninę, wewnątrz opakowania 2 ręczniki. W pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 dot. Zadania nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego do procedur podwyższonego ryzyka wykonanego z włókniny typu SMS posiadającego w przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m²; wzmocnienia 30 g/m². Rozmiary S-XXL, wewnętrzne owinięcie w włókninę, wewnątrz opakowania 2 ręczniki. W pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 dot. Zadania nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o kroju furażerki z „wydłużoną” częścią tylną czepek dzięki czemu pomieści długie włosy, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m². Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Pakowany po 100 szt. w sztywny kartonik służący podajnik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowane parametry czepek.

Pytanie nr 78 dot. Zadania nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Pakowany po 100 szt. w sztywny kartonik służący podajnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79 dot. Zadania nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety okulistycznej 122x158 cm z oknem 13x10cm wypełnionym folią operacyjną z otworem 11,5x8cm, z obustronną torbą na płyny ze sztywnikiem, ze zintegrowanymi uchwytami na przewody; wykonana z lekkiej, paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności. Wyrób zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 dot. Zadania nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietniki z włókniny typu spunlace, 76x35cm, z przylepną opaską, pakowanych a'2 sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dot. Zadania nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych celulozowych ręczniczków o gramaturze nieznacznie mniejszej niż wymagana, tj. 54,9 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterylny ręcznik celulozowy o podanej gramaturze 54,9g/m².

Pytanie nr 82 dot. Zadania nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych celulozowych ręczniczków pakowanych a'2 szt., wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterylny ręcznik celulozowy pakowany po 2 szt. w jednym opakowaniu z przeliczeniem ilości.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

