



Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/71/PN/2022

Zabrze, 28.12.2022r.

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH I MOLEKULARNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 135 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 4 - Dostawa zestawów do genotypowania HLA DQ2, DQ8 i genów HFE, TFR2, FPN1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów z 7-miesięcznym terminem ważności? Producent zestawów, które chcemy zaoferować zmienił dostawcę subkomponentów i aktualnie wysyła zestawy z 7-miesięcznym lub nieco dłuższym terminem ważności zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidział taką możliwość w pkt 26.2 SWZ.

Pytanie nr 3

Wzór umowy §1 ust. 4 (dotyczy pakietu nr 7):

Uprzejmie prosimy o dodanie zastrzeżenia: „jeśli dotyczy” oraz zaktualizowanie podstawy prawnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ w powyższym zakresie. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 4

§4 ust. 4 (dotyczy pakietu nr 7):

Uprzejmie prosimy wykreślenie wyrażenia „po e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Zamawiającego tel. lub e-mail:”

lub zmianę zapisu poprzez dodanie: „przewidywanym terminie dostawy”

Zamówienia będą wysyłane bezpośrednio z magazynu zagranicznego na terenie UE, co powoduje, że Wykonawca ma jedynie możliwość podania przewidywanej daty dostawy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 5

§4 ust. 5 (dotyczy pakietu nr 7):

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu, lub zastąpienie wyrażenia: „winno nastąpić” słowem „może nastąpić”.

Zamówienia będą wysyłane bezpośrednio z magazynu zagranicznego na terenie UE, co powoduje, że Wykonawca ma jedynie możliwość podania przewidywanej daty dostawy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 6

§4 ust. 15 (dotyczy pakietu nr 7):

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji **do 7 dni roboczych** oraz wydłużenia czasu wymiany reklamowanego przedmiotu umowy **na 15 dni roboczych**.

Uzasadnienie: W przypadku reklamacji jakościowej sond FISH procedura reklamacyjna wymaga przetestowania archiwalnej próbki produktu przez Producenta. Dopiero po wykonaniu testu możliwe jest merytoryczne odniesienie się do wady jakościowej. Procedura ta nie jest wykonalna w terminie 3 dni roboczych podanych przez Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji jakościowej konieczne jest sprowadzenie sondy z nowej partii (serii produkcyjnej) od Producenta zagranicznego. Wymiana partii produkcyjnej na nową nie jest możliwa w tak krótkim terminie podanym przez Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca dąży do wszelkich starań, aby zakończyć procedury w najkrótszym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 7

§7 ust. 2 lit. d):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była **od wartości niezrealizowanej części umowy**, nie zaś od kwoty brutto określonej w §3 ust. 2. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, rozwiązanie umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 2 - wzoru umowy §1, 4

Wnosimy o usunięcie w/w ustępów w odniesieniu do zadania 2. Produkty wymienione w zadaniu służą do badań naukowych i nie posiadają statusu produktów medycznych gdyż nie spełniają definicji produktów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 2

Zwracam się z prośbą o możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów z okresem przydatności do zużycia nie krótszym niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy. Dla Zamawiającego w przypadku niektórych produktów, może to oznaczać dłuższy termin ważności niż obecnie wymagany, dla Wykonawcy jest to kluczowy aspekt planowania dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 2

Dotyczy wzoru umowy, §4, 4

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 14:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Zamawiającego tel.:”.

Uprzejmie prosimy o korektę tego zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 15:00 w dniu dostawy po telefonicznym e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Zamawiającego tel.:”.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż nasze dostawy są realizowane z magazynu centralnego, znajdującego się poza granicami kraju przesyłką kurierską lotniczą.

Gdyby Wykonawca chciał uwzględnić gwarantowany czas dostawy, koszt dostawy mógłby wzrosnąć nawet i do jednego tysiąca złotych liczone każdorazowo do zamówienia. Ponieważ Wykonawca chciałby zaproponować jak najbardziej konkurencyjną cenę dlatego prosi o w/w korektę.

Jeśli chodzi o powiadomienie telefoniczne – nie jest to możliwe ze względu na scentralizowany system wysyłek z magazynu. Niemniej Wykonawca jest w stanie powiadomić emailowo Zamawiającego o terminie dostawy wysyłając potwierdzenie realizacji zamówienia z podanym terminem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 2

Dotyczy wzoru umowy, §4, 15

Zamawiający zapisał:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie do 2 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Wnosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do zadania 2 tak by w/w ustęp brzmiał: „Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie do 18 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty wymienione w zadaniu 2 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Producent przewiduje czas dostawy do 21 dni kalendarzowych.

Nie jesteśmy w stanie spełnić tego kryterium Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 2

Dotyczy wzoru umowy, § 7, 2

Zamawiający zapisał:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy,
- b) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w §4 ust. 15,
- c) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w §4 ust. 4,
- d) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wnosimy o zmianę:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,2% wartości towaru w zwłoce, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy,
- b) w wysokości 0,2% wartości towaru w zwłoce, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w §4 ust. 15,
- ~~c) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w §4 ust. 4,~~
- d) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub po stronie Zamawiającego.

Ceny proponowanych odczynników są zróżnicowane, w niektórych przypadkach ich cena to mniej niż 100,00 pln, co oznaczałoby, że kara wynosi ponad 100% !

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy.

W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady

równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający gwarantuje realizację na poziomie zaledwie 10% wartości umowy. Kara za rozwiązanie umowy w kontekście takich zapisów nie powinna mieć poziomu 10% wartości umowy.

Brak modyfikacji może skutkować rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności 120 dni w przypadku pozycji 2 i 75 dni w przypadku pozycji 3?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu 10,11, Dot. rozdz. 10 pkt 10.1.4 SWZ

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych : Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje wykonania i przechowywania odczynników oraz karty charakterystyki i odstąpi od wymogu dołączenia ich do oferty? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu 10,11, §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę, z zastrzeżeniem przypadków w których Zamawiający ma możliwość śledzenia złożonego zamówienia w systemie firm transportowych . Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu 10,11, §4 ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych i tym samym modyfikację postanowienia umownego na:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 5 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie do 2 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu 10,11, §7 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści podłoże zawierające 0,04g Gentamycyny i 0,5g Chloramfenikolu?

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści podłoże o składzie:

Pepton kazeinowy (wotowy).....7.5 g

Pepton mięsny (wołowy lub wieprzowy).....7.5 g
Skrobia kukurydziana1 g
Fosforan dipotasowy.....4 g
Chlorek sodu5 g
Hemoglobina (wołowa)10 g
Agar.....10 g
PolyViteX..... 10 ml
Mieszanka antybiotyków.....10 m
Oczyszczona woda..... 1000 ml
pH 7,3

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 19 Zamawiający ma na myśli 2 opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycjach 20-22 Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycjach 20-22 Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Zamawiający

z up. DYREKTORA

**Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**