



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

Wodzisław Śląski, 02.06.2022 r.

DZP/...../2022

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  
„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku”  
nr sprawy 3/2022/DZP/PN

Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo przetargu nieograniczonego na 3/2022/DZP/PN

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku zwracam się z 2 pytaniami, dot. pakietu 4:

- pyt.1.

Zważywszy na dzisiejsza troskę pacjentów o sterylność i jednorazowość wszelkich akcesoriów do badań popularnym jest rozwiązanie, w którym w jednym woreczku obok filtra antybakteryjnego występuje również jednorazowy klips na nos. Taki klips – żeby stabilnie utrzymał się na nosie - powinien być wykonany z tworzywa sztucznego typu POM. Zatem Czy Państwo wymagają, aby w razem z każdym ustnikiem był zapakowany jednorazowy klips z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga.

- pyt.2. - Wiarygodność skuteczności i parametrów filtracji jest określana w niezależnych laboratoriach, mierzona właśnie przy wysokich przepływach. Czy Państwo wymagacie dokumentów Producenta, potwierdzających skuteczność filtracji na poziomie przepływu 750 L/min oraz – co jest istotną nowością – również skuteczność filtracji pod względem cząsteczek koronawirusa SARS-CoV-2?

**Odpowiedź:** W razie wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty.

Z poważaniem