

Milicz, 17.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów: staplery, siatki chirurgiczne i ginekologiczne, sprzęt do endoskopii opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.

Nr sprawy MCM/WSM/ZP09/2025

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Odnosząc się do wymagań Zamawiającego w zadaniu 8 w pozycji 1, dotyczących klipsów II generacji, informujemy, że oryginalne klipsy Hem-o-lok skutecznie utrzymują się na naczyniach. Z tego powodu nie ma potrzeby aby były wyposażone w ostre zęby osadzone pod kątem 45°, w przeciwnych kierunkach, które mogłyby wywierać nadmierny nacisk na delikatną tkankę narażając ją na osłabienie. O stabilności, jakości oraz bezpieczeństwie klipsów Hem-o-lok świadczy fakt, że są one jedynymi klipsami rekomendowanymi przez producenta robota Da Vinci, firmę Intuitive Surgical. Chcielibyśmy zatem zapytać, czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe polimerowe, niewchłaniające, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną-Rozmiar L, pakowane po 6 klipsów w magazynku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Odnosząc się do wymagań Zamawiającego w zadaniu 8 w pozycji 2, dotyczących klipsów II generacji, informujemy, że oryginalne klipsy Hem-o-lok skutecznie utrzymują się na naczyniach. Z tego powodu nie ma potrzeby aby były wyposażone w ostre zęby osadzone pod kątem 45°, w przeciwnych kierunkach, które mogłyby wywierać nadmierny nacisk na delikatną tkankę narażając ją na osłabienie. O stabilności, jakości oraz bezpieczeństwie klipsów Hem-o-lok świadczy fakt, że są one jedynymi klipsami rekomendowanymi przez producenta robota Da Vinci, firmę Intuitive Surgical. Chcielibyśmy zatem zapytać, czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego

amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe polimerowe , niewchłaniające, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną-Rozmiar XL, pakowane po 6 klipsów w magazynku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy poj.200ml , uwalniany z prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy poj.200ml , uwalniany z prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w zadaniu 8 w pozycjach 1-3 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: wyroby medyczne mają być wyposażone w naklejki samoprzylepne do wklejania, zgodnie z SWZ