

AG/ZP-07/2024

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
ZAPYTANIA DO SWZ**

w postępowaniu przetargowym pn.

**DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH  
WRAZ Z DOSTAWĄ ZBIORNIKA I OSPRZĘTEM  
DO MAGAZYNOWANIA CIEKŁEGO TLENU  
MEDYCZNEGO, CIEKŁEGO AZOTU, BUTLI Z TLENEM MEDYCZNYM  
(Nr sprawy: AG/ZP-07/2024)**

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

**Pytania wniesione w ustawowym terminie**

**Pytanie 1**

**I FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SWZ**

1. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował termin dostaw cząstkowych (dotyczy dostaw gazów sprężonych w butlach) zgodnie z § 1 pkt. 9 wzoru Umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Prosimy o potwierdzenie.

**W odpowiedzi na pytanie:**

Tak, Zamawiający oczekuje wskazania terminu dostaw cząstkowych gazów w butlach w dniach, licząc od złożenia zamówienia.

**Pytanie 2**

**II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

**Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 3 z treści :**

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia, zamontowania i podłączenia do istniejącej instalacji (montażu) na terenie siedziby Zamawiającego oraz przekazania do eksploatacji zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu medycznego wraz z osprzętem – w terminie do: **21 dni** licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

**na treść:**

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia, zamontowania i podłączenia do istniejącej instalacji (montażu) na terenie siedziby Zamawiającego oraz przekazania do eksploatacji zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu medycznego wraz z osprzętem – w terminie do: **21 dni** licząc od daty zawarcia niniejszej umowy. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik do magazynowania tlenu ciekłego, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

**W odpowiedzi na pytanie: Tak, zamawiający modyfikuje zapis umowy w §1 pkt 3 dodając zapis:**

**W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik do magazynowania tlenu ciekłego, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

**Pytanie 3**

**II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

**Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 4 z treści :**

W przypadku opóźnienia z realizacją zamówienia określonego w ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może jednak wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej.

**na treść:**

W przypadku opóźnienia z realizacją zamówienia określonego w ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto **niezrealizowanej dostawy** za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może jednak wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej.

**W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z swz**

**Zamawiający modyfikuje pierwotny zapis §1 pkt 4 zastępując słowo „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.**

#### **Pytanie 4**

##### **II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 5 z treści :**

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wymieniony w § 1 pkt 2 niniejszej umowy zbiornik wraz z osprzętem oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w terminie do **3 dni** od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu najmu.

##### **na treść:**

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wymieniony w § 1 pkt 2 niniejszej umowy zbiornik wraz z osprzętem oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w terminie do **3 dni** od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu najmu. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik do magazynowania tlenu ciekłego, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

**W odpowiedzi na pytanie: Tak, zamawiający modyfikuje zapis umowy w §1 pkt 5 dodając zapis:**

**W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik do magazynowania tlenu ciekłego, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

#### **Pytanie 5**

##### **II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 9 z treści :**

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 48 godzin od dnia otrzymania lub potwierdzenia, w przypadku zbiornika z telemetrią, zamówienia.

##### **na treść:**

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do **2 dni** od złożenia zamówienia (**termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie biegnie/zawiesza się w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy**) – dotyczy dostaw gazów sprężonych w butlach , w przypadku ciekłego tlenu medycznego Wykonawca będzie dokonywał dostaw na podstawie samodzielnych odczytów za pośrednictwem systemu telemetrii lub na każde dodatkowe zamówienie Zamawiającego, w przypadku dostaw ciekłego azotu Wykonawca będzie dokonywał dostaw wg zaakceptowanego obustronnie harmonogramu dostaw 1 raz w tygodniu.

**W odpowiedzi na pytanie: Tak, zamawiający modyfikuje zapis umowy w §1 pkt 9 zmieniając zapis:**

*Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia (termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie biegnie/zawiesza się w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy) – dotyczy dostaw gazów sprężonych w butlach , w przypadku ciekłego tlenu medycznego Wykonawca będzie dokonywał dostaw na podstawie samodzielnych odczytów za pośrednictwem systemu telemetrii lub na każde dodatkowe zamówienie Zamawiającego, w przypadku dostaw ciekłego azotu Wykonawca będzie dokonywał dostaw wg zaakceptowanego obustronnie harmonogramu dostaw 1 raz w tygodniu*

#### **Pytanie 6**

##### **II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt 4 z treści :**

Przedmiot dostawy musi być zgodny z wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022r. (Dz. U. 2022, poz. 974).

##### **na treść:**

Przedmiot dostawy musi być zgodny z wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022r. (Dz. U. 2022, poz. 974), **z uwzględnieniem okresów przejściowych – dotyczy wyłącznie gazów zarejestrowanych jako wyrób medyczny.**

**W odpowiedzi na pytanie:**

**Tak, zamawiający modyfikuje zapis umowy w §5 pkt 4 zmieniając zapis:**

*Przedmiot dostawy musi być zgodny z wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022r. (Dz. U. 2022, poz. 974), z uwzględnieniem okresów przejściowych – dotyczy wyłącznie gazów zarejestrowanych jako wyrób medyczny.*

#### **Pytanie 7**

##### **II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę §6 pkt 12 z treści :**

Do każdej dostawy zostaną dołączone wyniki badań czystości gazu – świadectwo kontroli jakości.

##### **na treść:**

Do każdej dostawy ciekłego tlenu medycznego zostaną dołączone wyniki badań czystości gazu – świadectwo kontroli jakości.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z prawem polskim nie ma takiego wymogu dla gazów w butlach. Dla ciekłego azotu medycznego wymagane jest świadectwo zgodności (certyfikat).

**W odpowiedzi na pytanie:**

**Tak, zamawiający modyfikuje zapis umowy w §6 pkt 12 zmieniając zapis:**

Do każdej dostawy ciekłego tlenu medycznego zostaną dołączone wyniki badań czystości gazu – świadectwo kontroli jakości.

**Pytanie 8**

**II WZÓR UMOWY – załącznik nr 4 do SWZ**

**Wykonawca wnosi o zmianę §14 pkt 2 z treści :**

Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 pkt 1, w wysokości 0,2 % ceny, o której mowa w §2 pkt1, za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % ceny, o której mowa w §2 pkt1.

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ceny, o której mowa w §2 pkt1.

**na treść:**

Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 pkt 1, w wysokości **5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy**, za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % ceny, o której mowa w §2 pkt1.

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ceny, o której mowa w §2 pkt1.

**W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z swz.**

**Pytanie 9**

**III SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: ROZDZIAŁU IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 z treści :**

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tlenu medycznego ciekłego bezpośrednio do zbiornika na ciekły tlen medyczny – wyposażony w system telemetryczny. Dostawa oraz montaż zbiornika stanowi przedmiot tego postępowania. (pojemność zbiornika na ciekły tlen nie mniejsza niż 4500 kg, zbiornik na ciekły azot –nie mniejszy niż 240l). Wykonawca zamontuje zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tlenu medycznego ciekłego bezpośrednio do zbiornika na ciekły tlen medyczny – wyposażony w system telemetryczny. Dostawa oraz montaż zbiornika stanowi przedmiot tego postępowania. (pojemność zbiornika na ciekły tlen nie mniejsza niż 4500 kg, zbiornik na ciekły azot –nie mniejszy niż 240l). Wykonawca zamontuje zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik na tlen ciekły oraz zbiornik na ciekły azot, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

**W odpowiedzi na pytanie:**

**Tak, zamawiający modyfikuje zapis opisu przedmiotu zamówienia w swz zmieniając zapis pkt 2:**

*Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tlenu medycznego ciekłego bezpośrednio do zbiornika na ciekły tlen medyczny – wyposażony w system telemetryczny. Dostawa oraz montaż zbiornika stanowi przedmiot tego postępowania. (pojemność zbiornika na ciekły tlen nie mniejsza niż 4500 kg, zbiornik na ciekły azot –nie mniejszy niż 240l). Wykonawca zamontuje zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik na tlen ciekły oraz zbiornik na ciekły azot, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.***

**Pytanie 10**

**III SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: ROZDZIAŁU IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 z treści :**

W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974), asortyment musi posiadać znak CE.

**na treść:**

W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974) z uwzględnieniem okresów przejściowych, asortyment musi posiadać znak CE.

**W odpowiedzi na pytanie:**

**Tak, zamawiający modyfikuje zapis opisu przedmiotu zamówienia w swz zmieniając zapis pkt 5:**

W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974) z uwzględnieniem okresów przejściowych, asortyment musi posiadać znak CE.

**Pytanie 11**

**III SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca wnosi o zmianę pkt 12 z treści :**

Wykonawca będzie dokonywał dostaw gazów na podstawie samodzielnych odczytów za pośrednictwem systemu telemetrii (ciekły tlen) lub na każde dodatkowe zamówienie Zamawiającego, 1 raz w tygodniu (ciekły azot) , na każde zamówienie na pozostały asortyment - w dni tygodnia wskazane w formularzu ofertowym do magazynu gazów lub magazynu Apteki Szpitalnej.

**na treść:**

Wykonawca będzie dokonywał dostaw gazów na podstawie samodzielnych odczytów za pośrednictwem systemu telemetrii (ciekły tlen) lub na każde dodatkowe zamówienie Zamawiającego, 1 raz w tygodniu - wg zaakceptowanego obustronnie harmonogramu (ciekły azot), na każde zamówienie na pozostały asortyment – do **2 dni** od złożenia zamówienia (**termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie biegnie/zawiesza się w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy**) do magazynu gazów lub magazynu Apteki Szpitalnej **mieszczących się na terenie SPZOZ ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód**)

**W odpowiedzi na pytanie:**

**Tak, zamawiający modyfikuje zapis opisu przedmiotu zamówienia w swz zmieniając zapis pkt 12:**

Wykonawca będzie dokonywał dostaw gazów na podstawie samodzielnych odczytów za pośrednictwem systemu telemetrii (ciekły tlen) lub na każde dodatkowe zamówienie Zamawiającego, 1 raz w tygodniu - wg zaakceptowanego obustronnie harmonogramu (ciekły azot), na każde zamówienie na pozostały asortyment – do **2 dni** od złożenia zamówienia (**termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie biegnie/zawiesza się w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy**) do magazynu gazów lub magazynu Apteki Szpitalnej **mieszczących się na terenie SPZOZ ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód**)

*Dokument podpisał Dyrektor Bartosz Grobelny.*