



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 06.07.2023 r.

Nr referencyjny: LI.262.4.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na: **Zakup wyposażenia specjalistycznego - aparatury medycznej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o." współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 111-348508.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dot. zadania nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy do 31.05.2024 roku ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 4 bezpieczniki oraz wyłącznik główny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie posiadające 4 zakresy temperatury: temp. otoczenia, 32°C, 38°C, 43°C osiągnane w czasie maksymalnie 30 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z samo dostosowującą się prędkością wentylatora w zależności od rodzaju używanego koca?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Dot. zadania nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie posiadające:

- Alarm zbyt wysokiej temperatury
- Alarm zabezpieczenia mikrokontrolera
- Wskaźnik wymiany filtra
- Alarm techniczny

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Dot. zadania nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie wyposażone w panel sterowania znajdujący się z przodu górnej części urządzenia, na którym z pomocą sygnalizacji LED widoczny jest status pracy urządzenia oraz zadana temperatura robocza?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Dot. wzoru umowy i zadania nr 4, 5 i 6

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy zapis, mówiący o tym, że w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za przekroczenie terminu naprawy, jeśli Wykonawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za przekroczenie terminu naprawy, jeśli Wykonawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy.

Pytanie nr 8

Dot. zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie sterowane za pomocą przycisków z kolorowym ekranem LCD o wielkości 6,5 cala?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

Dot. zadania nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru refrakcji od -30D do + 25 D z dokładnością 0,01 D 0,12D i 0,25 D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. zadania nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru cylindra od -12D do + 12D z dokładnością 0,01/0,012/0,025 D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. zadania nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie realizujące pojedynczy pomiar refrakcji przy pomocy super luminescencyjnej diody SLD oraz wysokiej rozdzielczości kamery CCD?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

Dot. zadania nr 5 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru krzywizny rogówki: od 5 mm do 13 mm z krokiem 0.01 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. zadania nr 5 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 25,96 D?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14

Dot. zadania nr 5 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -12 D do + 12 D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. zadania nr 5 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 i 5 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. zadania nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru rozstawu źrenic PD: od 30 mm do 85 mm z krokiem 1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17

Dot. wzoru umowy i zadania nr 15 i 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy czas usunięcia awarii wyniósł 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18

Dot. zadania nr 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z podstawą jezdnią na 4 kołach z blokadą oraz dedykowaną przestrzenią załadowniczą na kołdry.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

Dot. zadania nr 2 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wysoce efektywnym równoważnym filtrem powietrza typu MERV 14 przeznaczonym do urządzeń medycznych stosowanych w warunkach o podwyższonym reżimie sanitarnym np. w salach operacyjnych, wymienianym zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia co 500 godzin pracy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20

Dot. zadania nr 2 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z 4 zakresami temperatury , 32°C, 38°C, 43°C (+/-1,5°C) i temperatura otoczenia co przy 2 prędkościach przepływu aż 23,4 l/s zapewnia większą ilość tj 8 trybów pracy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Dot. zadania nr 2 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością wyboru 2 trybów przepływu powietrza (max 1404 l/min) co zapewnia wysoką efektywność ogrzewania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22

Dot. zadania nr 2 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia gdzie wymiana filtra zgodnie z instrukcją obsługi następuje co 500 godzin pracy (wyświetlane na wyświetlaczu).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

Dot. zadania nr 2 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wadze 7,3 kg.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24

Dot. zadania nr 2 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wyświetlaczem informującym o aktualnej temperaturze, czasie ogrzewania obecną temperaturą, całkowitym czasie pracy oraz kodach błędów i usterek

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

Dot. zadania nr 2 poz. 16

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z nastawioną temperaturą +/- 1,5°C mierzoną na końcu przewodu

grzewczego przy kołdrze.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26

Dot. zadania nr 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemu ogrzewania pacjenta o poniższych parametrach Cztery zakresy temperatur wysoka 43°C, średnia 38°C, niska 32°C, pokojowa. Dwie prędkości przepływu powietrza. Zabezpieczenia: system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych, rezerwowe zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temperatury przy wlocie węża, przewody wejściowe z podwójnymi bezpiecznikami. Możliwość jednoczesowego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą sprali grzewczej Filtr: wysokiej skuteczności filtr 0.2 mikrona. Urządzenie posiadający łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia . Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta. Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta. Waga: 7,3kg. Możliwość montowania urządzenia na stojaku do kroplówek lub poręczy łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27

Dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wyprodukowane w 2022 r.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 28

Dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z 1 bezpiecznikiem zasilania oraz wyłącznikiem głównym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29

Dot. zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez zaczepu na przewód grzewczy? Urządzenie jest w pakiecie z wózkiem jezdny, który ma odpowiedni kosz do przechowywania ww. przewodu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30

Dot. zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści metodę ogrzewania powietrzem filtrowanym przez urządzenie wyposażone w antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 14 na poziomie 99,996%? Oprogramowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta zostało tak zaprojektowane, aby zgłaszać potrzebę wymiany filtra HEPA co 500 godzin dla bezpieczeństwa pacjenta, w związku czym filtry były badane pod takim kątem, dlatego wnosimy o dopuszczenie filtra o żywotności 500 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31

Dot. zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z możliwością ustawienia zakresu temperatury w 4 stopniach: 32°C, lub 38°C, lub 43°C lub temperatura otoczenia bez opcji wzmocnienia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

Dot. zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z dwoma prędkościami przepływu, gdzie przy wyższej prędkości wydajność przepływu powietrza wynosi 1380 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33

Dot. zadania nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz cyfrowy wieloznakowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34

Dot. zadania nr 2 poz. 19 i 23

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia? Urządzenie do ogrzewania pacjenta jest urządzeniem nieskomplikowanym, a dołączona instrukcja obsługi w sposób szczegółowy opisuje użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35

Dot. zadania nr 8 poz. 9

Określone w punkcie nr 9 tabeli gniazda przyłączeniowe neutralne oraz bierne wskazują na dwa równoznaczne określenia tego samego gniazda czyli gniazda do podłączenia elektrody neutralnej określanej również jako bierna. Czy zatem Zamawiający miał na myśli diatermię wyposażoną w jedno gniazdo neutralne czyli inaczej bierne?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli diatermię wyposażoną w jedno gniazdo neutralne czyli inaczej bierne, tym samym Zamawiający modyfikuje zapis dot. zadania nr 8 poz. 9.

Pytanie nr 36

Dot. zadania nr 8 poz. 7

Czy zamawiający oczekuje w punkcie nr 7 regulacji parametru mocy z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji dla wszystkich dostępnych trybów cięcia i koagulacji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w punkcie nr 7 regulacji parametru mocy z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji dla wszystkich dostępnych trybów cięcia i koagulacji.

Pytanie nr 37

Dot. zadania nr 8 poz. 29

Prosimy o określenie czy opisana w punkcie nr 29 elektroda monopolarna igłowa ma zostać zaoferowana domyślnie w ilości jednej sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania min. 5 szt. elektrod monopolarnych igłowych, tym samym Zamawiający modyfikuje zapis dot. zadania nr 8 poz. 29.

Pytanie nr 38

Dot. zadania nr 8 poz. 11

Czy Zamawiający zgodnie z zapisem w punkcie nr 11 oczekuje uniwersalnego gniazda bipolarnego, do którego możliwe jest podłączenie wtyczek 2-pi o różnych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uniwersalnego gniazda bipolarnego, do którego możliwe jest podłączenie wtyczek 2-pi o różnych rozmiarach.

Pytanie nr 39

Dot. zadania nr 8 poz. 35

Prosimy o potwierdzenie czy w punkcie nr 35 Zamawiający ma na myśli minimalny termin gwarancji dotyczący urządzenia z wyłączeniem elementów wyposażenia zużywalnego jednorazowego i wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż minimalny termin gwarancji dotyczący urządzenia z wyłączeniem elementów wyposażenia zużywalnego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Pytanie nr 40

Dot. zadania nr 8


Czy Zamawiający dopuści urządzenia z terminem gwarancji dla wyposażenia zużywalnego wielorazowego użytku minimum 12 miesięcy oraz z terminem ważności dla wyposażenia zużywalnego jednorazowego użytku minimum 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dot. zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowo-technicznego w celu zastosowania różnych stawek vat do wymagań elementów wyposażenia?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Dot. formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza oferty w celu zastosowania odpowiednich stawek vat dla różnych elementów wyposażenia w danym pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W miejsce dotychczasowych załączników:

- Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8

wprowadza się:

- Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 - po zmianach

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)**