



Katowice 16.07.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Odczynniki powtórzenie**

Nr sprawy: ZP-24-067BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.
2. Dotyczy Rozdział II Punkt 7. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw dla Pakietu N 3 i 4 na " Zgodnie z harmonogramem dostaw" podobnie jak uczyniono to dla pakietu Nr 5. Uzasadnienie: Wytwórcy , kierują się uzgodnionym Harmonogramem dostaw, gdzie znakowanie jest tylko jedną z przesłanek określenia możliwości dostarczenia zestawu RIA. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy dla pakietu nr 3 i 4 na zgodnie z harmonogramem dostaw nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.**
3. Dotyczy SWZ, Rozdział II, pkt. 1, ppkt. 3 (pakiet nr 5). Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami a tym samym posiadania deklaracji zgodności i znaku CE IVD?
Oferowane kontrole nie są wyrobami medycznymi w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Dotyczy SWZ, Rozdział II, pkt. 4, ppkt. 1.2 (pakiet nr 5). Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu CE dla pakietu nr 5? Oferowane kontrole nie są wyrobami medycznymi w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
5. Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 1, pkt. 4 (pakiet nr 5) Czy Zamawiający zmieni brzmienie w pkt. 4:
„W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Magazyn Odczynników w budynku nr 3. ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice) w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą listową, faksową lub środkami komunikacji elektronicznej, szczegółowo określających ilości towaru Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze” na brzmienie następującej treści:
„W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Magazyn Odczynników w budynku nr 3. ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice) w ilościach wskazanych w zamówieniu zgodnie z harmonogramem producenta.” **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis umowy.**
6. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (formularz AC), pakiet nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości oferowanych kontroli w pakiecie nr 5, a tym samym zmianę formularza Asortymentowo-cenowego zgodnie z poniższą propozycją:



W 2024 roku jedna dostawa dla każdego parametru. W 2025 roku dwie dostawy dla każdego parametru (bez zmian). W sumie zaoferowane będą 3 panele/ 2 lata dla każdego parametru. Wykonawca nie jest w stanie zaoferować dwóch dostaw kontroli w 2024 roku dla wszystkich wymienionych parametrów, gdyż dostawy te są realizowane w 2 kwartale każdego roku, a więc jest już po terminie wynikającym z harmonogramu dystrybucji producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę oferowanych kontroli.

7. Dotyczy SWZ rozdz. II.1.6, termin ważności: Prosimy Zamawiającego o dopisanie wyrażenia „nie dotyczy Pakietu 5”. Jako uzasadnienie podajemy fakt, iż oferowane kontrole nie posiadają terminu ważności. Za ich ważność można uznać jedynie termin na wpisanie wyników przez Uczestnika kontroli do systemu. Czas na wykonanie kontroli i wpisanie wyników jest ustalony ogólnie przez Producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
8. Dotyczy SWZ rozdz. II.11.10, obowiązek podatkowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikację załącznika nr 2 (Formularz oferty), aby zgodnie z wymaganiami SWZ Wykonawca mógł uzupełnić oświadczenie dot. obowiązku podatkowego. Opublikowany Załącznik nr 2 nie zawiera treści dot. obowiązku podatkowego. **Odpowiedź: Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 2 - formularz oferty uzupełniony o wymagane treści.**
9. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1 punkty 5-7 : Prosimy Zamawiającego o dopisanie „nie dotyczy Pakietu 5”. Jako uzasadnienie podajemy fakt, iż zamawiane kontrole są produkowane przez Producenta pod konkretnego odbiorcę/uczestnika i nie ma możliwości rezygnacji z zakupu po zgłoszeniu Uczestnika do udziału w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Dodatkowo terminy na zgłoszenie uczestnictwa i dystrybucji kontroli są ściśle określone przez Wytwórcę. Po zgłoszeniu udziału nie można dokonać anulowania zamówienia. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
10. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, Pakiet 2, pkt. 1 Zamawiający oczekuje kartridża kompatybilnego z sekwenatorem MiSeq (Illumina), który umożliwia sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewnia uzyskanie do 15M odczytów w trybie sparowanych końców oraz pozyskanie do 5,1 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. Specyfikacja sekwenatora wskazuje, że kartridż spełniający wymagania Zamawiającego umożliwi uzyskanie do 30M odczytów w trybie sparowanych końców (do 15M odczytów pojedynczych). Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?
Odpowiedź: Zamawiający swoje oczekiwania opisał w SWZ ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.
11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, Pakiet 2, pkt. 6 oraz 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie paneli genowych o statusie RUO (przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
12. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, Pakiet 2, pkt. 16 Zamawiający wskazuje, że oferowany Starter Kit ma zawierać składowe umożliwiające przygotowanie bibliotek oraz analizę danych – takie rozwiązanie wskazuje na zaoferowanie w punkcie nr 16 kilku produktów (z własnymi numerami katalogowymi) składających się na jeden Starter Kit – czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**
13. SWZ, Rozdział II pkt 1, ppkt 6 oraz załącznik 3 do SWZ wzór Umowy, paragraf 2, pkt 4 – dotyczy Pakietu 2 W przypadku oferowanych przez nas odczytników, w ramach pakietu nr 2, producenci gwarantują, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z SWZ Zamawiający może zamawiać odczytniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 odczytników z terminem ważności min. 3 miesiące liczoną od dnia dostawy? Prosimy o stosowną modyfikację zapisów SWZ i umowy. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**
14. SWZ Rozdział II, pkt 7 – dotyczy Pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści dla pakietu nr 2 termin dostawy produktów do 28 dni kalendarzowych od daty zamówienia? Pragniemy podkreślić, że produkty sprowadzane są z zagranicznych magazynów producenta więc czas przewidziany na realizację



dostawy zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na realizację procedur celnych oraz uwarunkowania logistyczne. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

15. SWZ Rozdział II, pkt 4, ppkt 1.3 – dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający w miejsce wymaganych materiałów informacyjnych potwierdzających wymagane parametry dopuści karty katalogowe Wykonawcy w języku polskim, przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta? W przypadku oferowanych przez nas odczynników oryginalne dokumenty Producenta są dostępne w języku angielskim i nie jest możliwe dostarczenie ich w języku polskim.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
16. Załącznik 3 do SWZ wzór Umowy, paragraf 2, pkt 9 – dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenia na własny koszt dostawcy, towaru wolnego od waw w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji? Prośbę motywujemy faktem, że produkty sprowadzane są z zagranicznych magazynów producenta. W przypadku transportu produktów z siedziby producenta zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, jest czas przewidziany na realizację dostawy zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na realizację procedur celnych. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**
17. dotyczy: Projekt umowy §4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar zgodnie z poniższą treścią? „ W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.**
18. dotyczy: Projekt umowy W związku z tym, iż dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenie o 1 m-c proponujemy zawrzeć w umowie następujący zapis: „ Zamawiający ma prawo realizować zamówienia u Wykonawcy w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty, o ile cena będzie niższa niż określona w formularzu cenowym i o ile powoła się na promocję, ofertę specjalną, rabaty w swoim zamówieniu. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają pierwszeństwo przed cenami z formularza – Arkusz asortymentowo- cenowy”. Informacja o aktualnej promocji będzie przekazywana mailowo w momencie złożenia zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie powyższego zapisu.

Zgodnie z art. 286.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w następującym zakresie:

1. **Rozdział II ust 1 pkt 7. Termin dostawy**

Było:

21 dni od daty zamówienia – dla pakietów 1 – 2

Zgodnie z harmonogramem dostaw – dla pakietu 5

14 dni od wymaganego znakowania – dla pakietu 3, 4

Po zmianie jest:

21 dni od daty zamówienia – dla pakietów 1 – 2

Zgodnie z harmonogramem dostaw – dla pakietu 3, 4, 5

2. **Rozdział II ust 1 pkt 6. Termin ważności**

Było: Wymagany minimalny termin ważności dostarczanego przedmiotu umowy – 70 % terminu podanego przez producenta. Należy podać ilu miesiącom odpowiada wymagane 70%.

Po zmianie jest: Wymagany minimalny termin ważności dostarczanego przedmiotu umowy – 70 % terminu podanego przez producenta. Dla pakietu nr 2 – minimum 3 miesiące