

Nr spr. SPZOZ/869/14/DT/2024

Sulęcín, dnia 23 kwietnia 2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**Dotyczy: postępowania nr spr. SPZOZ/869/14/DT/2024 pn. „Dostawa i montaż sprzętu medycznego”**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcín informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie 1: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 16) - Zamawiający wymaga: 16) integracja aparatu z istniejącym systemem RIS oraz PACS (przy wykorzystaniu posiadanej licencji przez Zamawiającego) na koszt Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada odpowiednie licencje niezbędne do integracji dostarczanego aparatu z systemem RIS i PACS. Prosimy o wskazanie dostawcy użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS i PACS w celu oszacowania kosztów realizacji integracji.

Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiednie licencje niezbędne do integracji dostarczanego aparatu z systemem RIS i PACS. Dostawcą użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS i PACS jest Konsultant IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pytanie 2: Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ – Część 2, pkt 7 - Prosimy o potwierdzenie, że koszt zapewnienia pełnej integracji i przepływu informacji pomiędzy urządzeniem a serwerem PACS oraz oprogramowaniem Zamawiającego – Eskulap, którego producentem jest Nexus Polska Sp. z o.o. leży po stronie Wykonawcy. Prosimy o wskazanie dostawcy użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS w celu oszacowania kosztów realizacji integracji

Odpowiedź: Koszt zapewnienia pełnej integracji i przepływu informacji pomiędzy urządzeniem a serwerem PACS oraz oprogramowaniem Zamawiającego –Eskulap, którego producentem jest Nexus Polska Sp. z o.o. leży po stronie Wykonawcy. Dostawcą użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS i PACS jest Konsultant IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pytanie 3: Załącznik nr 3 OPZ – Część 3, Bronchofiberoskop - Prosimy o potwierdzenie, że poprzez bronchofiberoskop i bronchoskop intubacyjny LED wymieniony na pierwszej stronie dokumentu Zamawiający ma na myśli to samo urządzenie.

Odpowiedź: Bronchofiberoskop i bronchoskop intubacyjny LED jest to samo urządzenie.

Pytanie 4: Załącznik nr 3 OPZ – Część 3, Automatyczna myjnia endoskopowa, pkt 25 - Automatyczna myjnia endoskopowa nie jest urządzeniem podłączanym do systemu PACS. Wnioskujemy o wykreślenie pkt. 25.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafa do przechowywania endoskopów giętkich, myjnia automatyczna do videogastroskopów, myjnia do videokolonoskopów nie wymagają podłączenia do systemu PACS.

Pytanie 5: Załącznik nr 12 wzór umowy część nr 1, par. 1 ust. 2 pkt 15), Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część 1, Rozdział I pkt 16. Prosimy o wskazanie nazwy posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS i PACS w celu uzyskania oferty na integrację aparatu z istniejącym systemem, która to ma być wykonana na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiającego posiada system RIS i PACS o nazwie mediDOK.

Pytanie 6: Załącznik nr 12 wzór umowy część nr 1, par. 1 ust. 2 pkt. 16) - Czy Zamawiający wymaga również szkolenia personelu z obsługi systemu PACS w zakresie podłączonego urządzenia? Jeśli tak, prosimy o informację jaką ilość osób i w jakim wymiarze czasu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi i pracy urządzenia medycznego, którego częścią integralną jest system PACS. W pracowni radiologicznej (RTG) pracuje 5 osób, które wymagają szkolenia, w terminie 5 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz dodatkowego szkolenia w trakcie użytkowania.

Pytanie 7: Załącznik nr 12 wzór umowy część nr 1, par. 11 ust. 1 pkt. 3) - Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona lista przypadków nienależytego wykonania umowy jest listą zamkniętą oraz że powyższy zapis nie dotyczy Wykonawcy wykonującego integrację urządzeń z systemem PACS.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 13 ust. 3 wzoru Umowy – Załącznik nr 12 do SWZ, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Pytanie 8: Załącznik nr 12 wzór umowy część nr 1, par. 11 ust. 2 - Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wartość umowy wskazana jest w § 9 ust 1.

Odpowiedź: Zamawiający w ust. 2 par. 11 Załącznika nr 12 wzór umowy część nr 1, poprawił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 9: Załącznik nr 12 wzór umowy część nr 1, par. 11 ust. 3 - Prosimy o dodanie do par. 11 umowy następującego zapisu: „Całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie przekroczy wartości brutto przedstawionej w par. 9 ust. 1”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10: Załącznik nr 13 wzór umowy część nr 2, par. 1 ust. 1 - Czy Zamawiający wymaga również szkolenia personelu z obsługi systemu PACS w zakresie podłączonego urządzenia? Jeśli tak, prosimy o informację jaką ilość osób i w jakim wymiarze czasu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi i pracy urządzenia medycznego, którego częścią integralną jest system PACS. W szkoleniu będzie brało udział 5 osób, w terminie 5 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz dodatkowego szkolenia w trakcie użytkowania.

Pytanie 11: Załącznik nr 13 wzór umowy część nr 2, par. 7 ust. 6 - Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy Wykonawcy wykonującego integrację urządzeń z systemem PACS.

Odpowiedź: Zapis zawarty w ust. 6 § 7 wzoru umowy dla części 2 Załącznik nr 13 dotyczy całego przedmiotu umowy.

Pytanie 12: Załącznik nr 13 wzór umowy część nr 2, par. 11 ust. 1 pkt. 3) - Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona lista przypadków nienależytego wykonania umowy jest listą zamkniętą oraz że powyższy zapis nie dotyczy Wykonawcy wykonującego integrację urządzeń z systemem PACS.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 3 ust. 1 § 11 wzoru Umowy – Załącznik nr 13 do SWZ, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Pytanie 13: Załącznik nr 13 wzór umowy część nr 2, par. 11 ust. 2 - Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wartość umowy wskazana jest w § 9 ust 1.

Odpowiedź: Zamawiający w ust. 2 par. 11 Załącznika nr 13 wzór umowy część nr 2, poprawił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 14: Załącznik nr 13 wzór umowy część nr 2, par. 11 ust. 3 - Prosimy o dodanie do par. 11 umowy następującego zapisu: „Całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie przekroczy wartości brutto przedstawionej w par. 9 ust. 1”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3, par. 1 ust. 1 - Czy Zamawiający wymaga również szkolenia personelu z obsługi systemu PACS w zakresie podłączonego urządzenia? Jeśli tak, prosimy o informację jaką ilość osób i w jakim wymiarze czasu.

Odpowiedź: W związku z wykreśleniem pkt. 6 w Załączniku nr 3 – OPZ część 3, Zamawiający nie wymaga szkolenia personelu z obsługi systemu PACS

Pytanie 16: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3 par. 1 ust. 6, Załączniki nr 3 do SWZ, OPZ, pkt 6 - Prosimy o potwierdzenie, że koszt zapewnienia pełnej integracji i przepływu informacji pomiędzy urządzeniem a serwerem PACS

oraz oprogramowaniem Zamawiającego – Eskulap, którego producentem jest Nexus Polska Sp. z o.o. leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Koszt zapewnienia pełnej integracji i przepływu informacji pomiędzy urządzeniem a serwerem PACS oraz oprogramowaniem Zamawiającego –Eskulap, którego producentem jest Nexus Polska Sp. z o.o. leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 17: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3, par. 7 ust. 6 - Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy Wykonawcy wykonującego integrację urządzeń z systemem PACS.

Odpowiedź: Zapis zawarty w ust. 6 § 7 wzoru umowy dla części 3 Załącznik nr 14 dotyczy całego przedmiotu umowy.

Pytanie 18: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3, par. 11 ust. 1 pkt. 3) - Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona lista przypadków nienależytego wykonania umowy jest listą zamkniętą oraz że powyższy zapis nie dotyczy Wykonawcy wykonującego integrację urządzeń z systemem PACS.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 3 ust. 1 § 11 wzoru Umowy – Załącznik nr 14 do SWZ, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Pytanie 19: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3, par. 11 ust. 2 - Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wartość umowy wskazana jest w § 9 ust 1.

Odpowiedź: Zamawiający w ust. 2 par. 11 Załącznika nr 14 wzór umowy część nr 3, poprawił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 20: Załącznik nr 14 wzór umowy część nr 3, par. 11 ust. 3 - Prosimy o dodanie do par. 11 umowy następującego zapisu: „Całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie przekroczy wartości brutto przedstawionej w par. 9 ust. 1”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

W związku z udzieleniem powyższych wyjaśnień Zamawiający dokonuje modyfikacji Załączników od nr 12 do nr 16, które zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin>

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Marek Zaręba

