

Hajnówka dn. 20 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

Pytanie nr 1

Pytanie do sekcji 1:

„Kolumna z lampą rtg zintegrowana ze stołem: ruch teleskopowy kolumny z lampą rtg lub mobilny stół, który zastępuje ruch teleskopowy kolumny”

Czy Zamawiający dopuści stacjonarny aparat z pływającym blatem stołu jako alternatywę dla ruchu teleskopowego kolumny z lampą RTG? Rozwiązanie, które posiada nasz aparat jest równoważne, a nawet korzystniejsze – umożliwia precyzyjne pozycjonowanie pacjenta, zwiększa ergonomię pracy personelu oraz poprawia komfort pacjenta podczas badania.

Pytanie nr 2

Pytanie do sekcji 1 i 5:

Czy Zamawiający dopuszcza oferty na aparaty z ramieniem U? Ta konstrukcja posiada jedną kolumnę i obrotowe ramię z zamontowanymi detektorem i lampą na skrajnych końcach. Taka konfiguracja zastąpi potrzebę stawiania oddzielnego statywu płucnego oraz pozwoli na dopuszczenie bardzo ekonomicznego rozwiązania, które w zupełności pokryje potrzeby Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Pytanie do sekcji 2:

„Stół o stałej wysokości z ruchem blatu wzdłużny i poprzeczny do obciążenia minimum 200 kg + system AEC”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stołu mobilnego na kółkach bez ruchu wzdłużnego i poprzecznego. Stół oferowany przez Wykonawcę jest możliwy do przesunięcia w każdym kierunku, co w zupełności równoważy tę funkcjonalność oraz zachowuje wymaganą ergonomię i wygodę użytkownika.

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający dopuszcza w/w aparat.
2. W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający dopuszcza oferty na aparaty z ramieniem U.
3. W odpowiedzi na pytanie 3. Zamawiający dopuszcza w/w stół.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus

– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania