

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 03.11.2022 r.

nr postępowania: **BZP.2710.59.2022.IWK**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta z celką do pomiaru potencjału zeta.”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

„W Załączniku nr 3 do SWZ w punkcie 8 widnieje zapis:
„Pomiar masy cząsteczkowej 300 Da-20 mDa”

Pytanie 1.

W powyższym zapisie górny zakres dla wyznaczania masy cząsteczkowej równy „20 mDa” jest mniejszy od początkowego zakresu pomiarowego „300 Da”. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to omyłka czy zamawiający poszukuje analizatora pracującego właśnie w takim zakresie? Jeśli zapis jest w mocy to czy Zamawiający dopuści urządzenie, które pracuje w zakresie 300 Da – 20 MDa przy pomiarze masy cząsteczkowej?”

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które pracuje w zakresie 300 Da-20 MDa.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Iwona Wiśniewska-Kocjan