



WSPRiTS/ZP/72/2024  
ZP.261.14.2024

Warszawa, dnia 12 marca 2024 r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2024/BZP 00232874 z dnia 06.03.2024 r. na zakup indywidualnych zestawów pierwszej pomocy [Nr postępowania:14/ZP/2024].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1) PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo bandaże elastyczne zapakowane w woreczek papierowy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza opakowanie w postaci woreczka papierowego, jeżeli spełnia ono cel ochrony przed zabrudzeniami.

**2) PYTANIE:** Czy dopuszcza Państwo: bandaż elastyczny 15 cm x 4 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia bandaży elastycznych o długości 4 m i szerokości 15 cm.

**3) PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo opatrunki jednorazowe sterylne zapakowane w blistry (niehermetycznie)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunki jednorazowe sterylne zapakowane w blistry.

**4) PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo instrukcję stosowania tylko w języku polskim?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza instrukcję stosowania w języku polskim, angielskim lub ukraińskim. Istnieje możliwość zastosowania piktogramów w treści instrukcji tak, aby użytkownik obcojęzyczny mógł w łatwy sposób zastosować wskazany produkt, jak i zastosować się do wskazań instrukcji stosowania.

**5) PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo logo marki Mazowsze, logo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz napis „Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego” w formie wszywki, która będzie doszyta do etui?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania naszywek lub wszywek. Zarówno logo, jak i napis powinny być integralną częścią etui.

**6)PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo nożyczki, którego kolor ostrza srebrny?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza kolor srebrny ostrzy nożyczek ratowniczych.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*Sprawę prowadzi:*

Gabriela Betka

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 243