



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 21.08.2023 r.

Nr referencyjny: LI.262.5.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: **Zakup wyposażenia specjalistycznego - aparatury medycznej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o." współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 4

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 4 foteli o parametrach jak niżej:

Ad. 7 Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +80° do -14°,

Ad. 8 Regulacja segmentu podudzia w zakresie minimum: -30° do 0° ,

Regulacja wysokości leża w zakresie minimalnym 55-70 cm.

Ad. 9 Przechył Trendelenburga w zakresie min. -14°

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje zapisy umowy w parag.5 pkt. 3 i 4 w taki sposób, aby umożliwić Wykonawcy dostarczenie na czas usunięcia awarii lub działań naprawczych sprzęt zastępczy, który nie spowoduje przestoju aparatury?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:

- 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy;
- 2) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy;
- 3) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% za każdy dzień przedłużającej się naprawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

4) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,5% za każdy dzień przedłużającej się naprawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

5) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5 % za każdy dzień przestoju aparatury przekraczający wskazany limit, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania komorę laminarną o poniższych parametrach:

- Komora laminarna nablatowa klasy II, typ A2 z pionowym przepływem powietrza.
- Komora z pionowym laminarnym przepływem powietrza oraz wyciągiem dolnym zapewniająca doskonałą ochronę procesu pracy, przetwarzanego produktu lub materiału przed skażeniem bakteriologicznym i pyłowym ze środowiska zewnętrznego, a jednocześnie ochronę operatora i środowiska przed szkodliwym działaniem przetwarzanych substancji.
- Komora spełniająca normę STN EN 12469 dla obsługi komór BSC. Klasa czystości: ISO CLASS 3 zgodnie z STN EN 14644-1
- Komora wyposażona w filtr wstępny klasy G4 oraz dwa filtry główne ULPA U15 o efektywności 99,9995% dla cząstek 0,3 µm w aluminiowej obudowie.
- Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 740x780x1420 mm
- Wymiary komory roboczej (szer. x gł. x wys.): 660x630x600 mm
- Obudowa metalowa malowana proszkowo, odporna na korozję i niepalna.
- Szyba frontowa oraz ściany boczne wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego o grubości 6 mm. Mechanizm podnoszący szybę, zapewniający łatwą dezynfekcję wewnętrznej powierzchni szyby frontowej i całkowite jej otwarcie w celu załadunku niezbędnego sprzętu do komory roboczej.
- Zdemontowany blat roboczy niedzielony, wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 316L).
- Gniazda elektryczne w komorze roboczej min. 1
- Zasilanie 230 V, 50 Hz.
- Ciężar 175 kg.
- Średnia prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej – downflow: 0,35 m/s – 0,45 m/s
- Średnia prędkość dopływu przez otwór roboczy 0,5 m/s – 0,55 m/s.
- Natężenie oświetlenia w przestrzeni roboczej 1200 lx.
- Poziom hałasu max. 55 dB (A)
- Zintegrowana w przestrzeni roboczej lampa UV używana do dezynfekcji komory roboczej. Zabezpieczenie przed włączeniem lampy UV w przypadku otwartej szyby frontowej.
- Sterowanie komorą poprzez podświetlane przełączniki oraz 3,5" kolorowym ekranem dotykowym LCD. - Uzyskanie dostępu do komory za pomocą indywidualnego klucza.
- Zintegrowany licznik godzin pracy dla: filtrów, komory i emitera UV z wyświetlaniem godzin pracy na wyświetlaczu komory.
- Akustyczny i wizualny wskaźnik zapchania filtra.
- Automatyczne monitorowanie interwałów serwisowych i walidacji. Przypomnienie o wymianie filtra wstępnego.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

- Funkcja powiadamiania o zakończeniu eksploatacji filtrów głównych i lampy UV.
- Wysokość otworu roboczego 200 mm.
- Maksymalna wysokość otworu po otwarciu szyby frontowej: 500 mm

Odpowiedź: Zamawiający minimalne parametry określił w SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania otwarciu ofert w następujący sposób:

1. ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

BYŁO: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 20.09.2023 r.**

JEST: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 21.09.2023 r.**

2. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **22.08.2023 r. do godziny 9:00.**

JEST: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23.08.2023 r. do godziny 9:00.**

3. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.08.2023 r. o godzinie 9:15** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

JEST: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2023 r. o godzinie 9:15** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

UWAGA

Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Dyrektor ds. Lecznictwa
Antoni Ciach
(podpis na oryginale)