Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak	Data
SPZZOZ/ZP/4/1/23	Gryfice 10.02.2023

Sprawa dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na: **„Dostawę implantów neurochirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach"**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp (DZ. U. 2022 poz. 1710) udziela wyjaśnień na przytoczone poniżej pytania:

Czy zamawiający w zadaniu 6 pkt. I dopuści możliwość zaoferowania implantu o charakterystyce:

- Wykonane w technice 3D ze stopu tytanu
- implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o trapezoidalnym kształcie.
- struktura siatkowa o charakterze izotropowym
- na całej powierzchni, regularnych rozmiarów pory o wielkości 900 µm, a także średnia porowatość 50 - 55%
- implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) oraz 16mm (głęb. 13,5mm), oraz średnicy 18mm (głębokość 15mm)
- w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 50;
- implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu;
- zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością;
- otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;
- stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu poprzez dużą porowatość implantu oraz po cztery kolce stabilizujące z góry i z dołu implantu;
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
- każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;
- narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości;
gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania

ODP. Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtysiński