

Katowice, 05.01.2024 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Korczaka 27
40 – 340 Katowice

PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA

PYTANIE 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek pakowanych po 100szt? Ilości zostaną przeliczone tak, żeby ostatecznie zgadzała się ilość próbek i data przydatności do użycia.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno pakowanych igieł systemowych z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia 0,8 (pakowanych po 100szt) i osobno uchwytów z zabezpieczeniem (pakowanych po 200szt)?

ODPOWIEDŹ: TAK.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda