

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100  
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34  
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, 13.09.2023r.

**BZP.2710.43.2023.WFP****Wykonawcy**

*(informacja zamieszczona na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania)*

**Informacja dla Wykonawców nr 1****Odpowiedzi na pytania**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:  
**„Dostawa analizatora sieci (VNA, ENA) pracującego w zakresie częstotliwości  
100kHz- 8GHz lub większym, pozwalający mierzyć macierz rozproszenia Sij”**

Na podstawie art. 284 ust. 2,6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej: p.z.p.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza analizator sieci z pasmem częstotliwości od 1 MHz zamiast 100 kHz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Wioletta Franz- Prokop

