



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 24.04.2025r.
EZ/46/2025/...370

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 46/2025

dotyczy: **Zakup i dostawa środków do maszynowego mycia butów operacyjnych w myjko- dezynfektorach i do myjek endoskopowych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 w postępowaniu na „*zakup i dostawę środków do maszynowego mycia butów operacyjnych w myjko-dezynfektorach i do myjek endoskopowych*” (sprawa nr 46/2026) Zamawiający dopuści alkaliczny środek do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych w myjniach-dezynfektorach, to jest narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, butów operacyjnych, butelek do karmienia, szkła laboratoryjnego, tworzyw sztucznych w każdej twardości wody, bez szkodliwych fosforanów, W składzie: kumenosulfonian sodu, poliakrylany, enzymy, polikarboksylany i koniecznie nieodzowne związki powierzchniowoczynne do zmniejszania napięcia powierzchniowego kąpieli myjącej oraz lepszego zwilżania mytej powierzchni, bez związków utleniających, o pH koncentratu 13,5. Dozowanie 2 - 4ml/l, wyrób medyczny do dezynfekcji termicznej w temperaturze do 93 °C, zapobiegający tworzeniu się kamienia wodnego w myjni, jej orurowaniu i w wytwornicy pary oraz usuwający chorobotwórcze białka prionowe, w tym VCJD > 2 log.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści środek myjący jak w opisie pytania, pod warunkiem zaoferowania kompatybilnego środka neutralizującego stosowanego wspólnie ze środkiem myjącym o wysokim pH.

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki w ramach danego pakietu były kompatybilne ze sobą- używane do jednego rodzaju myjki.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Kierownik
Centralnej Sterylizacji
mgr Anna Bejrowska-Justa