



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 28.06.2024r.

Znak: ZP.26.1.20.2024.1

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Zakładu Endoskopii ZZOZ w Wadowicach”

Zestawienie złożonych ofert:

ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O. SP.K., UL. BORKOWA 12, 05-840 BRWINOW

Wartość oferty brutto 999.998,25 zł.

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Parametry wskazane w ofercie:

Opis kryteriów oceny parametrów ocenianych:

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja
PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt.		
1	Barwienie modyfikowanym światłem LED	Tak-10pkt. Nie-0 pkt.
2	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI	Tak-10 pkt. Nie-0 pkt.
3	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych	Tak-10 pkt. Nie-0 pkt.
4	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	Tak-10 pkt. Nie-0 pkt.
5	Wbudowane min. 3 diody LED	Tak-10 pkt. Nie-0 pkt.
VIDEOGASTROSKOP HD – 1 szt.		
6	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 10,5 mm	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
7	Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
8	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
9	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.

VIDEOGASTROSKOP HD – 1 szt.		
10	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm	Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt.
11	Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI	Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt.
12	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym	Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt.
13	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt.
SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 2 szt.		
14	Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
15	Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z KOAGULACJĄ ARGONOWĄ PRZEZNACZONY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH - 1 SZT.		
16	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.	Wewnętrzny moduł argonowy – 10 pkt. Przystawka – 0 pkt.
17	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7”	≥ ekran 7” -10 pkt. < ekran 7” - 0 pkt.
18	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.	Gniazda z rozpoznawaniem narzędzi – 10 pkt. Gniazda bez rozpoznawania - 0 pkt.
19	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej.	> 8 – 10 pkt. 8 – 0 pkt.
20	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych	> 2 – 10 pkt. 2 – 0 pkt.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a.