

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy postępowania
„Dostawa sprzętu medycznego”**

Znak sprawy: ZP/29/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw nr 1

Pakiet nr 1

Pytanie nr 1

Ad 4. Czy Zamawiający dopuści natężenie światła E_c max. z odległości 1m dla czaszy głównej i satelitarnej: 40 000-160 000lx?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Ad 5 Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra:98?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Ad 6. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 97?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Ad 11. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej światła w 5 krokach o zakresie: 3600-5100 k?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 5

Ad 12. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego każdej z czas w przedziale 140-320 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 6

Ad 14. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania umieszczony na ramieniu lampy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Ad 16. Czy Zamawiający dopuści pozycjonowanie każdej z czas wielorazowy, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralny lampy)?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Ad 17. Czy Zamawiający dopuści zasilanie: 100-240 V?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 9

Ad 20. Czy Zamawiający dopuści inny równie chroniący stopień ochrony czasz i systemu ramion

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Marzena Kula