

Kołobrzeg, dnia 12.05.2023r.

### **Informacja o unieważnieniu postępowania i ofertach odrzuconych**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu.

Stosownie do postanowień art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu **zostało unieważnione** w oparciu o postanowienia art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wszystkie złożone oferty podległy odrzuceniu.

#### **Uzasadnienie:**

W terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 02.05.2023 r. godz. 14:30 wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta, która podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

#### **Informacja o ofertach odrzuconych:**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Paweł Cebulak PC, Os. Zgody 7/9 , 31-949 Kraków – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ Wykonawca zobowiązany był wraz z Formularzem ofertowym złożyć wypełniony załącznik nr 1 do SWZ –Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, gdzie zobowiązany był wskazać parametry oferowanego sprzętu.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Sekcji 9 pkt 27 Załącznika nr 1 do SWZ - Lekarska stacja diagnostyczna do opisywania obrazów RTG - Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna miała mieć następujące parametry:

- PCI Express x 16 Gen 3.0,
- Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort,
- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie,
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Pobór mocy do 30 W.

Wykonawca zaoferował kartę graficzną o następujących parametrach:

- PCI Express x 16 Gen 3.0,
- Pamięć DDR5 4GB,
- 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort,
- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie,
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Pobór mocy do 47 W.

Zaoferowana przez Wykonawcę karta graficzna nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących poboru mocy. Maksymalny pobór mocy wymagany przez Zamawiającego to 30 W, tymczasem zaoferowany przez Wykonawcę pobór mocy to 47 W, co nie spełnia wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Dodatkowo udzielając odpowiedzi w dniu 26.04.2023r. Zamawiający na wniosek o dopuszczenie do postępowania karty graficznej charakteryzującej się poborem mocy do 47 W, nie wyraził zgody uzasadniając odpowiedź tym, że zmiana zapisu jest niekorzystna dla Zamawiającego

Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany był odrzucić przedmiotową ofertę.