



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

DEZ/961/2024

Jelenia Góra 24.06.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa montaż i uruchomienie monitora medycznego do toru wizyjnego dla potrzeb
Bloku Operacyjnego WCSKJ
NPU/00460/2024**

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był wyprodukowany w roku 2023/2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Zgoda.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wdłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 5 do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?
Odpowiedź: Zgoda.
3. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jak w pytaniu z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje naturalne zużycie zasobów.
4. (dot. wzoru umowy §2 ust. 11) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych jak i rozbudowy urządzenia do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie
Odpowiedź: Zgoda



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

5. (dot. wzoru umowy §4 ust.2 pkt.c) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za odstąpienie od umowy z 30% do 10%?

Odpowiedź: Brak zgody.

ZESTAW NR 2

Czy w związku z faktem, że aktualnie wszystkie opisane parametry techniczne urządzenia w Pakiecie 1 spełnia wyłącznie tylko jedna firma – Czy Zamawiający dopuści do oceny sprzęt o następujących parametrach, co umożliwi zachowanie konkurencyjności w postępowaniu?

Jednocześnie informujemy, że proponowane urządzenie w żadnym stopniu nie odbiega funkcjonalnością i konfiguracją od opisanego przez Zamawiającego systemu a różnice w parametrach są minimalne i wynikają wyłącznie z rozwiązań technologicznych stosowanych przez różnych producentów, które nie mają znaczenia klinicznego.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie alternatywnej tabeli dot. wymagań i parametrów technicznych dla Pakietu 1 jak poniżej:

Pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie, przy uwzględnieniu wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w zapytaniu ofertowym.

L.p.	Parametr wymagany	Wartość parametru	SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU GRANICZNEGO OKREŚLONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TAK LUB NIE	Parametr oferowany
-	Doposażenie toru wizyjnego firmy Karl Storz w monitor medyczny - 1 szt			
1	Podświetlenie LED	Tak		
2	Format obrazu 16:9	Tak		
3	Matryca IPS w ochronnym szkłe - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach	Tak		
4	Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe)	Tak		
5	Ochrona przeciwypyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32	Tak		
6	Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px	Tak		

7	Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu	Tak		
8	Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo	Tak		
9	Jasność 800cd/m ²	Tak		
10	Współczynnik kontrastu 1000:1	Tak		
11	Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem	Tak		
12	Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0	Tak		
13	Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI	Tak		
14	Waga monitora 12.4kg	Tak		
15	Wymiary monitora bez podstawy 764.6 x 480.8 x 94.4 mm	Tak		
16	Menu OSD w 17 językach	Tak		
17	Czas reakcji Matrycy LCD 9ms	Tak		
18	Wyposażenie: - monitor, - kabel zasilania, - zasilacz sieciowy , - osłona kabli (z wkrętami) - wkręt mocujący monitor - płyta CD z Podręcznikiem użytkownika (instrukcja obsługi, instrukcja montażu, wymiary zewnętrzne) - instrukcja obsługi.	Tak		
19	Fabrycznie nowy (2023 lub 2024) wolny od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondukcjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot.	Tak		

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na jednoznaczne określenie w pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia, wymaganej kompatybilności potwierdzonej przez producenta.

2. Dot. Rozdz. 5 ust. 5.4 Zapytania ofertowego

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie działu serwisu Wykonawcy w zakresie kompatybilności oferowanego monitora ze sterownikami posiadanymi przez Zamawiającego poprzez zaoferowanie następującego rozwiązania: kabel DVI oraz SDI oraz adapter/konwerter wideo?

Odpowiedź: Brak zgody.

3. Dot. § 1 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy?

Odpowiedź: Brak zgody.

Termin składania ofert i otwarcia ofert

Było:

- 1.1 Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia **25.06.2024 r. do godz. 10.00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.06.2024 r. o godz. 10.10**

Winno być:

- 1.1 Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej należy złożyć nie później niż do dnia **27.06.2024 r. do godz. 10.00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **27.06.2024 r. o godz. 10.10**

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz