



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/255 /2022
ZP.26.15.2022

Błonie, dnia 6 września 2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2022/BZP 00325480/01/01 z dnia 30.08.2022 r. na zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku [Nr postępowania: RM/ZP/15/22]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treści SWZ:

Dotyczy Zadania 2 „Ciśnieniomierze i akcesoria”

Pytanie pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ciśnieniomierz z obrotowym zaworem spustowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ciśnieniomierz ręczny o poniższych parametrach: - zakres pomiaru: 0 – 300 mmHg; dokładność: +/- 3 mmHg; -manometr z dodatkową osłoną; -tarcza ze skalą z podziałką co 2 mmHg, wskaźnikiem w formie płynnie poruszającej się iglicy; -urządzenie odporne na wstrząsy: spełnia normę AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm, nie wymagając ponownej kalibracji; -5 letnia gwarancja kalibracji; - wyposażony jest w tradycyjny zawór obrotowy - złącze 1 kanałowe z łącznikiem typu FlexiPort™; - dodatkowo w komplecie mankiety nr 11 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 25 do 34 cm) ze złączem typu FlexiPort™ i etui.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności mankiety do ciśnieniomierza nr 7 (przeznaczony dla obwodów ramienia od 7 do 10 cm), wielorazowy, ze złączem typu FlexiPort™; z powłoką antybakteryjną; bez sztych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie; nie zawierający lateksu; gwarancja 36 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 5,6,7,8,9: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mankiety do pomiaru ciśnienia z 36 miesięczną gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 5 „Jednorazowe akcesoria do ssaków mechanicznych”

Pytanie pozycja 2-6: Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki w opakowaniu folia-papier.

Pytanie pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH18?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 6 „Jednorazowe elektrody EKG”

Pytanie pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach 55x35mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 2: Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji elektrody o średnicy 25,7mm w kształcie kwiątka. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 7 „Jednorazowe filtry oddechowe”

Pytanie pozycja 1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach: Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy Przewodność: 12ml Waga: 15g Objętość oddechowa: 150-300ml Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min Złącza: 22M/15F-22F/15M Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką Opakowanie: papier/folia Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla pacjentów noworodkowych, o skuteczności filtracji przeciwwirusowej (również wobec Covid-19) oraz przeciwbakteryjnej na poziomie >99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór przy przepływie 10l/min 1.0cm H₂O. Minimalna objętość oddechowa 35ml. Czas przydatności filtra w czasie dostawy ≥24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 2 i 3: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej umieszczając zapis „przeznaczony dla pacjenta noworodkowego”? W opisach parametrów wymaganych Zamawiający opisuje, że filtry powinny być odpowiednie dla pacjentów o objętości oddechowej 70-600ml (poz. 2) oraz 150-1500ml (poz. 3), a zatem przeznaczone dla dzieci, małych dorosłych i dorosłych. Prosimy o doprecyzowanie czy zaferowane filtry powinny być odpowiednie dla noworodków, czy dla pacjentów o wymaganych objętościach oddechowych.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, filtry powinny być odpowiednie dla pacjentów o wymaganych objętościach oddechowych.

Pytanie pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwwirusowej (również Covid-19) oraz przeciwbakteryjnej na poziomie >99,99%, przestrzeń martwa 26ml, opór przy przepływie 30l/min 1.5cm H₂O. Minimalna objętość oddechowa >90ml. Czas przydatności filtra w czasie dostawy ≥24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwwirusowej (również Covid-19) oraz przeciwbakteryjnej na poziomie >99,998%, przestrzeń martwa 57ml, opór przy przepływie 30l/min 1.6cmH₂O, przy przepływie 60l/min 2.7cmH₂O. Minimalna objętość oddechowa >180ml. Czas przydatności filtra w czasie dostawy ≥24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 - 10
PN - EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Blonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Pytanie pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach (stosowany z powodzeniem w Państwa placówce): Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy Przerznięć martwa: 40ml Waga: 30g Objętość oddechowa: 150-1500ml Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min Złącza: 22M/15F-22F/15M Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką Opakowanie: papier/folia Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach

Dotyczy Zadania 10 „Laryngoskopy i akcesoria”

Pytanie pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękojeść zasilaną bateriami 2xAA, o wysokości 16 cm i średnicy ok. 2 cm +/- 0,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach

Pytanie pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści dołączoną osobno zapasową żarówkę do rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rękojeść zasilaną bateriami 2xC, o wysokości 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści dołączoną osobno zapasową żarówkę do rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie pozycja 3-7: Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste łyżki do laryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach

Dotyczy Zadania 12 „Maski krtaniowe”

Pytanie pozycja 1-6: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie pozycja 1-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych, które posiadają zintegrowaną linię do napełniania mankieta, co zapobiega uszkodzeniu (np. przez przegryzienie) jej w trakcie użytkowania? Reszta parametrów zgodna z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 1-6: Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej renomowanej firmy AMBU wykonanej z elastycznego PCV z czytelnym oznaczeniem rozmiaru, wagi pacjenta i objętości napełnienia mankieta na baloniku kontrolnym zamiast na korpusie z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z OPZ.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Blonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 14: „Paski do glukometrów MULTISure GK”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści paski o niżej wymienionych parametrach pod warunkiem dostarczenia kompatybilnych glukometrów? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie ilości niezbędnych glukometrów. - enzym dehydrogenaza glukozy - zakres pomiaru 10-600 mg/dl - hematokryt w zakresie 10-65% - czas pomiaru mniej niż 4s

- wilgotność umożliwiająca dokładny pomiar w granicach 10-90% - data przydatności w momencie dostawy 18 miesięcy, paski zachowują ważność do daty podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki - próbka krwi 0,6 mikrolitra - próbki krwi - włosniczka, żylna, tętnicza, noworodkowa - opakowanie 100 szt. (2 fiolki po 50 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach. Wymagana ilość glukometrów to 25 sztuk.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co stanowi wybitne ułatwienie poboru krwi u pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga pasków woskowanych, pokrytych powłoką ochronną umożliwiającą dotykanie testu w każdym miejscu bez negatywnego wpływu na dokładność pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga wyniku pomiaru w czasie mniej niż 4 sekundy, co gwarantuje błyskawiczne podjęcie decyzji terapeutycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga czytelnego podświetlanego ekranu z białymi cyframi na czarnym tle, który zapewnia bezpieczeństwo prawidłowego odczytu pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający na potrzeby stacji ratownictwa medycznego będzie wymagał pasków umożliwiających oznaczenie glukozy z krwi noworodków, kapilarnej, żylną i tętniczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby paski do glukometru bez względu na datę otwarcia fiolki zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu i tym samym nie wymagały banderolowania datą otwarcia fiolki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system spełniał obowiązującą normę EN ISO:15197:2015 w zakresie dokładności, co świadczy o jego wysokiej jakości?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Zadania 15 „Rurki ustno – gardłowe”

Pytanie pozycja 1-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych, których rozmiarówka składa się z rozmiarów: 000, 00, 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy Zadania 16 „Rurki nosowo- gardłowe”

Pytanie pozycja 1-5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka nosowo-gardłowa była silikonowana, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt. Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Zadania 17 „ Ssaki medyczne mechaniczne”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak bez funkcji kontynuacji odsysania mimo pełnego zbiornika?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Zadania 19 „ Stazy taktyczne”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stazę o parametrach: Wykonana z miękkiego oddychającego materiału zapobiegającego otarciom i oparzeniom skóry. Dodatkowy element umożliwiający zabezpieczenie stazy i kontrolowanie przepływu krwi. System zamknięcia i blokady zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem. Możliwość obsługi opaski jedną ręką. Wytrzymały system pętli z wewnętrzną, swobodnie poruszającą się taśmą która zapewnia ucisk obwodowy na kończynę. Unikalny podwójny system mocowania pozwala unikać stosowania śrub i klipsów. Bardzo dobra jakość wykonania. Miejsce do zapisania godziny założenia . Waga 82g. Rozmiar w stanie złożonym 16 cmx6cmx4cm. Rozmiar po rozłożeniu 96cmx4cm. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Zadania 21 „ Szynv Kramera”

Pytanie pozycja 1: - Czy Zamawiający dopuści szynę o rozmiarze 500x70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Dotyczy Zadania 23 „ Worki samorozprężalne”

Pytanie pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla noworodków o masie ciała ≤ 10 kg, wielorazowy, wykonany z silikonu, posiadający zawór bezpieczeństwa 40cm H₂O, o pojemności 280ml, z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134°C (z wyłączeniem drenu i rezerwuaru tlenowego), objętość wyrzutowa powyżej 20ml, z rezerwuarem tlenowy o pojemności 1600ml, zawór pacjenta o średnicy 22/15mm, w zestawie z maską silikonową w rozmiarze 1 (maska w rozm. 0 dołączona osobno do zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach

Pytanie pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o masie ciała 10-30kg, wielorazowy, wykonany z silikonu, posiadający zawór bezpieczeństwa 40cm H₂O, o pojemności 600ml, z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134°C (z wyłączeniem drenu i rezerwuaru tlenowego), objętość wyrzutowa powyżej 150ml, z rezerwuarem tlenowy o pojemności 1600ml, zawór pacjenta o średnicy 22/15mm, w zestawie z maską silikonową w rozmiarze 2 (maska w rozm. 3 dołączona osobno do zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach

Pytanie pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o masie ciała ≥ 40 kg, wielorazowy, wykonany z silikonu, posiadający zawór bezpieczeństwa 60cm H₂O, o pojemności 1650ml, z możliwością sterylizacji w autoklawie w 134°C (z wyłączeniem drenu i rezerwuaru tlenowego), objętość wyrzutowa powyżej 600ml, z rezerwuarem tlenowy o pojemności 2000ml, zawór pacjenta o średnicy 22/15mm, w zestawie z maską silikonową w rozmiarze 5 (maska w rozm. 4 dołączona osobno do zestawu)?

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach

Pytanie pozycja 1,2,3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości worki samo rozprężalne niemieckiego producenta (możliwość sterylizacji do 100 cykli wg instrukcji producenta) wg poniższej charakterystyki:

Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O; minimalna objętość worka: 280 ml; objętość wentylacji: do 125 ml; z rezerwuarem tlenu o objętości minimum 600 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 5-20 cm H₂O); średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 0 i 1; przeznaczony dla noworodków (masa ciała ≤ 5 kg); (możliwość sterylizacji do 100 cykli wg instrukcji producenta) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 2: Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O; minimalna objętość worka: 450 ml; objętość wentylacji: do 250 ml; z rezerwuarem tlenu o objętości 2500 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 5-20 cm H₂O); średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 2 i 3; przeznaczony dla dzieci (masa ciała 5-20 kg); (możliwość sterylizacji do 100 cykli wg instrukcji producenta) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 3: Worek samorozprężalny, resuscytacyjny wielorazowy; wykonany z silikonu; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O; minimalna objętość worka: 1500 ml; objętość wentylacji: do 657 ml; z rezerwuarem tlenu o objętości 2500 ml; z zaworem PEEP (zakres regulacji 5-20 cm H₂O); średnica złącza do podłączenia maski: 22 mm zewnętrzna, 15 mm wewnętrzna; korpus i zawór PEEP z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie; deklaracja zgodności CE; w zestawie z maską silikonową nr 4 i 5; przeznaczony dla dzieci (masa ciała ≤ 20 kg); (możliwość sterylizacji do 100 cykli wg instrukcji producenta) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Zdjęcia poglądowe resuscytatora/ zestawu





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95



Pytanie pozycja 3: Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska przy określeniu wagi pacjenta, tzn. czy zamiast „masa ciała ≤ 30 kg” nie powinno być „masa ciała ≥ 30 kg”?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską . Zamiast ≤ 30 kg winno być ≥ 30 kg.

Pytanie pozycja 1-3: Prosimy o dopuszczenie zaworu PEEP renomowanej firmy montowanego bezpośrednio na zaworze pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów z zakresem regulacji 0-10cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 1-3: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje worków samorozprężalnych z możliwością podłączenia zaworów PEEP bezpośrednio na zaworze pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych, adapterów/łączników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie pozycja 1-3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania do każdego resuscytatora zaworu PEEP?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Zadania 24 „Zestaw do konikopunkcji”

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 24 zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez, Strzykawka, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o średnicy wewnętrznej 3,5mm długości 3,8cm lub 4mm, dl 4,2cm lub 6mm długości 7,5cm, Taśmę tracheostomijną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o takich parametrach.

Pytanie: W związku z zapisami zawartymi w formularzu cenowym dla Zadanie nr 24 (Załącznik nr 2 do SWZ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalnego użytkownika, instrukcji użycia w języku angielskim oraz etykiet zawierających nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe.

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie


Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie pozycja 1,2: Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny dopuści do zaferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji:

Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Iglę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm (dorosły) lub 2mm (dziecko) z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacy, sterylny.

Zdjęcia poglądowe zestawu i aplikacji



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o takich parametrach.

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ:

Pytanie: Projekt umowy par.5 pkt.4 Prosimy o wydłużenie czasu na wymianę towaru na wolny do wad z 24 do 48godzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie: Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 5 ust. 5a wskazał: 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne:

a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 1 % wartości brutto złożonego

zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5 ust 5a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy wynikających z § 5 REKLAMACJE I KARY UMOWNE: „5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne:a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

