



Puck, dn. 25.03.2024 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych, znak ZP/4/2024**

**1. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy oraz zał. nr 8 wzoru umowy §10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści użyczenie 1 wiertarki oraz piły wraz z bateriami i ładowarką?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza użyczenie 1 wiertarki oraz piły wraz z bateriami i ładowarką

**2. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy oraz zał. nr 8 wzoru umowy §1 ust. 4 i §10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 2 pozycja 12 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania opisanego w pytaniu.

**3. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy**

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 pozycja 4 dopuści do zaoferowania dodatkowe produktów o następujących parametrach:

Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Implant dostępny w wersji przeładowanej dwoma ultramocnymi nićmi przesuwными.

Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o parametrach opisanych w pytaniu.

**4. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 9 pozycja 2 produkt o następujących parametrach: Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm, 5,5mm i długości 16,3mm, 4,5 mm i długości 14 mm oraz 6,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema niemi lub trzema niemi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach

wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z niemi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.

**5. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 9 pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwą nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.

**6. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy**

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie 9 w zakresie zapisu „Po zakończonym przetargu, szpital ma możliwość wybrania 6 narzędzi artroskopowych z katalogu.” i czy Zamawiający miał na myśli „Po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy, szpital ma możliwość wybrania w użyczenie 6 narzędzi artroskopowych z katalogu.”?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki. Zamawiający miał na myśli” „Po zakończonym postępowaniu i podpisaniu umowy, Zamawiający ma możliwość wybrania w użyczenie 6 narzędzi artroskopowych z katalogu.”

**7. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy oraz rozdziału V SWZ – przedmiotowe środki dowodowe – próbki – Pakiet 9**

Prosimy o sprostowanie numeracji w formularzu cenowym w pakiecie nr 9.

Zamawiający wymaga złożenia próbek dla pozycji 3 i 5, jednak pozycja nr 3 została pominięta.

## Odowiedź

Zamawiający dokonuje sprostowania numeracji w pakiecie 9, która przedstawia się jak niżej:

L.P.	Opis techniczny produktu
	<b>Pakiet 9</b>
1.	Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”.
2.	Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszczony na jednorazowym podajniku, wkręcany, samogwintujący o średnicy od 4,5 mm do 6,5 mm z dwiema super mocnymi nitkami rozmiaru USP2 nie wchłaniającymi o różnych kolorach. Pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu.
3.	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru z polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.
4.	Kotwica do rekonstrukcji artroskopowej stożka rotatorów z wykorzystaniem techniki II rzędu. Wkręcana. Umieszczona na jednorazowym podajniku, o średnicy od 4-5mm, z możliwością przewleczenia co najmniej 4 nici ultra wytrzymałych.
5.	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.
6.	<p>Oferent zobowiązany do dostarczenia dwóch instrumentarium służącego do zaopatrzenia uszkodzenia w obrębie stawu barkowego. W skład którego wchodzi :</p> <p>Przeszywacz manualny skierowany na wprost, w prawo oraz lewo pod różnymi kątami . Popychacz do nitek. otwarte urządzenie do obcinania nitek. Urządzenie manualne służące do manipulacji nitkami. Po zakończonym przetargu, szpital ma możliwość wybrania 6 narzędzi artroskopowych z katalogu.</p> <p>Oferent zobowiązuje się do szkolenia personelu używającego dostarczonych produktów medycznych.</p> <p>Obowiązek uzupełnienia komisji implantów do 24h od otrzymania protokołu zużycia. Zaopatrzenie magazynu we wszystkie rozmiary implantów uznanych przez zamawiającego za niezbędne.</p>

### 8. Dotyczy rozdziału V SWZ – przedmiotowe środki dowodowe – próbki (pakiety 1, 2, 9)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie po 1 szt./ 1 przykładowym rozmiarze próbki z każdej pozycji reprezentującej dany produkt. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy w ramach jednej pozycji produkt dostępny jest w wielu rozmiarach.

Zamawiający otrzyma jeden przykładowy rozmiar z danej pozycji. Weryfikacji dostępności pozostałych rozmiarów danego produktu zostanie dokonana na podstawie rozmiarów/ numerów katalogowych podanych w formularzu cenowym.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w sposób opisany w pytaniu.

- 9. Dotyczy rozdziału V SWZ – przedmiotowe środki dowodowe – próbki (pakiety 1, 2, 9)** W przypadku gdy Wykonawca oferuje ten sam produktu w kilku pakietach i pozycjach – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 1 szt. próbki w ramach kilku pozycji. **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w sposób opisany w pytaniu.

- 10. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy – Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści termin uzupełnienia implantów/ stanu podmagazynu wynoszący 48h?

**Odpowiedź**

Tak, zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy.

- 11. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy – Pakiety 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin niezwłocznej naprawy zepsutego sprzętu wynoszący 72h?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazany termin, zgodnie z §10 ust. 7 wzoru umowy.

- 12. Dotyczy zał.nr 2 do SWZ formularz cenowy oraz zał. nr 8 wzoru umowy §10 – Pakiet nr 2**

W związku z wymogiem użyczenia wieży artroskopowej na cały okres obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy użyczenia sprzętu zgodnie z warunkami w niej zawartymi?

Podpisanie umowy użyczenia zapewni obu stronom pełną przejrzystość i bezpieczeństwo prawne, co gwarantuje, że zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca będą mieli jasność co do warunków korzystania z przedmiotu użyczenia, warunków serwisowych oraz wzajemnych obowiązków i praw.

W załączeniu do pytania Wykonawca przesyła wzór umowy użyczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy użyczenia. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona z wyłonionym wykonawcą.

- 13. Czy Zamawiający dopuści poniższy produkt równoważny: zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch miękkich implantów połączonych z nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm, jak również prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą spustu na rękojeści?**

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

**14. Dotyczy zał. nr 8 wzoru umowy §1 ust. 5**

Czy Zamawiający w zamian za protokół przyjęcia- przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza w zamian za protokół przyjęcia-przekazania możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu.

**15. Dotyczy zał. nr 8 wzoru umowy §1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych we wzorze umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

**16. Dotyczy zał. nr 8 wzoru umowy §1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi w/w aplikacji.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień za pomocą aplikacji online dostępnej dla Zamawiającego.

Z poważaniem

Członek Zarządu

Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 25.03.2024 r.