



**SPZOZ**  
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl  
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, 1 grudnia 2022 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2022**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,  
którzy pobrali SWZ

## **ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – CZĘŚĆ VII**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego**. Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Spełniając wymóg art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022.1710 t.j ze zm. zwanej dalej "PZP" poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 395**

*Pakiet 3, pozycja 8 .Czy Zamawiający dopuści igłę innego Producenta niż w pozycjach 1-8 oraz 10-11?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 396**

*Pakiet 3, pozycja 15-18 .Czy Zamawiający dopuści igły posiadające skrzydełka nieprzeźroczyste, kodowane kolorystycznie?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 397**

*Pakiet 3, pozycja 20 .Czy Zamawiający dopuści igły 31G 0,25mm x 6mm ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 398**

*Pakiet 3, pozycja 20 .Czy Zamawiający dopuści igły 30G 0,3mm x 8mm ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 399**

*Pakiet 3, pozycja 24 .Czy Zamawiający dopuści igły 18G 1,2x30mm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 400**

*Pakiet 3, pozycja 15-17 .Czy doszło do omyłki i poz. 15 do 18 mają pochodzić od tego samego producenta?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza innego producenta.

### **Pytanie 401**

*Pakiet 6, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 17 ml/min?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 402**

*Pakiet 6, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 23 ml/min?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 403**

*Pakiet 6, pozycja 2 .Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 17 ml/min?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 404**

*Pakiet 6, pozycja 2 .Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 23 ml/min?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 405**

*Pakiet 7, pozycje 1 - 4 .Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o 10%?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Certyfikat ISO 9001:2015

**Pytanie 406**

*Pakiet 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonym w górę.

**Pytanie 407**

*Pakiet 7, pozycje 1 - 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą w zupełności zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 408**

*Pakiet 7, pozycje 5,6 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a'60szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonym w górę.

**Pytanie 409**

*Pakiet 7, pozycja 5, 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tego samego Producenta strzykawek do pomp niż reszta strzykawek?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 410**

*Pakiet 7, pozycja 5, 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 411**

*Pakiet 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą o długości 13mm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 412**

*Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą kroplowa wykonaną z pcv bez zawartości ftalanów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV.

**Pytanie 413**

*Pakiet 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplowa wykonaną z pcv bez zawartości ftalanów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV.

**Pytanie 414**

*Pakiet 8, pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 415**

*Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 416**

*Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplowa wykonaną z pcv bez zawartości ftalanów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV.

**Pytanie 417**

*Pakiet 10, pozycja 11-12 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z obudową jak na zdjęciu:*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 418**

*Pakiet 10, pozycja 12 Czy Zamawiającemu chodziło o nakłuwacz 23G głębokość nakłucia 1,8mm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 419**

*Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kankę CH 22 o średnicy 7,3mm i długości 400mm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 420**

*Pakiet 11, pozycja 2 Czy Zamawiającemu chodziło o kankę CH24, 8mmx400mm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kanki CH 24 8 mm X 400 mm.

**Pytanie 421**

*Pakiet 11, pozycja 3-16 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z nieprzezroczystym kolorowym konektorem?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 422**

*Pakiet 11, pozycja 3-16 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez cyfrowej podziałki głębokości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 423**

*Pakiet 12, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy równoważny jak Balton o długości 50cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 424**

*Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren 21CH?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 425**

*Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści dren 27CH?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 426**

*Pakiet 12, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren 33CH?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 427**

*Pakiet 15, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla chorych zakładaną przez głowę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 428**

*Pakiet 15, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany, co 38cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 429**

*Pakiet 15, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonej w górę.

**Pytanie 430**

*Pakiet 15, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglonej w górę.

**Pytanie 431**

*Pakiet 15, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 432**

*Pakiet 17, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:*

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 680%
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 433

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:*

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlance
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m<sup>2</sup>
- + kieszeń dwukomorowa 30x40cm pakowana osobno

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 434

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie 435

*Pakiet 17, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> o odporności materiału na przenikanie cieczy 196cm H<sub>2</sub>O?*

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 436

*Pakiet 17, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocniona włókniną (wiskoza + poliester)?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 437

*Pakiet 17, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę główną posiadającą dwa samouszczelniające się otwory o śr. 7cm oraz uchwyt do mocowania przewodów i drenów w formie taśmy przylepnej typu rzep 2cm x 22cm dołączony osobno do serwety w celu przyklejenia w dogodnym miejscu?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 438**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne o wymiarach 22cm x75cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 439**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dopuści taśmy samoprzylepne 9cm x 50cm +/- 1 cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 440**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ręczniki typu Spunlace 30cm x 30cm o gramaturze 56g/m2 bez wzmocnienia syntetyczną siatką?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 441**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 2,1m?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 442**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy 7,5cm x 7,5cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 443**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wzmocnioną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65cm x 190cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 444**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką TYWEK?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 445**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze bez oznaczenia kolorystycznego wskaźnika sterylizacji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 446**

*Pakiet 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści etykietę na opakowaniu jednostkowym bez piktogramu „nie zawiera lateksu”? Stosujemy piktogram o zawartości lateksu w przypadku zestawów zawierających takie tworzywo.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 447**

*Pakiet 17, pozycja 3 .Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności 680%*

- • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlance
- • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlance

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
  - 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m<sup>2</sup>
- + dwukomorowa kieszeń pakowana osobno 30x40cm

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 448**

*Pakiet 17, pozycja 4-5, 7 .Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 449**

*Pakiet 17, pozycja 2 – brak pytania*

#### **Pytanie 450**

*Pakiet 17, pozycja 6 .Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, serweta 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie z serwetą na stół instrumentalny.*

*Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 451**

*Pakiet 17, pozycja 7 .Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym 6x8 cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 452**

*Pakiet 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Na opakowaniu 4 etykiety do archiwizacji danych?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 453**

*Pakiet 18 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 454**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> wzmocnioną warstwą SM (spunbond, meltblown) o łącznej gramaturze 140g/m<sup>2</sup> i odporności materiału na przenikanie cieczy 197cm H<sub>2</sub>O?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 455**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wym. 180cm x 180cm (zamiast min. 175 x 200cm) wzmocnioną w części krytycznej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 456**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści serwety boczne 75cm x 90cm ze wzmocnieniem na powierzchni 25cm x 60cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 457**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści ręczniki typu Spunlace 30cm x 30cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 458**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy 7,5cm x 7,5cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 459**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wzmocnioną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65cm x 190cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 460**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze bez oznaczenia kolorystycznego wskaźnika sterylizacji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 461**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką TYWEK?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 462**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści etykietę na opakowaniu jednostkowym bez piktogramu „nie zawiera lateksu”? Stosujemy piktogram o zawartości lateksu w przypadku zestawów zawierających takie tworzywo.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 463**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

*1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm + osobno pakowana kieszeń dwukomorowa?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 464**

*Pakiet 18 .Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup> ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 465**

*Pakiet 18 .Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150x190cm wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 466**

*Pakiet 18. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80x145cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 467**

*Część 19, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, o średnicy po rozciągnięciu około 53cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 468**

*Część 19, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, o średnicy ok. 47cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza materiał, gramaturę, a średnicę nie.

**Pytanie 469**

*Część 19, pozycja 1-5 .Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 470**

*Część 19, pozycja 2 .Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 471**

*Część 19, pozycja 2 .Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej z wstawką przeciwpotną?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 472**

*Część 19, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 473**

*Część 19, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 71x180cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 474**

*Część 21, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 475**

*Część 21, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 476**

*Część 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 70x74cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 477**

*Część 31, pozycja 1-7 .Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta niesilikonowane?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 478**

*Część 31, pozycja 8-9 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem niesilikonowane w rozmiarze 3?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 479**

*Część 31, pozycja 10-24 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem niesilikonowane?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 480**



Część 31, pozycja 25-31 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niesilikonowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 481**

Część 31, pozycja 32-39 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 482**

Część 31, pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 2 długość 80mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 483**

Część 31, pozycja 37-38 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 3 długość 90mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 484**

Część 31, pozycja 45-48 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga w pakiecie 31 poiz. 45-48 prowadnic do rurek intubacyjnych.

#### **Pytanie 485**

Część 32, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren Redona z firmy równoważnej, parametry jak w swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 486**

Część 36, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 487**

Część 36, pozycja 20-26 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 488**

Część 36, pozycja 34-39 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z końcówką Tiemanna sterylizowany tlenkiem etylenu z plastikową zastawką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 489**

Część 36, pozycja 40 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 490**

Pakiet 37, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

#### **Pytanie 491**

Pakiet 38, pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe silikonowe jednorazowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 492**

Pakiet 38, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 1400 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 493**

*Pakiet 39, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 494**

*Pakiet 43, pozycja 1 .Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filrem powietrza 0,1um, filtrem płynu 5um bez zastawki?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 495**

*Pakiet 43, pozycja 8-12 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie bądź wykreślenie powyższej pozycji co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 496**

*Pakiet 46, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kranik z jedynie optycznym identyfikatorem pozycji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 497**

*Pakiet 48, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz 150cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 498**

*Pakiet 49.Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 499**

*Pakiet 49 .Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wym. 200/260 x 310cm posiadająca otwór o wym. 30cm x 30cm wypełniony folią chirurgiczną, z otworem w kształcie gruszki o wym. 18cm x 16cm. Zintegrowana z worek do przechwytywania płynów o wym. 80cm x 80cm. Organizatory przewodów w formie taśmy samoprzylepnej typu rzep dołączone osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu. Odporność na wypychanie na sucho 230 kPa?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 500**

*Pakiet 49 Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10 x 50cm wykonaną z włókniny typu Spunlace?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 501**

*Pakiet 49 Czy Zamawiający dopuści ręczniki typu Spunlace 30cm x 30cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 502**

*Pakiet 49 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo 80cm x 140cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 503**

*Pakiet 49 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy 7,5cm x 7,5cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 504**

*Pakiet 49 Czy Zamawiający dopuści etykietę główną z czterema etykietami typu TAG umieszczoną w widocznym miejscu wewnątrz zapakowanego zestawu?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 505**

*Pakiet 49, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cesarskiego cięcia z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, skład zestawu:*

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

*+ fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS L - 3 sztuki, pakowany osobno?*

*Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 506**

*Pakiet 58, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 507**

*Pakiet 58, pozycja 1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 508**

*Pakiet 58, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H<sub>2</sub>O?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 509**

*Pakiet 58, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H<sub>2</sub>O?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 510**

*Pakiet 58, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> wzmocniony wewnątrz z przodu i na ½ rękawów laminatem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 511**

*Pakiet 58, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 512**

*Pakiet 60, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści szkiełka obustronnie matowe ze szlifowanymi brzegami?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 513**

*Pakiet 60, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę szkiełek za opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 514**

*Pakiet 60, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę szkiełek za opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 515**

*Pakiet 68, pozycja 10-19 Czy Zamawiający dopuści pojemniki z osobno dodaną / dołożoną etykieta z miejscem na opis próbki (nie naklejona na pojemnik)?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 516**

*Pakiet 68, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na histopaty o pojemności 11000ml?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 517**

*Pakiet 71, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kieliszki ze skalą linearna co 1ml, cyfrową co 5ml?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 518**

*Pakiet 71, pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w kolorze różowe i niebieskie dla dzieci?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 519**

*Pakiet 71, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, z drenem 115cm bez kanki, z natłuszczoną końcówką drenu?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 520**

*Pakiet 71, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml z drenem 150cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 521**

*Pakiet 80, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kołnierz pediatryczny z 3 poziomami regulacji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 522**

*Pakiet 80, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kołnierz dla dorosłych z 4 poziomami regulacji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 523**

*Pakiet 83, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP? Reszta parametrów zgodnie z swz*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 524**

*Pakiet 83, pozycja 1 Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę kaniul za opak. A`100szt wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 525**

*Pakiet 86, pozycja 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę woreczków za opak. A`100szt wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 526**

*Pakiet 86, pozycja 3 Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę worków za opak. A`10szt wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 527**

*Pakiet 93, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 350ml/min?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 528**

*Pakiet 93, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z czasem użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 529**

*Pakiet 101, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 530**

*Pakiet 101, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 531**

*Pakiet 101, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 532**

*Pakiet 101, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 533**

*Pakiet 128, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej min. 25g/m2?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 534**

*Pakiet 128, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę w rozmiarze 160x210cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 535**

*Pakiet 128, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści poszewki na poduszkę w rozmiarze 70x80cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 536**

*Pakiet 128, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150x210cm?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 537**

*Pakiet 128, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 538**

*Pakiet 128, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMMS ?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 539**

*Pakiet 128, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną: wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min.106kPa (badanie wg EN ISO13938-1) i pozostałych parametrach bez zmian?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 540**

*Pakiet 128, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne: wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min.106kPa (badanie wg EN ISO13938-1) i pozostałych parametrach bez zmian?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.**

Zatwierdził:

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej  
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)