

Specyfikacja nr 6.1

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Szkielet szafki wykonany z profili stalowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Konstrukcja szafki składająca się z:

- jedna szuflada
- skrzynka zamykana drzwiczkami
- „przestrzeń wolna” pomiędzy szufladą a skrzynką
- Szafka przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia.

Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych.

Szafka dwustronna, z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie. Wysuw szuflady w obie strony, skrzynka również z drzwiczkami z dwóch stron.

Wymiary zewnętrzne:

Wysokość blatu: 860 mm (\pm 50mm),

Szerokość szafki: 510 mm (\pm 100mm),

Głębokość szafki: 390 mm (\pm 100mm),

Regulacja wysokości blatu bocznego: 745 – 990 mm (\pm 50mm),

Szerokość blatu bocznego 580 mm (\pm 100mm),

Głębokość blatu bocznego 340 mm (\pm 100mm),

Przechył blatu bocznego w zakresie od -30° do $+30^\circ$

Blat szafki oraz blat boczny wykonane z tworzywa ABS, odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Blaty z rantem chroniącym przed spływaniem rozlanych płynów na podłogę. Czoło szuflady oraz drzwiczki skrzynki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, zaopatrzone w metalowe uchwyty. Szuflady wysuwana na prowadnicach rolkowych. Wnętrze szuflady wypełnione wymiowymi wkładami z tworzywa. Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z dwóch stron szafki. Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki. Blat boczny składany do boku szafki. Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. 4 podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm, niebrudzące podłogi, 2 koła z blokadą.

Wymagania:

- Deklaracja zgodności
- WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
- Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.

Czas reakcji serwisu max. 72 godz.