



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 10.05.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/3/2022/WSPL** na **zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4** wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych których efektywność została klinicznie udokumentowana?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 4 poz. 2**, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 5** szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 40 x 60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 40 x 60cm.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowanie handlowe a'24szt (kartonik) wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowanie handlowe a'24szt (kartonik) wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 3 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13 ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 3 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 10

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 18,8cm?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Tak, Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 18,8cm.

Pytanie nr 11

Pakiet 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szkiełek ciętych czy szlifowanych czy może obu rodzajów?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje.

Pytanie nr 12

Pakiet 4 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak, Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane.

Pytanie nr 13

Pakiet 4 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści szkiełka 24x60 nie wystające poza zakres szkiełek w ww pozycjach?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 4 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy około 34mm?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Tak, Zamawiający dopuści osłonki o średnicy około 34mm.

Pytanie nr 15

Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Tak, Zamawiający dopuści nić o długości 45cm

Pytanie nr 16

Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 6/0?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

Pytanie nr 17

Pakiet 7 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści wycenę lancetów w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Tak, Zamawiający dopuści wycenę lancetów w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 18

Pakiet 10 pozycja 1 – Czy doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje papieru 112x25?

Odpowiedź na pytanie nr 18

NIE, Zamawiający ma na myśli papier do EKG 12mmx25m w rolkach.

Pytanie nr 19

Pakiet 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych oczekiwań

Pytanie nr 20

Pakiet 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści papier 110x20?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Tak , Zamawiający dopuści papier 110x20

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki