

Wałbrzych, dnia 12.07.2022r.

DZPZ-ZO/7/2022

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa- Fotel do podań chemioterapii- 6 sztuk”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podań chemii o całkowitej długości 2160mm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podań chemii, którego szerokość całkowita z podłokietnikami wynosi 950 mm?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podań chemii, z zakresem regulacji segmentu nożnego / podudzia od -18 do 30°?


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podań chemii, który nie posiada materaca (tapicerki) z możliwością demontażu bez konieczności użycia narzędzi? Zamiast tego fotel, który chcielibyśmy zaoferować posiada atestowaną tapicerkę przeznaczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia, która posiada estetyczne osłony w segmencie oparcia pleców, siedziska, podłokietnikach oraz podnóżku zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz ułatwiające dezynfekcję i mycie.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podań chemii, który posiada podłokietniki z regulacją wysokości 60 mm?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podań chemii, który posiada bezpieczne obciążenie robocze 225 kg?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podań chemii, który dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta ma specjalne profilowanie w segmencie oparcia pleców oraz regulowany w pionie zagłówek bez dodatkowego poszerzenia części barkowej?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań o konstrukcji i kolumnie nośnej wykonanych ze stali, epoksydowanych z dodatkiem antybakteryjnym z jonami srebra, co przeciwdziała namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ma wpływ na wysoki stopień higieny i warunków sanitarnych.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z regulacją wysokości w zakresie 570-890mm.


Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z segmentem pleców prostym, co nie ma wpływu na komfort pacjenta i funkcjonalność fotela, z tapicerowanym zagłówkiem.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z regulacją segmentu oparcia pleców poprzez pilota w zakresie 0-80 stopni.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z regulacją segmentu podudzia poprzez pilota w zakresie 0-40 stopni.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z funkcją pozycji Trendelenburga w sekwencji $> 0^{\circ}/12^{\circ} > 12^{\circ}$, z oznaczeniem funkcji na pilocie.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z elektrycznie regulowanym podnóżkiem wykonanym z tworzywa sztucznego i tapicerowanym wodoodporną tapicerką skóropodobną.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z segmentami wykonanymi z płyty drewnianej.


Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań wyposażonego w dwa podłokietniki tapicerowane, bez konieczności odejmowania ze względu na regulację podłokietników w każdym położeniu oraz opuszczania ich poniżej poziomu leża w celu łatwego zejścia pacjenta i jego transferu.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.





Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z kątem obrotu pionowego w zakresie +10 stopni/ -35 stopni oraz poziomego w zakresie 0 stopni/ +90 stopni.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do podań z bezpiecznym obciążeniem roboczym 200 kg.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19

Prosimy o dopuszczenie foteli do chemioterapii o parametrach jak niżej:

- Fotel 3-segmentowy przeznaczony do długotrwałych zabiegów i terapii
- Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, siłownikowa, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Siłowniki wykonane ze stali nierdzewnej, z zewnątrz malowane proszkowo. Konstrukcja stabilna umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR.
- Całkowita długość: 2100mm
- Całkowita szerokość: max - 900mm
- Elektryczna regulacja wysokości siedziska: 550mm-700mm realizowana z pilota przewodowego
- Segment pleców w celu zapewnienia większego wyposażony w tapicerowany zagłówek.
- Regulacja segmentu podparcia pleców w zakresie -15° do +80° uzyskiwana

za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym.


- Regulacja segmentu podudzia w zakresie -30° - 0° (+20° TRB) – uzyskiwana za pomocą

siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym.

- Elektryczna funkcja pozycji Trendelenburga w zakresie 14° realizowana poprzez pilot. Specjalne oznaczenie funkcji na pilocie.
- Elektryczna pozycja wyjściowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie

oznaczonego przycisku na pilocie z max. uniesionym segmentem pleców i max.





opuszczonym segmentem nóg – pozycja ułatwiająca pacjentowi wejście i opuszczenie


fotela.

- Jednoczesna i niezależna regulacja segmentem pleców i segmentem nóg.
- Segment podudzia wyposażony oparcie stóp wykonane z płyty laminatowej obitej tym samym materiałem co pozostałe elementy fotela oraz o regulowanym wysuwie w zakresie 250 mm,
- Segmenty fotela wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Materac piankowy 3 elementowy (segment pleców, siedziska, nożny - segmentów siedziska i nożny wykonany jednoczęściowym pokryciem) odejmovany bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, umożliwiając łatwe dotarcie do segmentów fotela. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału odpornego na dezynfekcję: o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych potwierdzonych certyfikatem
- Podstawa oraz siłowniki sterujące pod siedziskiem zabudowane osłonami z tworzywa.
- Podstawa wyposażona w 4 koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą

min. 2 kół dostępną z obu stron fotela umiejscowione z przodu (przy nogach pacjenta) dla łatwiejszego użycia.

- Fotel wyposażony w dwa podłokietniki tapicerowane, odejmovane, z regulacją:
 - wysokości w zakresie min. 100mm,
 - kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej min. +/- 150,
 - kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej min. +/- 900.
- Funkcja odchylenia podłokietników pionowo min. 950 w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel.
- Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny.
- Bezpieczne obciążenie robocze 200kg
- Wyposażenie:
 - obrotowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości zintegrowany z podstawą fotela,





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



-
- uchwyt na rolkę papieru jednorazowego,
 - uchwyty na pilota przy każdym podłokietniku.
 - Gwarancja – min. 24 miesiące

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .

**Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742