



D.25C/250/ 251 /2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/12-27rj/25**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej minimum 12", rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli z miejsce na akcesoria pomiarowe koszyku na stojaku lub półce ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów, przyciskami funkcyjnymi bez pokrętła ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 4,6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z wewnętrzny akumulatorem, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na 3,5 godziny pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2 oraz ze stopniem ochrony IPX0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 9,10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na min. 1, 2, 5 min) możliwość zawieszenia alarmów na stałe oraz wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej min. 2 wzorce do wyboru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z ustawianiem wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2



punkt 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informację o wartościach HR bez analizy zmian ST, QT i arytmii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor analizą zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 1 wzorca i analiza HRV ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zakres częstości oddechu min. 0 – 150 / min , z licznikiem bezdechów oraz alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 15 do 255 mmHg oraz pomiarem częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zdanie 2 Kardiomonitor – szt. 2

punkt 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z archiwizacją przynajmniej 96-godzin trendów jednocześnie zapisem wszystkich mierzonych parametrów(wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych), w postaci tabel i krzywych z rozdzielczością nie gorszą niż 4 s z możliwością przenaszania danych na USB ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr. 2 -Kardiomonitor

Pkt.1 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD o przekątnej 12,1", rozdzielczości 800x600 pikseli z miejscem w obudowie monitora na akcesoria pomiarowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr. 2 -Kardiomonitor

Pkt.11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości akcji serca w zakresie 15-350 ud./min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr. 2 -Kardiomonitor



Pkt.13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wieloodprowadzeniową analizę arytmii, która na podstawie jednoczesnego monitorowania 2 odprowadzeń EKG pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników i pomiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause

