



Znak sprawy: ZP/11/PN/2022

Zabrze, 05.05.2022 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego pn.:**

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania 13

Czy Zamawiający w **Zadaniu 13** oczekuje, aby zestaw był wyposażony w cewnik o kształcie prostym (nie z zawiniętą końcówką).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający w **Zadaniu 13** oczekuje, aby zestaw był dostępny w co najmniej 2 rozmiarach cewnika (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga, (może być jeden rozmiar 12).

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający w **Zadaniu 13** oczekuje, aby zestaw był wyposażony w worek zbiorczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 22 poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga masek ustno – nosowych z portem wydechowym czy bez portu wydechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga masek ustno – nosowych z portem wydechowym.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 22 poz. nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby maska pełnotwarzowa była wyposażona w dodatkowy port zapobiegający oddechowi zwrotnemu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maska pełnotwarzowa była wyposażona w dodatkowy port zapobiegający oddechowi zwrotnemu.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 22 poz. nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby maska pełnotwarzowa miała porty NG umożliwiające pielęgnację pacjenta bez zdejmowania maski i zatkania wentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maska pełnotwarzowa miała porty NG umożliwiające pielęgnację pacjenta bez zdejmowania maski i zatkania wentylacji.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 22 poz. nr 2

Czy dla większej wygody Zamawiający będzie wymagał aby maska pełnotwarzowa mogła być sterylizowana: autoklaw 134 st. C przez 4 min, 121 st. C przez 15 min, tlenek etylenu, Sterrad?

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga następującej sterylizacji:

- autoklaw 134 °C przez 4 min
- autoklaw 121 °C przez 15 min
- Sterrad

Bez tlenu etylenu.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 50 poz. nr 1,2,3,4,5,9

Czy Zamawiający odstąpi w powyższym zakresie od wymogu, aby czujnik był rozpoznawany przez pulsoksymetr a jego nazwa była wyświetlana na urządzeniu i dopuści w powyższym zakresie czujniki kalibrowane analogowo (z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3), pracującego ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor? Pozwoli to na złożenie oferty na czujniki równoważne, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na terenie całej Polski, z których w chwili obecnej, bez żadnych zastrzeżeń, korzysta także Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 50 poz. nr 1,2,3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w zadaniu 50, wydzieli pozycje 1,2 i 3 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 50 poz. nr 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla dorosłych powyżej 40 kg ? Reszta bez zmian. Według naszej wiedzy przekrój wagowy 20 kg jest przeznaczony dla dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 50 poz. nr 7

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w zadaniu 50, wydzieli pozycje 7 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 50 poz. nr 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z prowadnicą 40cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z prowadnicą 30cm

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2F/10cm z przewodnicą 40cm

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 2F/15cm z przewodnicą 40cm, bez strzykawkki w zestawie

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 6 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5F/8cm (21Gx22G)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 6 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5/12,5cm (21Gx22G)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 6 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 5,5F/12,5cm (21Gx22G) lub 4,5F/12,5cm (21Gx22G) do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE o przepływie 20ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kaniuli z PTFE, natomiast w sprawie przepływu pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 21 poz. 1



W związku z wprowadzeniem ulepszonej wersji głowic do CPAP (wcześniejsza wersja jest już niedostępna), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: głowica jednorazowego użytku do donosowego systemu CPAP, lekka, niegenerująca dźwięków składająca się z: adaptera, wyposażonego w ruchome przyłącze do kaniuli donosowej lub maski, pozwalające na precyzyjne ustawienie kąta pomiędzy głowicą i kaniulą lub maską, co skutkuje szczelnym dopasowaniem; dwóch karbowanych, wewnętrznie gładkich rur wentylacyjnych o średnicy wew. 11 mm, długość rur zależna od rozmiaru, rury elastyczne scalone z obrotowym 3 cm sztywnym łącznikiem o średnicy zewnętrznej 9,5mm służącym do podłączenia układu oddechowego.

W zestawie taśma i wzornik pomiarowy, ułatwiający wybór rozmiaru akcesoriów. Produkt mikrobiologicznie czysty, dostępny w rozmiarach S, M, L. Opakowanie zbiorcze każdego rozmiaru - 20 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 4 poz. 1, 2, 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w: Zadaniu 4 pozycjach 1, 2 oraz 4 dializatorów o powierzchni 1,4 m² niskoprzepływowymi z membraną Polyamix™, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami zamawiającego. Zgoda na zaoferowanie w/w dializatorów pozwoli na przystąpienie większej liczby oferentów oraz uzyskanie lepszej oferty cenowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga dla pozycji 1 i 2 jednocześnie pozostając przy zapisach SWZ w dla pozycji nr 4.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 4 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu 4 pozycji 3 dializatorów o powierzchni 1,7 m² niskoprzepływowymi z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów

poliaryletersulfonu, poliwinylolipirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami zamawiającego. Zgoda na zoferowanie w/w dializatorów pozwoli na przystąpienie większej liczby oferentów oraz uzyskanie lepszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 4 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zoferowanie w Zadaniu 4 pozycji 5 dializatorów wysokoprzepływowych o powierzchni 0,6 m² z membraną Polyamix, sterylizowanych parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 4 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zoferowanie w Zadaniu 4 pozycji 6 dializatorów wysokoprzepływowych o powierzchni 0,2 m² z membraną Polyamix, sterylizowanych parą wodną? Trójwarstwowa błona została opracowana, aby zoptymalizować połączenie szybkości transportu dyfuzyjnego i konwekcyjnego. Dializatory można stosować zarówno w trakcie hemodializy konwencjonalnej wysokoprzepływowej jak i w zabiegach konwekcyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 12 poz. 1, 2, 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby cały resuscytator nadawał się do sterylizacji, włącznie z rezerwuarem tlenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 15 poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga żeby resuscytatory w pozycjach 1 i 2 posiadały zintegrowany z workiem pasek na dłoń ułatwiający trzymanie i wyrównujący siłę uciśnięć.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 29 dot. zadania 22 poz. 1

Maska ustno -nosowa, wielorazowa, do nieinwazyjnej wentylacji, zawierają miękką membranę, wykonane z przezroczystego tworzywa bez lateksu i ftalanów, wyposażone w obrotowe kolano, 4 punktową uprzęż oraz podporę czołową z regulacją, kompatybilne z respiratorami firmy GE- CARESCAPE R 860, przystosowane do trybów wentylacji PSV," – maskę o następujących parametrach:



Maska twarzowa NIV Face Mask (non-vented) ustno – nosowa bez portu wydechowego, wraz z uprzężą, paski do mocowania na głowę pacjenta z przepuszczalną siatką z tyłu głowy zwiększając komfort pacjenta. Maskę bez systemu wsparcia na czoło dzięki czemu zwiększa komfort i nie ogranicza pola widzenia. Miękką silikonową, wygodną, wzmocnioną ramą poliwęglanową elastyczną, zapewnia komfort użytkownika. Kompatybilne z respiratorami firmy GE- CARESCAPE R 860, przystosowane do trybów wentylacji PSV. Obrotowe kolanko 360 zapewnia swobodę ruchu. Metoda sterylizacji : 25 razy w autoklawie przy wysokiej temperaturze 15 min/121 C temp. Metoda sterylizacji parowej (ciśnieniowej)

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 30 dot. zadania 22 poz. 2



Maska pełno-twarzowa (obejmująca oczy, nos i usta pacjenta), wielorazowa, nadająca się do sterylizacji min.5 krotnej, do nieinwazyjnej wentylacji w trybie PSV,BIPAP, CPAP. Przystosowana do wentylacji przy pomocy obwodu oddechowego jedno oraz dwu-rurowego. Kompatybilna z respiratorami firmy GE- CARESCAPE R 860. Wyposażone w 4 punktową uprzęż, elastyczną maskę, dobrze przylegającą do twarzy pacjenta” – maskę o następujących parametrach: Maskę pełnotwarzową, FitMax™ która nie dotyka nosa i obszarów wokół niego(obejmująca oczy, nos i usta pacjenta), wielorazowa do nieinwazyjnej wentylacji w trybie PSV,BIPAP, CPAP . Kompatybilna z respiratorami firmy GE- CARESCAPE R

860. W opakowaniu znajdują się dwa kolanka, które umożliwiają pracę w trybie przeciekowym lub bez przecieków.

1. Kolanko przeciwasfikcyjne AAV z portem wydechowym – maska posiada otwory do wydalania dwutlenku węgla poza maskę oraz zawór bezpieczeństwa – zapewnia dostęp do powietrza.

2. Kolanko standardowe niewentylowane (bez portu wydechowego) maska z kolankiem w kolorze niebieskim, nie posiada żadnych otworów. Jest do pracy w trybach NIV z respiratorami różnych producentów (respirator dwururowy).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 46 poz. 1

Czy zamawiający dopuści: Poz. 1 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; rozwarcie łyżeczek 4,5mm, teflonowa ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 46 poz. 2

Czy zamawiający dopuści: Poz. 2 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,7mm; teflonowa ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy zamawiający dopuści: Poz. 3 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 46 poz. 4

Czy zamawiający dopuści: Poz. 4 Siatka do wyciągania ciał obcych jednorazowa, o średnicy 30mm, długość 160cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie zadania nr 4, lub czy Zamawiający zgodzi się na podział zadania nr 4 na dwie części

Część 4A – pozycje 1-3

Część 4B – pozycje 4-6

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści: dializator kapilarny z błony polieterosulfon (PES), powierzchnia 1,4 m²?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści: dializator kapilarny z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści: dializator kapilarny z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 39 dot. zadania 46 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 46, poz. 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, uchylne do biopsji stycznych, ostonka pokryta materiałem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm, długość 160 cm, min. średnica kanału roboczego 2.0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 46 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 46, poz. 2 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łożeczek ząbkowane, owalne, z dwoma okienkami, uchylne do biopsji stycznych, ostionka pokryta materiałem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, długość 160 cm i 240 cm do wyboru, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 46 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 46, poz. 3 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łożeczek ząbkowane, owalne, z dwoma okienkami, uchylne do biopsji stycznych, ostionka pokryta materiałem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.8 mm, długość 160 cm i 240 cm do wyboru, min. średnica kanału roboczego 3.2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 46 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 46, poz. 4 siatki do usuwania ciał obcych wykonanej z mocnego, poliestrowego materiału odpornego na pęknięcia i strzępienie, rozmiar siatki 3 x 5.5 cm, długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 47 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 47, poz. 1 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnica pętli 25 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, długość narzędzia 240 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 47 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 47, poz. 2 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnica pętli 15 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, długość narzędzia 240 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 47 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 47, poz. 3 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnica pętli 10 mm, średnica drutu 0.42 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, długość narzędzia 240 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 47 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 47, poz. 4 pętli kolonoskopowych dedykowanych do polipektomii na zimno, wykonana z plecionki trzech drutów skręconych w sposób zapewniający możliwość lepszego kontaktu z tkanką i minimalizujący poślizg na powierzchni błony śluzowej, jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnica pętli 10 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, długość narzędzia 240 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przepływ 13ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną do 60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi pompami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści strzykawek wyłącznie z oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne nie posiadające wbudowanego w ścianę rurki przewodu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.



Pytanie nr 53 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z nieprzeźroczystym obrotowym łącznikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z rozmiarem na skrzydełkach, obturatorze oraz opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych pakowany razem z maską nr 5, maski 3 i 4 pakowane osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla noworodków pakowany razem z maską nr 1, maska 0 pakowana osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dzieci pakowany razem z maską nr 2, maski 1 i 0 pakowane osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z elastycznego PVC zawierającego śladowe ilości DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadające 2 znaczniki głębokości (dwa półpierścienie), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętnicznych wykonany z FEP, czas stosowania do 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonane z teflonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy dwuwarstwowy o szerokości 50cm i długości 50m z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z dwóch warstw celulozy i 1 warstwy folii o szerokości 50cm i długości 40m z perforacją co 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 31 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zadanie 32 poz. 1, 2 dotyczy wzierników usznych.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego aplikatora gąbkowego do nawilżania jamy ustnej bez zawartości dwuwęglanu sodu, o długości całkowitej 15 cm (± 2 mm) oraz długości części gąbkowej 2,5cm, uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar, natomiast wymaga zawartości dwuwęglanu sodu lub substancji równoważnej.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustniki do spirometru spirolab o śr. wew. 29mm, śr. zew. 31mm, dł. 65mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustniki do spirometru spirolab o długości 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 31

W nawiązaniu do treści SWZ 3.3. Opis części zamówienia oraz Załącznika nr 1a do SWZ -

Zadanie nr 31 - Opaski identyfikacyjne, proszę o wskazanie wymiarów opasek, numeru katalogowego oraz modelu drukarki na jakiej zamierzacie Państwo drukować przedmiotowe opaski identyfikacyjne dla pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagane opaski posiadają karteczki na których pracownicy wpisują dane identyfikacyjne pacjenta. Nie używamy do tego celu drukarek. Rozmiary są uniwersalne i dostosowane do dzieci i dorosłych oraz noworodków.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 11

Zadanie nr 11. Czy Zamawiający pisząc złącze szybkiego napełniania, złącze niskiego ciśnienia ma na myśli napełniacz J do strzykawki automatycznej oraz łącznik niskiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 15 poz. 1, 2, 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator silikonowy, w którym można sterylizować maskę, worek oraz zawory, natomiast dren oraz worek tlenowy są jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 73 dot. zadania nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 5 w komplecie, z maskami nr 3 i 4 dołączonymi osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 74 dot. zadania nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 1 w komplecie, z maską nr 0 dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 75 dot. zadania nr 15 poz. 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 2 w komplecie, z maskami nr 0 i 1 dołączonymi osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 76 dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje 20 sztuk elektrod (tj. 10 kompletów) czy 20 kompletów elektrod (1 komplet zawiera 2 elektrody)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 20 sztuk elektrod, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 77 dot. zadania nr 19 poz. 2

Czy zamawiający dopuści sondy Sengstaken'a w rozmiarach CH16, CH18 oraz CH21?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 78 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z oznaczeniem głębokości w postaci 2 półpeirścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 80 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o perforacji 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 34 poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne posiadające tylko włosie z jednej strony (bez gąbki z drugiej)?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 34 poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne bez szpatułki do paznokci w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 44 poz. 1

Czy zamawiający dopuści ustnik do endoskopu wykonany z polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 84 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający w zad 28 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów zawierający : cewnik otwarty/otwarty JJ wykonany z poliuretanu, implantacja do 12m-cy, rozmiar 4,8 Fr dł. 26cm , prowadnicę , popychacz długości 90cm, zaciski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 85 dot. zadania nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający w zad 28 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów zawierający : cewnik otwarty/otwarty JJ wykonany z poliuretanu, implantacja do 12m-cy, rozmiar 6Fr dł. 24cm , prowadnicę , popychacz długości 45cm, zaciski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 86 dot. zadania nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający w zad 28 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik wymienny do nefrostomii typ J wykonany z poliuretanu rozmiary 8-10Fr długości 30 cm, w zestawie łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym i kranik?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 87 dot. zadania nr 28 poz. 4

Czy Zamawiający w zad 28 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Igła do nefrostomii 17,5g/20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 88 dot. zadania nr 29

Czy Zamawiający w zad 29 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik prostatektomijny 2- drożny, długość - 42 cm zakończenie zagięte skośnie ścięte (Dufour), wykonany z medycznego termoplastycznego PCV, balon 30 lub 75ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 89 dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 14-15 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 90 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 pkt a-e):

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu

umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy

b) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków

określonych w § 4 ust. 15, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

c) w wysokości 500 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy

zgodnie z § 4 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, co do którego odmówiono rozładunku

d) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym.

e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 21, 24, 26, 29, 32, dostępne również w wersji endoskopowej (długość trzonu 25 cm), bez czarnej antyrefleksyjnej powłoki, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczyłce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 7 mm, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczyłce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 7,5 mm, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczyłce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 46 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę jednorazowego użytku do wyciągania ciał obcych o otwarciu 30mm/230cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny o średnicy 10mm ,minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Średnica drutu 0,47mm. Długość narzędzia 2300mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający wymaga resuscytatorów przeznaczonych do sterylizacji włącznie z rezerwuarem tlenu w temp. 134 stopni Celsjusza?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 50 poz. 1-5, 9

Czy Zamawiający odstąpi w powyższym zakresie od wymogu, aby czujnik był rozpoznawany przez pulsoksymetr a jego nazwa była wyświetlana na urządzeniu? Powyższe pozwoli na zaproponowanie czujników w pełni zgodnych z wymaganiami opisanymi w SWZ, wykonanych w technologii równoważnej, z których Zamawiający obecnie korzysta z powodzeniem, bez żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 50 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów dorosłych o masie >40 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 50 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie dwa rodzaje czujników, dostosowane dla dwóch grup pacjentów – klips na palec dla dzieci o masie ciała 10-40 kg oraz klips na palec dla dorosłych o masie ciała >40 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 50 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2.4 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 80 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m²; minimalna chłonność 90 g/m²; grubość folii 15 ± 2 μm, 63 szt. na rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm, z perforacją co 80 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m²; minimalna chłonność 90 g/m²; grubość folii 15 ± 2 μm, 50 szt. na rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 51 cm x 40 cm, z perforacją co 80 cm, 50 szt. odcinków na rolce, celuloza o gramaturze 36 g/m², folia o grubości 22 +/- 2 μm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 30

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie autonomicznej wysokociśnieniowej strzykawki z manometrem nie wymagającej stosowania urządzenia ALLIANCEII.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 39

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 21, 26, 28-29 i 32-33.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu 8,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 46 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie siatki nylonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 111 dot. zadania nr 46 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie siatki nylonowej w rozmiarze 30 mm/ 230 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 112 dot. zadania nr 47 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 113 dot. zadania nr 47 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 114 dot. zadania nr 47 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu minimum 0,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 115 dot. zadania nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniula dożylna 24G, długość kaniuli 19 mm wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 16 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 116 dot. zadania nr 26 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp 50/60 ml . Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 117 dot. zadania nr 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do szynowania moczowodów z popychaczem o długości 75cm, tak jak obecnie dostarczane; Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 118 dot. zadania nr 28 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. całkowitej 29cm (30 cm dla rozmiaru CH14), jak obecnie dostarczany; pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 119 dot. zadania 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik prostatektomijny 2- drożny, długość - 42 cm zakończenie zagięte skośnie ścięte, wykonany z półtwardego lateksu silikonowanego, balon 50 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 120 dot. zadania 34

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje szczoteczki pakowane w op. papierowo foliowe

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk będących produktem ogólnotowarowym

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje jednorazowej, sterylnej szczoteczki przeznaczonej do chirurgicznego mycia rąk (przed zabiegiem operacyjnym).

Pytanie nr 121 dot. zadania 38

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozszerzadło powinno być wykonane z Neopleksu pakowane pojedynczo?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rozszerzadło ze stożkową oliwką, długość 34cm, sterylne tak jak obecnie stosowane

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 122 dot. zadania nr 7 poz. 28, 29

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 28 i 29 z pakietu 7 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przetoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 123 dot. zadania nr 7 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 28 igieł o parametrach 21Gx1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 124 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wysokości stawek VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 125 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 126 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu

a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 127 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braków ilościowych

w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym, krótszego terminu ważności niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 128 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do (Zamawiający wymaga max. 5 dni) dni roboczych rozpatrzy reklamację i po uznaniu reklamacji za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 129 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zamówienia o 30% względem wartości wskazanej w załączniku nr _____ do umowy...”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 130 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia wartości zamówienia o 50% względem wartości zadania określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku:...”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 131 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia zakresu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 132 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 000,00 zł na 100,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 133 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla danego pakietu w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 134 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowych w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, którymi są w szczególności:...”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 135 dot. wzoru umowy

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej

formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 136 dot. zadania nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach poz. nr 2 nowoczesnej jednorazowej wysokociśnieniowej strzykawki z pompką i z manometrem? Rozwiązanie takie nie wymaga już użycia urządzenia ALLIANCEII.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 137 dot. zadania nr 46 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne standardowe (nieuchylne, o standardowym ścięciu) i zbliżonym rozwarciu tyżeczek? Pozostałe parametry, w tym średnica i długość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 138 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne JUMBO o śr. 3,0 mm, dedykowane do kanału 3,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 139 dot. zadania nr 47 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści pętle o zbliżonej średnicy drutu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 140 dot. wzoru umowy

Dotyczy projektu umowy §7 ust. 2 punkt a) i b): Uprzejmie prosimy o obniżenie kar za opóźnienia w dostawie czy też realizacji reklamacji do 2% wartości brutto zamówienia za dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 141 dot. wzoru umowy

Dotyczy projektu umowy §7 ust. 2 punkt c-d):

Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianej kary do 2% wartości brutto zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 142 dot. wzoru umowy

Dotyczy projektu umowy §7 ust. 2 punkt e): Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianej kary do 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 143 dot. zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 13 zestawu do przezskórnego drenażu powietrza bądź płynu z przestrzeni opłucnowej lub do ewakuacji powietrza z worka osierdziowego, do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzi: igła wprowadzająca 18G długości 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), prowadnica o średnicy 0,028" długości 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, radiocieniujący cewnik typu pigtail długości 15cm posiadający 6 portów bocznych w rozmiarze 5Fr, 6Fr, 8.5Fr, 10.2Fr, 12 Fr

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 144 dot. zadania nr 50 poz. 1

Poz. 1

- prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

- prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30kg

- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)

- prosimy o odstąpienie od wymogu "czujnik rozpoznawalny przez pulsoksymetr", co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 145 dot. zadania nr 50 poz. 2

- prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych
- prosimy o dopuszczenie czujników dla niemowląt od 1 kg do 20 kg
- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)
- prosimy o odstąpienie od wymogu „czujnik rozpoznawalny jako pulsoksymetr”, co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 146 dot. zadania nr 50 poz. 3

- prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych
- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)
- prosimy o odstąpienie od wymogu „czujnik rozpoznawalny jako pulsoksymetr”, co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 147 dot. zadania nr 50 poz. 4

- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-1% w zakresie 90-100%, +/-2% w zakresie 70-89% (<70% nieokreślona)
- prosimy o odstąpienie od wymogu „czujnik rozpoznawalny jako pulsoksymetr”, co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 148 dot. zadania nr 50 poz. 5

- prosimy o dopuszczenie czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 50 kg
- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-1% w zakresie 90-100%, +/-2% w zakresie 70-89% (<70% nieokreślona) lub +/-2% w zakresie 90-100%, +/-4% w zakresie 70-100%,
- prosimy o odstąpienie od wymogu „czujnik rozpoznawalny jako pulsoksymetr”, co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 149 dot. zadania nr 50 poz. 9

- prosimy o dopuszczenie czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 50 kg lub 15-50 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego lub prosimy o dopuszczenie czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg lub 10-40 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego
- prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-1% w zakresie 90-100%, +/-2% w zakresie 70-89% (<70% nieokreślona) lub +/-2% w zakresie 90-100%, +/-4% w zakresie 70-100%,
- prosimy o odstąpienie od wymogu „czujnik rozpoznawalny jako pulsoksymetr”, ponieważ technologia Trusignal nie oferuje takiej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 150 dot. zadania nr 50 poz. 10

- prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 151 dot. zadania nr 51 poz. 1, 2

- prosimy o dopuszczenie mankietów dostępnych w 5 rozmiarach w zakresie 3-14,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 152 dot. zadania nr 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o wydzielenie z Zadania 3 poz.1 do osobnego Zadania 3A oraz o dopuszczenie kompletu linii tętniczo-żylnych, kompatybilnych z aparatem sztucznej nerki Fresenius 4008, bez zawartości ftalanów (DEHP) ? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 153 dot. zadania nr 3 poz. 1

Stosowanie ftalanów w wyrobach medycznych niesie ryzyko ujemnego skutku zdrowotnego (zaburzenia płodności i rozrodu u kobiet i u mężczyzn, zwiększone ryzyko zaburzeń neurologicznych, zwiększone ryzyko rozwoju niektórych nowotworów) z uwagi na ich przenikanie do organizmu człowieka i oddziaływanie na układ hormonalny. Biorąc pod uwagę czas narażenia pacjenta na kontakt z tworzywem sztucznym, zawierającym DEHP, który wynosi ok 50 g/tydz. (13 zabiegów miesięcznie) czy Zamawiający, w troskę o bezpieczeństwo każdego pacjenta, oraz będąc w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 16,poz.74), o wymaganiach zasadniczych dla wyrobu medycznego (punkt 7.5), gdzie jest wskazane, że wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wytworzone w sposób zmniejszający do minimum ryzyko, powodowane uwalnianiem się substancji w czasie używania wyrobu wymaga, żeby zaoferowane w Zadaniu 3 poz. 1 linie krwi nie zawierały ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 154 dot. formularzy cenowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 155 dot. zadania nr 25 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o poniższych parametrach: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 156 dot. zadania nr 26 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 50ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml skalowanie co 1ml na całej długości skali, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 157 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 158 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie

jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 159 dot. wzoru umowy §5 ust.1

Uprzejmie prosimy zmianę zapisu i wprowadzenie wymogu zrealizowania umowy na poziomie 80% jej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 160 dot. wzoru umowy §7 ust.2 pkt c

Prosimy o wykreślenie zapisu o karze 1000 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy, kara ta jest rażąco wysoka i nieadekwatna do tego przypadku.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 161 dot. wzoru umowy §7 ust.2 pkt e

Prosimy o zmianę zapisu na: (...) w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy(...).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 162 dot. wzoru umowy §7 ust.2 pkt a, b, d

Prosimy o zmianę na zastosowanie kar w postaci odsetek ustawowych liczonych od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 163 dot. zadania nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego narzędzia do napętniania poszerzadeł balonowych kompatybilnego z balonami z poz. 1; obj. 60cc, max ciśnienie 15 atm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 164 dot. zadania 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 5,0mm, ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; w długości 155cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 165 dot. zadania 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; długość 155 i 230cm (do wyboru), minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 166 dot. zadania 46 poz. 3

czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 7,8mm, ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 167 dot. zadania 46 poz. 4

Zadanie nr 46, poz. 4 – w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 168 dot. zadania 46 poz. 4

w przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o zgodę na zaoferowanie jednorazowych chwytaków w kształcie

litery V do usuwania cienkich, płaskich obiektów. Ramiona w kształcie litery V, chowane do osłonki; szerokość rozwarcia ramion 14mm. Długość robocza 165cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 169 dot. wzoru umowy §1 ust. 4 §1 ust. 5

w przypadku, gdy dany produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. i w związku z tym nie posiada dokumentów dopuszczających czy Zamawiający dopuści oświadczenie w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 170 dot. wzoru umowy §5 ust. 3

Czy ze względu na fakt, że niektóre wyroby są konfekcjonowane i sprzedawane przez producentów w opakowaniach zbiorczych, Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych na dowolną ilość w poszczególnych pozycjach formularzy asortymentowo – cenowych, **uwzględniając uwagi Wykonawcy co do konfekcjonowania i sprzedaży danego wyrobu w niepodzielnych opakowaniach producenta (...)**”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 171 dot. wzoru umowy §7 ust. 2 lit. a, §7 ust. 2 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 25,00 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 172 dot. wzoru umowy §7 ust. 2 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 200 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 173 dot. wzoru umowy §7 ust. 2 lit. d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 25,00 zł za każdy przypadek?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 174 dot. zadania nr 28 poz. 1

Zestaw do szynowania moczowodów otwarty/otwary JJ wykonany z poliuretanu pokryty fosforylocholiną w rozmiarze 4,7Ch i dł. 24 cm, prowadnicy o śr.0,028" i dł. 125 cm, popychacz o dł. 70 cm. Drenaż do 12 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 175 dot. zadania nr 28 poz. 2

Zestaw do szynowania moczowodów otwarty/otwary JJ wykonany z poliuretanu pokryty fosforylocholiną w rozmiarze 6Ch i dł. 24 cm, prowadnicy o śr.0,035" i dł. 125 cm, popychacz o dł. 40 cm. Drenaż do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 176 dot. zadania nr 28 poz. 3

Zestaw wymienny do nefrostomii typ J wykonany z poliuretanu w rozmiarach 8Ch i dł. 24-34 cm 9CH dł. 24-34 cm 10,5CH i dł. 30 cm 12 CH o dł. 30 cm z łącznikiem do worka na mocz z męskim Luer-Lock o dł. 23 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 177 dot. zadania nr 28 poz. 3

Cewnik wymienny do nefrostomii typ J wykonany z poliuretanu w rozmiarach 8Ch i dł. 24-34 cm 9CH dł. 24-34 cm 10,5CH i dł. 30 cm 12 CH o dł. 30 cm. W osobnym opakowaniu łącznik z męskim Luer-Lock o dł. 10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 178 dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego zestawu do punkcji jamy opłucnej zawierający tępą kaniulę zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która chroni niżej położone tkanki przed nieumyślnym nakłuciem, wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek, samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni. Kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa w złączu igły zapewnia bezpośrednią sygnalizację

położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły (kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły/kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły). Jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku (zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu). Bezpieczny cewnik z: zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika (zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły oraz chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu) Blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 179 dot. zadania nr 20

Czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym powinny być wykonane ze standardowego, atraumatycznego, silikonowanego PCV - tak jak np. rurki liderów w ich produkcji firm Sumi /Polska/ Portex/Wlk.Brytania/ czy Rusch /Niemcy/ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 180 dot. zdania nr 26 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby napełniona strzykawka posiadała długość całkowitą min. 16,5 – 17,5 cm co zapewni pełną kompatybilność oraz ograniczy sytuacje niepożądane ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, skalibrowane strzykawki wymienione są co do nazwy handlowej oraz numeru katalogowego w powszechnie dostępnych instrukcjach obsługi pomp infuzyjnych Agilla SP MC firmy Fresenius. Oferent powinien sprawdzić oferowane parametry w w/w instrukcjach.

Pytanie nr 181 dot. zdania nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby skala pomiarowa była oznaczona w dwóch kolumnach dla zwiększenia bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, skalibrowane strzykawki wymienione są co do nazwy handlowej oraz numeru katalogowego w powszechnie dostępnych instrukcjach obsługi pomp infuzyjnych PERFUSOR SPCE firmy BBraun. Oferent powinien sprawdzić oferowane parametry w w/w instrukcjach.

Pytanie nr 182 dot. zdania nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby nienapełniona strzykawka posiadała długość 16,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, skalibrowane strzykawki wymienione są co do nazwy handlowej oraz numeru katalogowego w powszechnie dostępnych instrukcjach obsługi pomp infuzyjnych PERFUSOR SPCE firmy BBraun. Oferent powinien sprawdzić oferowane parametry w w/w instrukcjach.

Zamawiający

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**

