



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 17.05.2023 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/01/23

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „**Sukcesywna dostawa próbek oraz akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi**”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00208729.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. W związku z tym, że producenci w różny sposób pakują swoje produkty (próbówki, igły, uchwyty) czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie asortymentu i podanie ceny jednostkowej per sztuka? Wyrażenie takiej zgody zwiększy konkurencyjność oferty oraz dopuści większą ilość oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 uchwyt bezpieczny do igieł systemowych, który po połączeniu z igłą motylkową „zwykłą” nr 6 (23G) oraz nr 8 (21G) do pobrań krwi w systemie próżniowym (poz.9) będzie tworzył bezpieczny komplet gotowy do użycia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uchwyt do igieł, wymieniony w poz. 10 musi być kompatybilny ze wszystkimi igłami i próbkami wymienionymi w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie elementy systemu poz. 1-11 (próbówki + igły + uchwyty itp) muszą pochodzić od jednego producenta.

3. Zgodnie z zasłyszonymi na rynku medycznym informacjami firma Becton Dickinson wychodzi z rynku polskiego z próbek do OB. Czy w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek innego producenta wraz z dzierżawą aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy jeśli Zamawiający dopuści innego producenta i analizator OB do użytku to czy wymagane jest podłączenie tego aparatu do systemu informatycznego. Jeśli tak, to do jakiego, kto go obsługuje?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3, pytanie Wykonawcy stało się bezprzedmiotowe.

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania mniejszych opakowań niż podane przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SWZ, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o możliwość dokonania odpowiednich przeliczeń ilości opakowań tak aby ostatecznie ilość sztuk proponowanego asortymentu odpowiadała ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego. Uzasadnienie: Konfekcjonowanie asortymentu w opakowanie zawierające mniej sztuk ułatwia dystrybucję i przechowywanie w punktach pobrań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 mikoprobówki z EDTA K3, o pojemności 250-500 uL

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 mikoprobówki do surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania o pojemności 500-1000 uL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Mikroprobówki są stosowane do pozyskiwania materiału od bardzo małych dzieci. Minimalna objętość 500 uL stanowi dużą ilość materiału często niemożliwą do pobrania.

8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6 probówki do badań koagulologicznych o objętości pobranej krwi 2,7 ml, a w probówce występuję 0,3 ml płynnego odczynnika, 3,2% cytrynianu sodu co dają łącznie poj. 3 ml, z przestrzenią pustą na pobranym materiałem większym niż 10%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do oddzielnego pakietu probówki do OB. (poz. 11 zał. nr 2 do SWZ) kompatybilnej z aparatem SEDI 40.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek z korkiem 3 częściowym, spełniającym w pełni wymagania Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia przed efektem aerozolowym, zabezpieczenia przed aspiracją pracowników przy pobraniach i zdejmowaniu korka do analizy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że probówki mogą być używane bezpośrednio w analizatorach bez konieczności ich otwierania.

11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek z datą ważności min. 7 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Dotyczy zapisów umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w § 7 ust 1 pkt1) na „... w wysokości 10%...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy zapisów umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w § 7 ust 1 pkt2) na „... w wysokości 1%...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy zapisów umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w § 7 ust 1 pkt3) na „... w wysokości 1%...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

Zatwierdził:
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe
Ewa Łagodźka
w dniu 17.05.2023 r.