



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.07.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 23

Pytania dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - Zadanie 1 – aparat RTG typu telekomando

1. Pytanie dotyczące punktu 78 „Wymiary małego ogniska maksymalnie 0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat RTG typu telekomando z wielkością małego ogniska 0,7 mm? Jest to bardzo nieznaczna różnica, a w nowoczesnych aparatach RTG na wysoką jakość obrazowania wpływa przede wszystkim zastosowany wysokiej klasy detektor cyfrowy o wysokich parametrach.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/ 810 59 82